PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPRENSIVA DELLE LAVORAZIONI ACCESSORIE EDILI ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE PER LA POSA IN OPERA, CHIAVI IN MANO, IN QUATTRO LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI N. 3 APPARECCHI RISONANZA MAGNETICA (RM), N. 1 APPARECCHIO TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA (TAC), N. 1 GAMMA CAMERA TOTAL BODY SPECT CT, DA DESTINARE ALLA RADIOLOGIA DEL P.O. SS. TRINITÀ, DEL P.O. MARINO E DEL P.O. BINAGHI E ALLA MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. SS. TRINITÀ, DELLA ASL DI CAGLIARI.

Con riferimento alla Procedura Aperta in oggetto, si precisa che, essendo stata rilevata una difformità tra l'articolo 2.2 del Disciplinare di gara e l'articolo 4 dello Schema di contratto, in relazione ai termini imposti all'aggiudicatario per la consegna del progetto di installazione in versione esecutiva, si precisa che in fase di affidamento e di esecuzione dell'appalto, considerata la complessità della progettazione ed anche in applicazione del principio contrattuale di buona fede nell'interpretazione ed esecuzione del contratto, si riterrà quale termine di consegna della progettazione la scadenza più favorevole all'aggiudicatario indicata nella documentazione di gara.

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI (7.12.2011)

In questo spazio, entro le ore 12,00 del 20.12.2011, termine fissato nel punto IV.3.3) del Bando di gara per il ricevimento delle richieste di informazioni, chiarimenti e documenti, verranno pubblicati, affinché possano essere noti a tutti coloro che lo ritenessero utile, i chiarimenti forniti agli Operatori Economici che ne abbiano fatto richiesta.

QUESITO

Alla pag. 11, art. 4 del Disciplinare di gara è richiesto che la documentazione tecnica inserita nella busta B dovrà essere trasmessa anche su supporto CD/DVD, in formato .pdf firmato digitalmente.
Si chiede conferma in merito alla possibilità di presentare tale documentazione nel modo seguente: firmata, scannerizzata e salvata su CD (in formato pdf.), in modo che la copia cartacea sia identica a quella presente su CD.

RISPOSTA

La firma digitale rappresenta un sistema di autenticazione di documenti digitali tale da garantire il cosiddetto non ripudio. Essa ha, in Italia, anche un'accezione giuridica in quanto individua una specie di firma elettronica avanzata che può essere apposta ai documenti informatici alla stessa stregua di come la firma autografa viene apposta ai documenti tradizionali.

Infatti, la firma digitale e' lo strumento, riconosciuto dalla legge italiana, che garantisce al documento digitalmente firmato:

- la certezza dell'identità del firmatario
- l'integrità del documento: da quando è stato firmato non può aver subito modifiche
- la non ripudiabilità da parte del firmatario.

Un documento che riporti una firma digitale a norma di legge è equiparabile ad un documento cartaceo con firma certificata da notaio o pubblico ufficiale. Il DPR 445/00 del 28/12/2000 afferma infatti: "il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione della firma sicura, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto".

ASL Cagliari
Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

Patrimonio e Servizi Tecnici
Settore Gestione Gare e contratti
T. 0706093238 - F. 0706093201
e-mail: servizio.tecnico@asl8cagliari.it

Tutto ciò premesso ne consegue che, come stabilito nella pag. 11, art. 4 del Disciplinare di gara, tutta la documentazione contenuta nella busta B dovrà essere trasmessa anche su supporto ottico CD/DVD, in formato pdf, firmato digitalmente.

QUESITO

Merito agli eventuali Layout di progetto, non scannerizzabili data la dimensione del formato cartaceo, si chiede di poter salvare su CD ROM la prima pagina del documento, rappresentata da una "Cover" con riferimento al Layout stesso e riportante la firma scannerizzata e di salvare il Layout senza firma, sempre in formato pdf. Ferma restando che tutta la documentazione cartacea sarà comunque firmata in ogni pagina come richiesto.

RISPOSTA

In riferimento ai Layout di progetto in formato elettronico, si rinvia a quanto scritto in risposta al quesito precedente.
Di conseguenza il Progetto in formato elettronico, così come tutta la documentazione elettronica, deve essere presentato con firma digitale e non scannerizzata.

QUESITO

Si chiede conferma se i requisiti indicati nel Bando di gara al punto III.2.3), relativamente alla capacità tecnica, in particolare:

- possesso dell'attestazione SOA per categoria OG11 prevalente, classifica 1 e OG1 scorporabile, classifica 1, o altra attestazione di qualificazione per categorie e classifiche corrispondenti a quelle sopra indicate
- possesso del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività lavorative edili e impiantistiche inerenti l'oggetto dell'appalto, ai sensi e per gli effetti della L.R. Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 art. 2, comma 2

possano essere posseduti da imprese edili ed impiantistiche alle quali la ditta aggiudicataria fin dal momento di presentazione dell'offerta si riserva di affidare in subappalto le relative prestazioni o se diversamente - peraltro non tenendo conto della tipologia di appalto che prevede la fornitura di apparecchiature elettromedicali e di lavori accessori – tali requisiti debbano essere necessariamente posseduti dalla ditta concorrente.

RISPOSTA

Si riporta quanto stabilito nel Bando di gara:

III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA' ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL'APPALTO: E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, di Consorzi ordinari e di GEIE e di Consorzi di imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. E' ammesso il ricorso alll'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 163/2006

Pertanto si precisa che, il ricorso all'istituto dell'avvalimento è ammesso in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture al fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

Diversamente, il ricorso all'istituto del subappalto è ammesso nei termini di cui all'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in relazione all'esecuzione di tutte le prestazioni nonché alle lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano.

QUESITO

All'articolo 2 del Disciplinare di gara vengono indicati gli importi posti a base d'asta per l'esecuzione della fornitura, incluse le opere di predisposizione dei locali, senza che siano espressamente specificate le prestazioni principali e secondarie. Alla Luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di voler confermare se è consentita la partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con una o più imprese mandanti che siano in possesso dei requisiti necessari per eseguire i suddetti lavori.

RISPOSTA

L'articolo 2 del Disciplinare di gara dichiara: "*Costituisce oggetto della presente gara l'affidamento mediante procedura aperta dell'appalto relativo alla fornitura comprensiva delle lavorazioni accessorie edili ed impiantistiche necessarie per*

ASL Cagliari
Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

Patrimonio e Servizi Tecnici
Settore Gestione Gare e contratti
T. 0706093238 - F. 0706093201
e-mail: servizio.tecnico@asl8cagliari.it

la posa in opera, chiavi in mano……" Da ciò appare chiaro che l'oggetto principale del contratto è la fornitura, le lavorazioni sono accessorie e necessarie per la posa in opera.
All'articolo 3 del Disciplinare di gara, paragrafo 3.2, è stabilito che è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, di Consorzi ordinari e di GEIE con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

QUESITO

Presa atto che la progettazione esecutiva deve essere presentata successivamente all'aggiudicazione, si richiede di specificare se in fase di offerta deve essere presentato il progetto definitivo.

RISPOSTA

Come stabilito all'articolo 2 del Disciplinare di gara, paragrafo 2.2, al solo concorrente aggiudicatario verrà richiesto di predisporre in versione esecutiva il progetto di installazione.

QUESITO

Nel Capitolato tecnico, relativamente al lotto n. 2 (TC multistrato), viene richiesto il seguente requisito tecnico: "*tempo minimo di rotazione su 360° inferiore a 0,4 s anche con scansioni a spirale".* Si chiede se tale tempo di rotazione sia da intendersi minore o uguale a 0,4 sec su 360°.

RISPOSTA

Il tempo di rotazione deve essere inteso minore o uguale a 0,4 sec su 360°.

ASL Cagliari
Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

Patrimonio e Servizi Tecnici
Settore Gestione Gare e contratti
T. 0706093238 - F. 0706093201
e-mail: servizio.tecnico@asl8cagliari.it