




Il presente allegato è con  
posto di n° 1 fogli

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Masia)



**in data 18/06/2013 si richiede il sottoelencato materiale:**

n. progr.	quantità	Nota fabbisogno annuo
CONGELATORE VERTICALE _____	1	
<p>Alle cortese attenzione  del Sig. Masie.</p> <p>↳ PIMS  ↳   21/6/2013</p>		

**Indicazioni d'uso: CONSERVAZIONE REPERTI FORENSI**

### Caratteristiche e requisiti tecnici:

- CLASSE A+
- AUTONOMIA IN ASSENZA DI ENERGIA ELETTRICA
- CAPACITA' 90 LT.
- TEMPERATURA REGOLABILE
- CONGELAMENTO RAPIDO
- ALLARME INTERRUZIONE CORRENTE
- 4 VANI
- DISPLAY ESTERNO TEMPERATURA
- SERRATURA



Sede legale: Via Logudoro, 17 09126 Cagliari  
Sede Amm.va: Via Piero della Francesca, 1 09047 Selargius  
c.f. e p. iva 02261430926  
[www.aslcaagliari.it](http://www.aslcaagliari.it)

**Struttura Complessa**  
**Ostetricia e Ginecologia**  
Via Is Mirrionis, 92 09121 Cagliari  
Tel 070/6095707 Fax 070/6096095  
Responsabile: Dott. Eleonora Cocco