

14 NOV. 2013

PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN DUE LOTTI DISTINTI, AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, CHIAVI IN MANO, DI APPARECCHIATURE SANITARIE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DEL P.O. MARINO DELLA ASL CAGLIARI.

VERBALE 1 SEDUTA RISERVATA

L'anno 2013, il giorno 05 del mese di LUGLIO, alle ore 09,00, presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, via Piero della Francesca n. 1 - Selargius (CA), si è riunita in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche relativamente alla procedura in oggetto, composta da:

PRESIDENTE	dott. Ing. Massimo Masia	Responsabile Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici
COMPONENTE	dott. Luciano Cara	Direttore Dipartimento di Traumatologia d'Urgenza e della S.C. Ortopedia e Microchirurgia Ricostruttiva del P.O. Marino di Cagliari
COMPONENTE	Ing. Silvia Taccori	Collaboratore Ingegnere Clinico della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici
SEGRETARIO VERBALIZZANTE	dott.ssa Tania Paderas	Collaboratore Amministrativo Professionale della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

PREMESSO

- che con determinazione a contrarre n. 132 del 08.02.2013 è stata indetta una procedura negoziata in economia, a mezzo cottimo fiduciario, per l'affidamento della fornitura, in due lotti distinti ad aggiudicazione separata, di apparecchiature sanitarie da destinare al Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale del P.O. Marino della Asl di Cagliari, costituita dai seguenti lotti:
LOTTO 1: APPARECCHIO LASER A ND YAG
LOTTO 2: APPARECCHIO A ONDE D'URTO EXTRACORPOREE
- che l'aggiudicazione della procedura in oggetto avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. n. 163/2006, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Negoziazione;
- che secondo il disposto dall'art. 84 del D.Lgs 163/2006 e dal Regolamento la valutazione delle offerte tecniche è demandata ad un'apposita commissione giudicatrice costituita da professionisti esperti nel settore oggetto della presente fornitura;
- che detta commissione tecnica è stata nominata con deliberazione del direttore Generale n. 839 del 17/05/2013, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito a negoziare;
- che in data 28/05/2013 si è regolarmente svolta, dinnanzi al seggio di gara, la prima seduta pubblica per l'apertura delle buste A e B, contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa e le offerte tecniche, e alla successiva verifica della documentazione presentata, il cui esito è riportato nel verbale della 1° seduta pubblica di gara;
- che a fronte del suddetto esame, sono stati ammessi a partecipare alla successiva fase di valutazione tecnica delle offerte e conseguente attribuzione del relativo punteggio i seguenti operatori economici:

OPERATORE ECONOMICO	LOTTO 1	LOTTO 2
FC Genetics Services Srl	X	
Sirio Medical Srl	X	X
Technos Tecnologia Ospedaliera Srl	X	X

TUTTO CIO' PREMESSO

- la Commissione procede preliminarmente alla verifica della conformità delle offerte tecniche alle caratteristiche tecniche minime ed essenziali previste, a pena di esclusione, nel Capitolato Tecnico;

Il presente allegato è composto di n° 4 fogli.
Il Responsabile del Servizio Tecnico

ALLEGATO 13
1958
DITTA AUTOMATI S.R.L.

- dalla valutazione preliminare di conformità delle offerte risulta che:
- le offerte tecniche presentate dagli operatori economici Sirio Medical Srl e FC Genetics Services Srl sono risultate pienamente conformi e rispondenti alle caratteristiche minime ed essenziali richieste dal Capitolato Tecnico a pena di esclusione e, pertanto, ammesse alla successiva fase di attribuzione del punteggio secondo i criteri/parametri indicati nel Capitolato;
 - l'offerta tecnica presentata dall'operatore economico Technos Tecnologia Ospedaliera Srl è risultato non conforme e, pertanto, escluso dalla procedura di gara;
 - l'esito di cui sopra e le relative motivazioni sono dettagliatamente precisate nella relazione di conformità, allegata al presente verbale sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante, e qui di seguito sintetizzato:

LOTTO 1	
OPERATORE ECONOMICO	CONFORMITA'
Sirio Medical Srl	conforme
FC Genetics Services Srl	conforme
Technos Tecnologia Ospedaliera Srl	non conforme

LOTTO 2	
OPERATORE ECONOMICO	CONFORMITA'
Sirio Medical Srl	conforme
Technos Tecnologia Ospedaliera Srl	non conforme

- la Commissione procede quindi con la valutazione delle offerte che hanno superato positivamente la fase anzidetta, mediante l'attribuzione a ciascuna offerta tecnica dei relativi punteggi, inerenti gli aspetti qualitativi dell'offerta, secondo i parametri e le modalità indicate nel Capitolato Tecnico;
- con riferimento al LOTTO 1, i punteggi assegnati dalla Commissione per ogni singolo criterio/parametro esaminato sono riportati nella tabella di attribuzione dei punteggi allegata al presente sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante. Si riepilogano di seguito il totale dei punteggi assegnati a ciascun concorrente:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PUNTEGGIO MASSIMO
FC Genetics Services Srl	16	50
Sirio Medical Srl	45	50

- con riferimento al LOTTO 2, conformemente a quanto disposto nei documenti di gara, si procede assegnando il massimo del punteggio tecnico (50 punti) all'operatore economico Sirio Medical Srl, in quanto unico operatore che ha superato positivamente la fase preliminare di conformità dell'offerta;
- la commissione giudicatrice conclude i lavori ammettendo alla fase successiva i seguenti concorrenti:
 LOTTO 1: FC Genetics Services Srl e Sirio Medical Srl
 LOTTO 2: Sirio Medical Srl
- la commissione termina le operazioni rimettendo gli atti al Presidente del seggio di gara per la comunicazione, in successiva seduta pubblica, dell'esito dei risultati di tale valutazione tecnica e dei relativi punteggi assegnati, nonché per procedere all'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica.

IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. Massimo Masia)

COMPONENTE


(dott. Luciano Cara)

COMPONENTE

(Ing. Silvia Taccori)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(dott.ssa Tania Paderas)



ALLEGATO "A" AL VERBALE

LOTTO 1			
Caratteristiche tecniche minime pena esclusione	FC GENETICS SERVICES	SIRIO MEDICAL SRL	TECHNOS
1. apparecchiatura a laser ND: Yag	laser a diodi in GaAlAs e un laser a semiconduttori e non allo stato solido come richiesto vedi brochure ma la λ nominale è 1064 nm	ok p.4, p.8, p.10	ok p.1 off_tecn
2. potenza elevata, non inferiore a 10Watt;	ok p.3 off_tecn, brochure p.51	ok 12 Watt in continua potenza di picco 25 Watt p.4, p.11	ok 10,5 Watt p.1 off_tecn
3. modalità di emissione almeno di tipo continua e pulsata;	ok p.2 off_tecn	ok p.4, p.9	
4. capacità di penetrazione almeno 5 cm;	ok	ok p.4, p.14 (sino a circa 5 cm)	
CONFORMITA'		conforme	NON CONFORME

LOTTO 2			
Caratteristiche tecniche minime pena esclusione	SIRIO MEDICAL SRL	TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA	
1. Onde d'urto focali/radiali	ok onda d'urto focale ok p.4	OK ONDA RADIALE E FOCAL P.1	
2. Pressione almeno sino a 5 bar;	ok 160 bar p.4	OK LAVORO CON PRESSIONI TRA 5 E 6 BAR P.1	
3. profondità di penetrazione almeno 5 cm;	ok profondità sino a 7 cm p.4		
4. elevata frequenza di funzionamento	ok DA 0,5 a 20 Hz	OK DA 1 A 20 Hz	
CONFORMITA'		conforme	NON CONFORME

de f

pr

PARAMETRI		punteggio max. assegn.	FC GENETICS SERVICES SRL	SIRO MEDICAL SRL	C	C1
POTENZA		10	10 W (MINIMA)	20W (potenza di picco) in continua 25 Watt	0	10
MODALITA' DI EMISSIONE ENERGIA		5	CONTINUA, PUSATA, HYPER PUSATO, MPP	continua e pulsata (minime richieste)	5	0
POSSIBILITA' DI COMBINAZIONE CON LASER IR		10	NON PARLANO DI ALTRE COMBINAZIONI	si - infatti pur lavorando già nell'IR offrono un ulteriore laser mod. LIS 1050 che lavora nell'IR completo di manipolo	0	10
ERGONOMIA DEL SISTEMA DIMENSIONI FUNZIONALITA' CARATTERISTICHE COMPLESSIVE		10	IL LASER è UN UNICO BLOCCO CON IL CARRELLO MENO MANEGGEVOLE E LEGGERO PUNTATORE LASER DIMENSIONI: (LXPXH) 40X42X110 CM PESO 25 kg CONNESSIONE USB FUNZIONALITA': LA TECNOLOGIA NON è PROPRIAMENTE QLLA RICHIESTA IN QUANTO A SEMICONDUOTTORE INFATTI SI PARLA DI A NOMINALE CON UN FASCIO MOLTO DIVERGENTE, DIFFICILE LA FOCALIZZAZIONE DIRETTA, DUTY CYCLE REGOLABILE DAL 10% AL 90%, SISTEMA SPS E TEC CARATTERISTICHE COMPLESSIVE: NESSUN ACCESSORIO OFFERTO IN PIÙ RISPETTO ALLA DOTAZIONE MINIMA	il laser è staccato dal carrello (facilmente trasferibile) e offrono anche il carrello con più ripiani in cui poter collocare il secondo laser. (offerta) IL SISTEMA è LEGGERO E MANEGGEVOLE OFFRE LA POSSIBILITÀ DI DECIDERE IL TIPO DI CONFIGURAZIONE DESIDERATA DIMENSIONI: 39X30X17 PESO 5 KG (SENZA CARRELLO) LASER 1050 - 39 x 14 x 30 cm Peso: 2,95 Kg FUNZIONALITA': LA TECNOLOGIA ND YAG A FIBRA OTTICA HA OTTIME CARATTERISTICHE TERMICHE, OTTICHE E MECCANICHE DUTY CYCLE REGOLABILE DAL 10% AL 100% CARATTERISTICHE COMPLESSIVE: MANIPOLI IN FIBRA OTTICA PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE; OFFERTA ACCESSORI: 2 OCCHIALI DPI	4	10
POSSIBILITA' DI MODIFICARE LE DIMENSIONI DELL'AREA DI TRATTAMENTO		10	DIMENSIONE SPOT IR A CONTATTO CON LA CUTI DEL PZ 1 CM2 ALLA DISTANZA DI 1 CM DALLA CUTI 1,70 CM2 PERÒ SI HA UNA MAGGIORE DISPERSIONE ENERGIA	SI- TRAMITE DISTANZIATORI SU MANIPOLO - IL MANIPOLO CONSENTE DI TRATTARE AREE DA 3 E 5 CM2	5	10
DURATA GARANZIA TEMPI DI INTERVENTO TEMPI DI RISOLUZIONE		5	24 MESI FULL-RISK TEMPI DI INTERVENTO ENTRO 24 ORE DALLA CHIAMATA TEMPI DI RISOLUZIONE ENTRO 5 GG (CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DELL'APPARECCHIO)	24 MESI FULL-RISK TEMPI DI INTERVENTO ENTRO: ENTRO 8 ORE DALLA CHIAMATA COMPRESSE LE PREFESTIVITA' TEMPI DI RISOLUZIONE: ENTRO 3 GG LAVORATIVI (CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DELL'APPARECCHIO)	2	5