PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETT. C) D.LGS. 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 2 APPARECCHI TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) 16 STRATI DA DESTINARE ALLA RADIOLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DI QUARTU S. ELENA ED ALLA NUOVA CASA CIRCONDARIALE DI UTA.

Informazioni complementari e chiarimenti in merito ai quesiti sulla documentazione di gara formulati dagli operatori economici.
Aggiornamento al 06/08/2014.

Quesito 1: si conferma che la Stazione Appaltante provvederà ad eseguire tutte le opere necessarie al consolidamento, ove necessario, dei solai e di tutti gli interventi di natura edile nei locali di installazione?
Risposta: Si conferma. La ditta dovrà giustificare la necessità di eventuali richieste di rinforzo con adeguate relazioni tecniche.

Quesito 2: Si conferma che la Stazione Appaltante provvederà ad eseguire la fornitura e posa in opera dei quadri elettrici, delle linee di alimentazione di potenza, delle relative connessioni alle apparecchiature, degli impianti di segnalazione e inibizione dell'attività radiologica, degli impianti di avvio e arresto in emergenza del sistema e della rete dati?
Risposta: la ASL fornirà il quadro elettrico di piano da cui l'Operatore Economico dovrà derivare l'energia elettrica per alimentare la propria apparecchiatura. E' a carico dell'O.E. tutto l'impianto elettrico per alimentare tutte le componenti che costituiscono la TC in gara, comprese le segnalazioni fuori porta e gli apparati di segnalazione. Si precisa che il cavo di alimentazione dal quadro elettrico di piano sino al punto di consegna alle Vs. apparecchiature sarà a carico della ASL.

Quesito 3: Si conferma che la Stazione Appaltante provvederà a realizzare, ove necessario, l'impianto di climatizzazione ambientale nei locali d'installazione del sistema?
Risposta: Si conferma. L'O.E. dovrà indicare tipologia dell'impianto e le caratteristiche di funzionamento.

Quesito 4: Si conferma che la Stazione Appaltante provvederà a garantire un'idonea via di accesso al transito dell'apparecchiatura per il raggiungimento dei locali d'installazione?
Risposta: Le vie di accesso dovranno essere individuate dall'O.E. durante il sopralluogo; lo stesso O.E. dovrà inoltre occuparsi direttamente di predisporre tutti gli eventuali accorgimenti temporanei per consentire il transito delle parti, come sempre avvenuto.
Per quanto riguarda la Casa Circondariale di Uta, il trasferimento al 1° piano dell'Istituto delle varie componenti la TC potrà avvenire per mezzo di un montacarichi aventi le seguenti caratteristiche:

- larghezza porta cabina: cm.90;
- altezza porta cabina: cm.200;
- profondità cabina: cm.210;
- portata: kg.1000.

ASL 8 Cagliari
Sede legale: Via Logudoro 17 – 09126 Cagliari
Sede amm.va: Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

Servizio Tecnico
Settore Apparecchiature Elettromedicali
via Piero della Francesca 1
09047 Su Planu – Selargius (CA)
T. 0706093354 - F. 0706093201

Quesito 5: Nel Disciplinare di gara, è riportato, tra i documenti del PLICO B) OFFERTA TECNICA, la consegna di "un dettagliato computo metrico estimativo relativo alla tipologia, le modalità e le quantità delle opere che si ritiene debbano essere realizzate". Si conferma che tale elaborato sia un Computo Metrico (CM), mentre l'eventuale Computo Metrico Estimativo (CME) sia da inserire nel PLICO C) OFFERTA ECONOMICA?
Risposta:: Si conferma che nella documentazione tecnica dovrà essere contenuto il CME delle opere di predisposizione dei locali, comprese le opere di adeguamento dei solai di posizionamento, di cui, si ribadisce, dovrà essere fornita relazione tecnica di giustificazione.

Quesito 6: Si conferma che, ai fini della consegna, installazione, collaudo e fatturazione, le due apparecchiature sono da considerarsi indipendenti pur appartenendo allo stesso lotto?
Risposta: Si conferma, UNICO LOTTO.

Quesito 7: Non essendo previsto un sopralluogo alla Casa Circondariale di Uta, per redigere un progetto di installazione aderente alle effettive esigenze del sito, sono necessarie ulteriori specifiche sullo stato di fatto dei locali:

- piano di ubicazione,
- indicazione delle vie di accesso per la consegna dell'apparecchiatura,
- spessore delle lamine di piombo, attualmente installate,
- stato dell'arte degli impianti e dei locali (documentazione anche fotografica)
- composizione del solaio.

Risposta: Presso la Casa Circondariale di Uta l'apparecchiatura sarà collocata al 1° piano del corpo di fabbrica ove è ubicato il Centro Clinico. Per quanto sopra:

- piano di ubicazione: 1°;
- indicazione vie di transito: saranno disponibili durante il sopralluogo successivo all'affidamento della procedura; le dimensioni del montacarichi al piano sono indicate in risposta al precedente quesito 4;
- spessore lamine piombo: mm.2;
- stato di finitura dei locali di installazione: i locali sono ultimati dal punto di vista edile; la parte impiantistica sarà ultimata a seguito dell'affidamento dell'apparecchiatura;
- composizione del solaio di posizionamento: portata kg/mq 350 formato con lastre tipo "predalles" spessore cm 30, caldana strutturale cm 7,00, luce libera di inflessione cm 395.

Quesito 8: Con riferimento ai documenti di gara (Allegato I-1 Quartu S.E. Rinforzo solaio piano quarto), si richiede la Relazione Tecnica di Calcolo riguardante i consolidamenti eseguiti da codesta Spettabile Azienda presso il sito di Quartu.
Risposta: la Relazione tecnica rinforzi solaio Casa della Salute di Quartu sarà fornita durante il sopralluogo in Cantiere da parte del Direttore Tecnico o un suo delegato.

Quesito 9: Con riferimento a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara alla pag. 6 di 28, si conferma che la relazione tecnica giustificativa degli interventi volti ad eliminare eventuali vibrazioni o fenomeni acustici sia parte integrante del Progetto Esecutivo da consegnare a seguito di aggiudicazione?
Risposta: Si conferma.

ASL 8 Cagliari
Sede legale: Via Logudoro 17 – 09126 Cagliari
Sede amm.va: Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

Servizio Tecnico
Settore Apparecchiature Elettromedicali
via Piero della Francesca 1
09047 Su Planu – Selargius (CA)
T. 0706093354 - F. 0706093201

Quesito 10: Alla pag.3 dell'allegato A Capitolato Tecnico, punto 3. Servizi connessi alla fornitura, viene riportato: "… il corrispettivo per l'esecuzione di tali prestazioni ed attività deve intendersi compreso ed incluso nel prezzo complessivo offerto dai concorrenti per la fornitura di n°3 Tomografi a Risonanza Magnetica per piccoli segmenti ossei e dei relativi dispositivi". Si chiede conferma che trattasi di refuso.
Risposta: Si tratta di refuso.

Quesito 11: Si chiede, inoltre, di confermare che le opere non sono parte integrante del budget economico.
Risposta: Si conferma.

Quesito 12: Relativamente alla procedura di gara in oggetto e in particolare con riguardo all'art. 4 del Disciplinare di negoziazione nella parte in cui recita:*"Si precisa, inoltre, che la documentazione da produrre per la partecipazione alla presente procedura dovrà essere redatta in lingua italiana. In ipotesi di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano dovrà essere prodotta la relativa traduzione giurata"* formuliamo la richiesta dei seguenti chiarimenti.
Voglia codesta spett.le Amministrazione confermare che:
- la previsione della normativa di gara si riferisce esclusivamente all'offerta e in particolare alla documentazione espressamente individuata dall'art. 4 del Disciplinare di negoziazione, documentazione che deve essere inserita obbligatoriamente nei plichi A, B, e C;
- l'obbligo di traduzione giurata non riguarda le schede tecniche, i depliant illustrativi e le certificazioni attestanti il marchio CE e la conformità alle Direttive di Prodotto che possono essere allegati all'offerta;

Risposta: L'obbligo di redazione in lingua italiana e di produzione della traduzione giurata in ipotesi di redazione in altra lingua, si riferisce a tutti i documenti di offerta ed a corredo dell'offerta previsti all'interno dei Plichi A, B e C ed, in particolare, all'offerta tecnica ed economica, in conformità al disposto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 163/2006. Si confermano i due capoversi del quesito sopra indicato.

Quesito 13: Nella fase di presentazione dell'offerta è prevista la redazione di:
- Progetto di installazione per ciascuna apparecchiatura secondo le disposizioni indicate all'Art.2.2 del Disciplinare;
- Elaborato tecnico di progetto composto da: a) dettagliato computo metrico estimativo relativo alla tipologia, le modalità e le quantità delle opere che si ritiene debbano essere realizzate; b) elaborato grafico di previsione finale di progetto;

Sempre nel disciplinare al punto 2 (pag.6) è riportato che: al solo concorrente aggiudicatario verrà richiesto di predisporre in versione esecutiva il progetto di installazione, comprensivo del computo metrico estimativo, che dovrà essere redatto e consegnato alla stazione appaltante entro venti (20) giorni dalla sottoscrizione del contratto.
Quindi il computo metrico estimativo di dettaglio, comprensivo degli oneri della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, deve essere consegnato in questa fase o nella successiva eventuale fase post aggiudicazione?
Risposta: In entrambe le fasi.

ASL 8 Cagliari
Sede legale: Via Logudoro 17 – 09126 Cagliari
Sede amm.va: Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

Servizio Tecnico
Settore Apparecchiature Elettromedicali
via Piero della Francesca 1
09047 Su Planu – Selargius (CA)
T. 0706093354 - F. 0706093201

Quesito 14: Si conferma che l'onere per la realizzazione delle opere civili ed impiantistiche e delle schermature anti-x, individuate nel progetto di installazione, sono a carico della Stazione Appaltante e non figureranno nell'offerta economica a base di gara?
Risposta: Si conferma.

Quesito 15: Per quanto riguarda la Casa Circondariale di UTA si chiede:
1. a quale piano si trovano i locali destinati all'installazione dell'apparecchiatura?
2. è possibile acquisire informazioni in merito ai percorsi esterni ed interni da utilizzare per il trasporto dell'apparecchiatura al piano e per il posizionamento nel locale dedicato?
3. nei documenti a base di gara, la portata dichiarata del solaio della sala TC è pari a 350Kg/mq. E' possibile acquisire il progetto strutturale da cui evincere dimensioni e armature delle travi, tipo e spessore del solaio per poter individuare eventuali interventi di consolidamento necessari per il posizionamento della ns. apparecchiatura?

Risposta: si vedano le risposte fornite in corrispondenza ai quesiti 4) e 7).

ASL 8 Cagliari
Sede legale: Via Logudoro 17 – 09126 Cagliari
Sede amm.va: Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

Servizio Tecnico
Settore Apparecchiature Elettromedicali
via Piero della Francesca 1
09047 Su Planu – Selargius (CA)
T. 0706093354 - F. 0706093201