



DISTRETTO 5
Sarcidano - Barbagia di Seulo e Trexenta

Prot. n°

Isili 14/06/2013

Stampa: AZIENDA U.S.L. 8 - CAGLIARI
13 NOV. 2013
Prot. n. NP/43571
PROTOCOLLO GENERALE

Oggetto: Richiesta acquisto apparecchio elettromedicale.

AL SERVIZIO TECNICO
CAGLIARI
All'Ufficio Acquisti
SED

Handwritten signature: Dr. Rachele

Si richiede per il Centro di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Isili il seguente materiale:

N° 1 Apparecchio per Elettroterapia

- Unità a due canali.
- Intensità regolabile per ogni canale.
- Correnti a bassa e media frequenza.
- Protocolli di trattamento già impostati.
- Memorie libere per inserimento protocolli.
- Set elettrodi in gomma (varie misure).
- Set spugne (varie misure).
- Fasce di fissaggio.



Il Direttore del Distretto
Dr. Maurizio Rachele

Stampa: AZIENDA U.S.L. 8 - CAGLIARI
18 GIU. 2013
Prot. n. NP/25029
PROTOCOLLO GENERALE

Asl Cagliari
Via Piero della Francesca, 1 09047 Selargius
c.f. e p. iva 02261430926
www.aslcagliari.it

Distretto 5
Sarcidano Barbagia di Seulo e Trexenta
Via Emilia, 1 Isili 08033
Tel. 0782/820200
Responsabile Dr. Maurizio Rachele

Stampa: AZIENDA U.S.L. 8 - CAGLIARI
SERVIZIO TECNICO
17 GIU. 2013
ENTRATA

ALLEGATO A
ALLA DETERMINA N° 1475 DEL 17 DIC. 2013

Il presente allegato è com-
posto di n° 1 fogli.
Il Direttore del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)