

PG/2013/ 0112120

del 24/09/2013


Mittente DISTRETTO 3 - Quartu-Parteolla

Assegnatario Patrimonio e Servizi Tecnici

Classifica 14 B Fascicolo 11 del 2013



n° prot.



Al Servizio Tecnico
A.S.L. n. 8
SEDE

e, p. c. Al Dr. Vitale Puddu

Luigi Minerba
ca
11/11/2013

Oggetto: richiesta autorefrattometro Poliambulatorio Sinnai.

Si fa seguito alla nostra nota Prot. N. 37910 del 30/11/2012 e si trasmette, per i relativi provvedimenti di competenza, il sollecito Prot. N. 36470 del 20/09/2013 del Dr. Vitale Puddu per la fornitura di un autorefrattometro per il Poliambulatorio di Sinnai e per la quale questa Direzione ha già espresso parere favorevole.

Distinti saluti.


Quartu S.E.

Dr. Luigi Minerba
DIRETTORE
DISTRETTO QUARTU - PARTEOLLA

Il presente allegato è com-
posto di n° 6 fogli
di n° 6 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

ALLEGATO A
ALLA DETERMINA N° 1418 DEL 17 DIC. 2013



Distretto Quartu - Parteolla
Poliambulatorio Quartu Sant'Elena
Viale Colombo, 25
Tel. 0706097577, Fax 0706097590

 **ASL Cagliari**
n° prot. 286/102

Al Direttore Distretto Quartu- Parteolla
Via Turati, 4 c
Quartu S.E.

Oggetto: Sollecito acquisizione autorefrattometro per il Poliambulatorio di Sinnai

Quartu S.E. 19/09/13

Si sollecita la fornitura di un **autorefrattometro**, già richiesto con altre note (vedi allegati) indispensabile alle attività dell'ambulatorio Oculistico di Sinnai, per garantire un livello minimo di qualità nelle visite specialistiche a bambini e pazienti non collaboranti (anziani, disabili, ecc.).

Attualmente il collega oculista in servizio a Sinnai, Dott. Falchi, deve sistematicamente *trasferirsi* per utilizzare le apparecchiature di Quartu chiedendo ai pazienti di Sinnai e dintorni di recarsi al presidio di Viale Colombo per ultimare la visita.

(Per le Caratteristiche tecniche minime **AUTOREFRATTOMETRO** Completo di tavolo elettrico vedi note precedenti)

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dr. *Viale Puddu*
Dirigente Medico Poliambulatorio

ASL8

NP/2013/ 0036470

del 20/09/2013

Mittente: DISTRETTO 3 - Quartu-Parteolla

Assegnatario: DISTRETTO 3 - Quartu-Parteolla

Classifica: 14.6 Sottofasc. 76-1 del 2013




Distretto Quartu - Parteolla

Poliambulatorio Quartu Sant'Elena

Viale Colombo, 25

Tel. 0706097577, Fax 0706097590



Al Direttore Distretto Quartu- Parteolla

Via Turati, 4 c

Quartu S.E.

Oggetto: Acquisizione autorefrattometro per il Poliambulatorio di Sinnai

Quartu S.E. 27. M. 2012

Si sollecita la fornitura di un **autorefrattometro**, indispensabile alle attività dell'ambulatorio Oculistico di Sinnai, per garantire un livello minimo di qualità nelle visite specialistiche a bambini e pazienti non collaboranti (anziani, disabili, ecc.). Attualmente il collega oculista in servizio a Sinnai, Dott. Falchi, deve sistematicamente utilizzare le apparecchiature di Quartu chiedendo ai pazienti di Sinnai e dintorni di recarsi al presidio di Viale Colombo per ultimare la visita. Di seguito sono descritte le caratteristiche tecniche.

Caratteristiche tecniche minime AUTOREFRATTOMETRO Completo di tavolo elettrico

che consenta l'esecuzione di misurazioni refrattive rapide e precise anche su pazienti poco collaboranti, su bambini, su portatori di IOL, lenti corneali, lenti a contatto applicate, occhiali, senza dover richiedere particolari accorgimenti.


- ◆ Compatto, peso e dimensioni ridotte;
 - ◆ Monitor di controllo fissazione;
 - ◆ Allineamento ad anello (18 punti) con box;
 - ◆ Sistema di annebbiamento normale o veloce (uso pediatrico);
 - ◆ Misurazione in automatico e in manuale, selezionabile normale o veloce;
 - ◆ Tempo di misurazione 0,01 sec. ca.
 - ◆ Tempo di misurazione in continuo 0,02 sec. per misura ca.;
 - ◆ Range di misurazione S: -30 D/+22D C: -12D/+12D;
 - ◆ Dilatazione minima pupillare 2,5 mm.;
 - ◆ Misura distanza interpupillare sino a 85 mm.;
 - ◆ Incorporata stampante termica a linee. Possibilità di impostare stampa automatica dei dati e/o trasmissione su stampante esterna per refertazione su formato A4;
- Funzione di retroilluminazione per l'osservazione di eventuali opacità dei mezzi;
Mentoniera incorporata e regolabile in altezza;
Possibilità mantenere in memoria fino a 200 dati – esame;
Tasto Quick per acquisizione veloce delle misurazioni.
Autospegnimento dopo 5 minuti di utilizzo;
Alimentazione di rete

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dr. Vitale Puddu

Dirigente Medico Poliambulatorio

Distretto Quartu - Parteolla
Poliambulatorio Quartu Sant'Elena
Viale Colombo, 25
Tel. 0706097577, Fax 0706097590

 **ASL Cagliari**
n° prot. 543/Pol

Al Direttore Distretto Quartu- Parteolla

Via Turati, 4 c
Quartu S.E.

Oggetto: Acquisizione autorefrattometro urgente poliambulatorio di Sinnai

Quartu S.E. 08.10.2009

Si sollecita, con ogni consentita urgenza, la fornitura di un **autorefrattometro** indispensabile alle attività dell'ambulatorio Oculistico di Sinnai per garantire un livello minimo di qualità nelle visite specialistiche a bambini e pazienti non collaboranti (anziani, disabili, ecc.)

Caratteristiche tecniche minime AUTOREFRATTOMETRO Completo di tavolo elettrico

che consenta l'esecuzione di misurazioni refrattive rapide e precise anche su pazienti poco collaboranti, su bambini, su portatori di IOL, lenti corneali, lenti a contatto applicate, occhiali, senza dover richiedere particolari accorgimenti.

- ◆ Compatto, peso e dimensioni ridotte;
- ◆ Monitor di controllo fissazione;
- ◆ Allineamento ad anello (18 punti) con box;
- ◆ Sistema di annebbiamento normale o veloce (uso pediatrico);
- ◆ Misurazione in automatico e in manuale, selezionabile normale o veloce;
- ◆ Tempo di misurazione 0,01 sec. ca.
- ◆ Tempo di misurazione in continuo 0,02 sec. per misura ca.;
- ◆ Range di misurazione S: -30 D/+22D C: -12D/+12D;
- ◆ Dilatazione minima pupillare 2,5 mm.;
- ◆ Misura distanza interpupillare sino a 85 mm.;
- ◆ Incorporata stampante termica a linee. Possibilità di impostare stampa automatica dei dati e/o trasmissione su stampante esterna per refertazione su formato A4;

Funzione di retroilluminazione per l'osservazione di eventuali opacità dei mezzi;

Mentoniera incorporata e regolabile in altezza;

Possibilità mantenere in memoria fino a 200 dati – esame;

Tasto Quick per acquisizione veloce delle misurazioni.

Autospegnimento dopo 5 minuti di utilizzo;

Alimentazione di rete

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Distinti saluti

Dr. Vitale Puddu

Dirigente Medico Poliambulatorio

ASL8

NP/2012/ 0037910 del 30/11/2012 ore 08,46

Mittente: DISTRETTO 3 - Quartu-Parteolla

Assegnatario: Patrimonio e Servizi Tecnici

Classifica: 1.4.6 Fascicolo: 24 del 2012



Al Servizio Tecnico
A.S.L. n. 8
SEDE

e, p. c. Al Dr. Vitale Puddu

Oggetto: richiesta autorefrattometro Poliambulatorio Sinnai.

Si trasmette, per i relativi provvedimenti di competenza, la richiesta Prot. N. 37572 del 28/11/2012 del Dr. Vitale Puddu per la fornitura di un autorefrattometro per il Poliambulatorio di Sinnai, per la quale questa Direzione esprime parere favorevole.

Distinti saluti.

Quartu S.E.

Dr. Luigi Minerba
DIRETTORE
DISTRETTO QUARTU - PARTEOLLA



ASL8

NP/2012/0037572

del 28/11/2012

Attente Cure Primarie

Assegnatario: DISTRETTO 3 - Quartu-Parteolla

Classifica 146 Fascicolo 101 del 2012



Distretto Quartu - Parteolla
 Poliambulatorio Quartu Sant'Elena
 Viale Colombo, 25
 Tel. 0706097577, Fax 0706097590

Al Direttore Distretto Quartu- Parteolla

Via Turati, 4 c
Quartu S.E.

PROV. 320/pol

Oggetto: Acquisizione autorefrattometro per il Poliambulatorio di Sinnai

Quartu S.E. 28/11/12

Si sollecita la fornitura di un **autorefrattometro**, indispensabile alle attività dell'ambulatorio Oculistico di Sinnai, per garantire un livello minimo di qualità nelle visite specialistiche a bambini e per non collaboranti (anziani, disabili, ecc.). Attualmente il collega oculista in servizio a Sinnai, Dott. Falchi, sistematicamente utilizzare le apparecchiature di Quartu chiedendo ai pazienti di Sinnai e dintorni di recarsi al presidio di Viale Colombo per ultimare la visita. Di seguito sono descritte le caratteristiche tecniche.

Caratteristiche tecniche minime AUTOREFRATTOMETRO Completo di tavolo elettrico

che consenta l'esecuzione di misurazioni refrattive rapide e precise anche su pazienti poco collaboranti, su bambini, su portatori di IOL, lenti corneali, lenti a contatto applicate, occhiali, senza dover richiedere particolari accorgimenti.

- ◆ Compatto, peso e dimensioni ridotte;
- ◆ Monitor di controllo fissazione;
- ◆ Allineamento ad anello (18 punti) con box;
- ◆ Sistema di annebbiamento normale o veloce (uso pediatrico);
- ◆ Misurazione in automatico e in manuale, selezionabile normale o veloce;
- ◆ Tempo di misurazione 0,01 sec. ca.
- ◆ Tempo di misurazione in continuo 0,02 sec. per misura ca.;
- ◆ Range di misurazione S: -30 D/+22D C: -12D/+12D;
- ◆ Dilatazione minima pupillare 2,5 mm.;
- ◆ Misura distanza interpupillare sino a 85 mm.;
- ◆ Incorporata stampante termica a linee. Possibilità di impostare stampa automatica dei dati e/o trasmissione su stampante esterna per refertazione su formato A4;

Funzione di retroilluminazione per l'osservazione di eventuali opacità dei mezzi;

Mentoniera incorporata e regolabile in altezza;

Possibilità mantenere in memoria fino a 200 dati - esame;

Tasto Quick per acquisizione veloce delle misurazioni.

Autospegnimento dopo 5 minuti di utilizzo;

Alimentazione di rete

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dr Vitale Puddu
 Dirigente Medico Poliambulatorio