

Cagliari 21 febbraio 2014


Al Sig. Responsabile Servizio Tecnico
ASL Cagliari

Al Sig. Responsabile Servizio di Radioterapia
Ospedale Oncologico

LORO SEDI

Oggetto: interruzione predisposizione piani di trattamento con sistema PLATO per LINAC al 2S – Osp. Oncologico

Con la presente si comunica l'impossibilità di predisporre nuovi piani di trattamento per i due acceleratori lineari installati presso il 2S del P.O Businco.
In data 3 febbraio u.s era stata inviata una nota da parte della Fisica Sanitaria, che riportava la situazione, già più volte evidenziata, di estrema precarietà del sistema di calcolo denominato PLATO che già dal dicembre 2011 era stato cancellato dal Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici e per il quale non veniva garantita alcuna assistenza né hardware né software.
Il sistema per i piani di trattamento PLATO è soggetto a continui blocchi e malfunzionamenti con perdite di dati, sia di piani già calcolati che di quelli in preparazione. Più volte il sistema è stato ripristinato dal personale del Servizio di Fisica Sanitaria e, anche se in condizioni precarie, è stato possibile proseguire il lavoro. Nella giornata di ieri il sistema si è bloccato e nonostante i vari tentativi non è stato possibile ripristinarlo per cui da ieri non si possono più predisporre piani di trattamento per gli acceleratori lineari presenti al 2S.
Alla presente si allega la nota inviata il 3 febbraio e si evidenzia come sia urgente la soluzione di questo problema, stante il blocco dei trattamenti sulle macchine del 2° sottopiano.
Si resta a disposizione per qualunque ulteriore eventuale chiarimento e si porgono i più distinti saluti.

Il Responsabile
Dott. Gianfranco Meleddu


AZIENDA USL n° 8 - CAGLIARI
P.O. "A. BUSINCO"
FISICA SANITARIA
DIRIGENTE FISICO
Dott. Gianfranco Meleddu (Mstr. 47471)

Il presente allegato è com-
posto di n° 1 fogli
di n° 1 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 351 DEL 21 MAR. 2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Strelli)
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Smeone) pag 1
