ALLEGATO A
ALLA DETERMINA N° 1441 DEL 24 NOV. 2014

Il presente allegato è composto di n° 2 fogli.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

ASLCagliari

Laboratorio di Tossicologia

Rif. n. 531

Cagliari 05.08.2013

Al Responsabile Servizio Patrimonio
E Servizi Tecnici

ASL8
NP.2014/30189 del 07/08/2014 ore 12.08
Mill.: DISTRETTO 1 - Cagliari Area Vasta
Ass.: Patrimonio e Servizi Tecnici
Class.: 1.4.6. Fasc.: 46 del 2014

RICHIESTA URGENTE

Si segnala che la lavavetreria SMEG mod GW 4000 n° inv. 10020844 in dotazione al Laboratorio di Tossicologia da circa 14 anni non è più utilizzabile
Un sopralluogo della ditta Ingegneria Biomedica Santa Lucia ha riscontrato un malfunzionamento nel programmatore di lavaggi di cui la casa madre è ormai sprovvista per obsolescenza dell'apparecchiatura , come risulta dal rapporto tecnico allegato.

Pertanto si chiede l'acquisto di una lavavetreria con le seguenti caratteristiche minime:

1) dimensioni non superiori a mm 800 x 600 x 800 compatibili con gli spazi a disposizione
2) idonea al lavaggio accurato,alla disinfezione efficace e alla decontaminazione biologica della vetreria
3) in acciaio inox a carica frontale
4) 2 piani di lavaggio con due cestelli
5) completa di accessori:
per il lavaggio di provette (accessorio con suddivisione e telaio di copertura)
per il lavaggio di vetreria a collo largo e collo stretto (imbuti, beaker,matracci, cilindri, bottiglie ecc)
6) diversi programmi di lavaggio
7) display con indicazione di temperatura e tempo di durata di lavaggio
8) dosaggio automatico detergenti
9) blocco di sicurezza dello sportello
10) ridotta emissione di rumore e calore
11) depuratore d'acqua incorporato, se necessario

La richiesta ha carattere di **urgenza** in quanto la strumentazione è **indispensabile** in laboratorio per il lavaggio e la sanitizzazione della vetreria utilizzata nelle procedure di analisi (provette, pipette, beaker...) che viene in contatto con materiale biologico a rischio (sangue e urine di tossicodipendenti quindi potenzialmente infetto).

Dott.ssa Alessandra Aste
Direttore del Laboratorio

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
05 AGO. 2014
ENTRATA
SERVIZIO TECNICO

Ordine Di Lavoro / Rapporto Tecnico nr.

[redacted]

OdL nr.:
Assegnato a: PATERA
Richiedente: FRAU
Rich.Ente:
Problema: NON FUNZIONA

Data / Ora:
Tipo di Int.: **CORRETTIVA**
Telefono:
Data/Ora Rich Ente :
FM: ☐

Inventario N.: 10020844
Tipologia: LAVATRICE
Produttore: SMEG
Modello: GW 4000
Matricola:
Sede: CG VALENZANI
Reparto: SERT
Unita: **GENERALE**

Dati di CHIUSURA

Data / Ora:
L'apparecchio funziona correttamente: ☐
Tecnico: PATERA
Firma:
Accettazione: D.SSA FRAU
Firma: Carlina Bellagna
Personale non presente: ☐

Estremi degli INTERVENTI

PATERA SOPRALLUOGO, SI RISCONTRA MALFUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMATORE DEI LAVAGGI. RICHIESTA QUOTAZIONE RICAMBI — 09.07.2014 12:00/16:00

PATERA RICEVUTA COMUNICAZIONE DA CASA MADRE DI INDISPONIBILITÀ DEI RICAMBI PER OBSOLESCENZA DELL'APPARECCHIATURA. SI CONSIGLIA LA DISMISSIONE DELLO STRUMENTO. — 11.07.2014 10:00/10:30

Ricambi

Interventi Esterni

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
05 AGO. 2014
ENTRATA
SERVIZIO TECNICO

Note