

AL SERVIZIO ACQUISTI ASSL CAGLIARI
ATS SARDEGNAAlla Responsabile del Servizio Acquisti
Dott.ssa Alessandra De VirgiliisAlla Responsabile dell'istruttoria del procedimento
Dott.ssa Daniela Bianco

Cagliari, 26/5/2017

Oggetto: Trasmissione nota dell'operatore economico BIOPSYBELL S.R.L su indagini di mercato pubblicate in APRILE MAGGIO 2017

Si riscontra la nota NP/2017/46551 del 25/5/2017 di pari oggetto con la quale si richiede allo scrivente di confermare o rivedere le dichiarazioni di scelta una volta presa visione delle schede tecniche.
Con riferimento alla stessa nota, si precisa quanto segue:

Riferimento n°2 – Dispositivo di Vertebral Augmentation

La ditta Biopsy Bell offre un dispositivo di cifoplastica percutanea in vece del sistema richiesto di "vertebral augmentation mediante endoprotesi in titanio che presenta forze di riespansione esclusivamente verticali e non orizzontali"; poichè l'insufflazione del catetere a palloncino della cifoplastica presenta forze distribuite a 360° su tutto il soma e non essendo la cifoplastica un sistema di protesi intrasomatica, non può certamente soddisfare le caratteristiche richieste.

Riferimento n°9 – Dispositivo per stabilizzazione vertebrale

La ditta Biopsy Bell offre un dispositivo di cifoplastica percutanea per il trattamento delle fratture vertebrali in vece del dispositivo richiesto di "stabilizzazione vertebrale tramite viti transfaccettali e peduncolari" per il trattamento della microinstabilità. Non soddisfa pertanto le caratteristiche richieste.


Riferimento n°11 – Termoablazione per cementoplastica in Radiofrequenza

La ditta Biopsy Bell offre un dispositivo di decompressione discale percutanea in vece del dispositivo richiesto di "termoablazione con cementoplastica in RF" per il trattamento delle fratture vertebrali metastatiche. Non soddisfa pertanto le caratteristiche richieste.

Si manifesta altresì non poco stupore nel constatare che le offerte sopra descritte siano totalmente difformi dai prodotti richiesti, non solo dal punto di vista delle caratteristiche ma anche dal punto di vista delle indicazioni terapeutiche.

Riaffermando la piena disponibilità per gli ulteriori approfondimenti che le SSSL vorranno richiedere, l'occasione mi è gradita per porgere i miei più cordiali saluti.

Il Direttore UOC


IL RESPONSABILE
Dott. Stefano Marcia