

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI**

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari N° DET8-2017-137 DEL 27/03/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta)

**STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF - TECHNOLOGY
ASSESSMENT**

OGGETTO:

Determinazione a contrattare per l'avvio della procedura negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) per la fornitura di aspiratori da destinare a diverse strutture dell'ASSL di Cagliari.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott./Dott.ssa BARBARA PODDA (firma digitale apposta)

La presente Determinazione:

è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell'art. 29 della L. R. n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Cagliari dal **29/03/2017** al **13/04/2017**

IL RESPONSABILE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT

- VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS);
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n° 143 del 29.12.2016 , con la quale il dott. Paolo Tecleme è stato nominato Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Cagliari;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1150 del 29/08/2016, con la quale sono state attribuite all'Ing. Barbara Podda le funzioni di Responsabile della S. C. Technology Assessment;
- VISTA** la Delibera del Commissario Straordinario n.1453 del 24.11.2016 con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega del Responsabile del Servizio Technology Assessment;
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
- PREMESSO** che i referenti della U.O. Assistenza Protesica e integrativa hanno indicato e richiesto l'acquisizione di aspiratori destinati a pazienti aventi diritto all'assistenza integrativa protesica, suddivisi nelle seguenti due tipologie:
- fornitura di aspiratori chirurgici a rete e batteria ad uso domiciliare, per un quantitativo annuale indicativo sino ad un massimo di 81 pezzi;
 - fornitura di aspiratori chirurgici portatili ad uso domiciliare, per un quantitativo annuale indicativo sino ad un massimo di 135 pezzi ordinabili.
- che tale acquisizione riveste carattere di particolare necessità al fine di dar corso ad un approvvigionamento unitario annuale dei beni in oggetto e consentire l'immediata assegnazione ai pazienti aventi diritto;
- che, tale fabbisogno è stato comunicato alla S.C. Technology Assessment solo di recente, successivamente alla presentazione del Piano di Programmazione Biennale e pertanto si ritiene necessario adoperarsi al fine di soddisfare le esigenze anzidette;
- che, viceversa, nel fabbisogno espresso nell'ambito delle procedure di programmazione della S.C. Technology Assessment erano presenti dodici richieste di attrezzature analoghe "ASPIRATORI MEDICI CHIRURGICI" CND Z120105 ed in particolare:

- aspiratori chirurgici carrellati da sala operatoria, per un quantitativo pari a 4 pezzi;
 - aspiratori chirurgici portatili per uso ambulatoriale, per un quantitativo pari a 4 pezzi;
 - aspiratori chirurgici a rete e batteria per uso ambulatoriale, per un quantitativo pari a 4 pezzi;
- le quali non raggiungendo un importo complessivo di euro 40.000,00 non erano state inserite nell'ambito della programmazione biennale approvata con delibera N. 1720 del 28.12.2016.

DATO ATTO che il quantitativo richiesto relativamente all'Assistenza protesica integrativa è stato stimato in base ai consumi relativi agli anni precedenti e dei fisiologici scostamenti di tali fabbisogni e considerato che lo stesso non può essere rigorosamente definito nel dettaglio si ritiene opportuno procedere con l'attivazione di un contratto che preveda:

- la fornitura periodica di apparecchiature per un quantitativo tra un minimo ed un massimo ordinabile, come meglio indicato nel prospetto riepilogativo allegato sub "A" alla presente per farne parte integrale;

- una durata massima di 18 mesi (12 + 6 opzionali) a decorrere dalla data di stipula del contratto nelle forme previste dalla Legge, laddove non vengano esauriti i quantitativi massimi precedentemente indicati;

che, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera ATS n. 11 del 18/01/2017, l'avvio della procedura di cui trattasi è stata comunicata al coordinatore dell'area tematica acquisti nominato con delibera ATS n. 39 del 13/02/2017 con nota NP/21059 del 08/03/2017;

ATTESO che in relazione all'oggetto e all'importo presunto del contratto, pari a € 40.000,00 Iva esclusa la sopraindicata fattispecie rientra nella ipotesi prevista dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016;

DATO ATTO che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale regionale di riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

RILEVATO che, le tipologie di beni in questione risultano disponibili e negoziabili sulla Piattaforma Acquisti in Rete P.A. in quanto presente la relativa categoria merceologica "Beni e Servizi per la Sanità" e che, pertanto, è attivabile una procedura telematica di acquisizione mediante richiesta d'offerta (RdO);

RITENUTO per quanto sopra esposto, di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, l'espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO), alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici abilitati sulla piattaforma per la classe merceologica di riferimento;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l'Ing. Barbara Podda, Responsabile della S.C. Technology Assessment;

DATO ATTO che la suddetta procedura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4 lett. b) D.lgs. 50/2016), trattandosi di apparecchiature biomedicali di base non tecnologicamente avanzate che presentano caratteristiche tecniche sufficientemente standardizzate;

che, salve le risultanze dell'istruttoria, l'affidamento della fornitura avverrà con successivo provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme consentite dalla normativa vigente;

PRECISATO che la partecipazione alla procedura è subordinata al rispetto del patto di integrità adottato con delibera n. 1156 del 28/09/2012, che verrà allegato alla documentazione di gara e al contratto;

VISTI il D.Lgs. n.502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;
la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 17/2016;
la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;
il D.Lgs. n. 50/2016;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

Per tutto quanto espresso in premessa:

- di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, l'espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento di delle fornitura descritta nel presente atto, da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO), alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici abilitati sulla piattaforma per la classe merceologica di riferimento;
- che, salve le risultanze dell'istruttoria, l'aggiudicazione e l'affidamento della fornitura in oggetto avverrà con successivo provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nella forma di scrittura privata;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

IL RESPONSABILE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT

Ing. Barbara Podda
(firma digitale apposta)

S.C. Technology Assesment: B.P.
Settore Gestione Gare e Contratti: G.S.
Estensore: E.S.

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO

che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

- Di approvare la proposta di determinazione sopra esposta;
- di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, l'espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento di delle fornitura descritta nel presente atto, da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO), alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici con area di affari in Sardegna abilitati sulla piattaforma per la classe merceologica di riferimento;
- che, salve le risultanze dell'istruttoria, l'aggiudicazione e l'affidamento della fornitura in oggetto avverrà con successivo provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nella forma di scrittura privata;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI CAGLIARI

Dott. Paolo Tecleme
(firma digitale apposta)

	Descrizione Prodotto	Previsione 2017	Opzione + 35%	Opzione - 50%	Prezzo UNITARIO	Importo base	Importo min	Importo max
1	ASPIRATORE CHIRURGICO A RETE E BATTERIA USO DOMICILIARE	60	81	30	210,00 €	€ 12.600,00	€ 6.300,00	€ 17.010,00
	destinazione d'uso specifica domiciliare certificata da manuale							
	vaso di raccolta 1 litro in policarbonato sterilizzabile con valvola di troppo pieno con regolatore di aspirazione e vuotometro							
	capacità minima 30l/m							
	portatile ad alimentazione elettrica e a batteria							
	esente da manutenzione programmata							
	Completo di tutti gli accessori per l'avvio(cavi, filtro, tubi di collegamnto, vaso, ecc)							
2	ASPIRATORE CHIRURGICO PORTATILE USO DOMICILIARE	100	135	50	123,00 €	€ 12.300,00	€ 6.150,00	€ 16.605,00
	destinazione d'uso specifca domiciliare certificata da manuale							
	vaso di raccolta 1 litro in policarbonato sterilizzabile con valvola di troppo pieno con regolatore di aspirazione e vuotometro							
	capacità minima 30l/m							
	portatile ad alimentazione elettrica							
	Completo di tutti gli accessori per l'avvio(cavi, filtro, tubi di collegamnto, vaso, ecc)							
	esente da manutenzione programmata certificato da manuale							
3	ASPIRATORE CHIRURGICO CARRELLATO DA SALA OPERATORIA	4			€ 1.200,00	€ 4.800,00		€ 4.800,00
	Aspiratore chirurgico ad alimentazione elettrica per aspirazioni di liquidi corporei.							
	destinazione d'uso: sala operatoria e corsia ospedaliera							
	Modalità d'uso continua							
	4 ruote antistatiche di cui due con freno							
	Maniglia di trascinamento telescopica							
	Corpo in materiale plastico ad elevato isolamento termico ed elettrico							
	2 vasi di raccolta da 4000 cc secreti in policarbonato autoclavabile con valvola di troppo pieno							
	portata d'aria :90l/min							
	Deviatore di flusso automatico per il facilitare passaggio da un vaso all'altro evitando il contatto con parti contaminate							
	Vuoto Massimo: 0÷0.90 bar (0 ÷-90 kPa)							
	Completo di tutti gli accessori per l'avvio(cavi, filtri antibatterici (N.2 pezzi), tubi di collegamento, vaso, ecc)							
	ASPIRATORE CHIRURGICO PORTATILE USO AMBULATORIALE	4			150,00 €	€ 600,00		€ 600,00
	Aspiratore chirurgico ad alimentazione elettrica per aspirazioni di liquidi corporei.In particolare aspirazione nasale, orale, tracheale (come muco, saliva e sangue)							

4	destinazione d'uso certificata da manuale ambulatoriale per uso su pazienti adulti e bambini					
	La modalità d'uso deve prevedere garanzia di continuità per almeno N.2 ore.					
	vaso di raccolta 1 litro in policarbonato sterilizzabile con valvola di troppo pieno con regolatore di aspirazione e vuotometro					
	capacità minima 40l/m					
	portatile ad alimentazione elettrica					
	Completo di tutti gli accessori per l'avvio(cavi, filtro, tubi di collegamnto, vaso, ecc)					
	esente da manutenzione programmata certificato da manuale aspirazione max: -0,80 bar (600 mm/Hg)					
ASPIRATORE CHIRURGICO A RETE E BATTERIA USO AMBULATORIALE	4			180,00 €	€ 720,00	€ 720,00
destinazione d'uso specifca ambulatoriale per l'aspirazione di liquidi corporei nasale, orale e tracheale nell'adulto, certificata da manuale						
vaso di raccolta 1 litro in policarbonato sterilizzabile con valvola di troppo pieno con regolatore di aspirazione e vuotometro						
capacità minima 30l/m						
portatile ad alimentazione elettrica e a batteria						
esente da manutenzione programmata						
Completo di tutti gli accessori per l'avvio(cavi, filtro, tubi di collegamnto, vaso, ecc)						
TOTALE						€ 39.735,00

Il Responsabile della S.C. Technology Assessment
Ing. Barbara Podda

