

PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006, DI UN CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 3 LETTI DI TERAPIA INTENSIVA DA DESTINARE ALL'U.O.C. UNITÀ SPINALE UNIPOLARE DEL P.O. MARINO DELLA ASL CAGLIARI.

VERBALE DI 1° SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno duemilaQUATTORDICI, il giorno UNO del mese di DICEMBRE, alle ore 12,00, presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, via Pier della Francesca n. 1 – Selargius (CA), si è riunita in seduta riservata, per procedere alla valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice nominata con deliberazione n. 1626 del 13.11.2014, composta da:

Presidente Componente	Ing. Massimo Masia, Dirigente dell'Azienda e Responsabile della Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici
Componente	Dr.ssa Giuliana Campus, Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Unità Spinale Unipolare del P.O. Marino, con elevate competenze nel campo della terapia intensiva
Componente	Ing. Giovanni Secci, ingegnere elettronico con competenze nel campo dell'Ingegneria clinica, operante presso la S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici
Segretario	Maria Teresa Ponti, funzionario dell'Azienda

Si precisa, altresì, che alla seduta partecipa la sig.ra Maria Teresa Ponti, funzionario della stazione appaltante, la quale, come previsto dalla deliberazione di nomina sopra indicata, svolgerà le funzioni di segretario e, pertanto, curerà le operazioni di mera verbalizzazione della seduta della commissione e delle relative operazioni, senza con ciò partecipare alle valutazioni e decisioni del collegio.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione e del Segretario, da inizio ai lavori.

Si dà atto, in via preliminare, che la commissione ha proceduto, nel corso della 1° seduta pubblica del 14/11/2014, alla verifica della presenza dei documenti contenuti nelle buste A e B presentate dai concorrenti in gara e al controllo degli stessi, al fine di verificare se tali documenti siano conformi a quanto prescritto dalla documentazione di gara. In conformità a quanto prescritto dal disciplinare di gara, i lavori verranno condotti secondo il seguente ordine: si procederà, innanzitutto, a verificare la corrispondenza/conformità delle caratteristiche e dei requisiti minimi dichiarati da ciascun concorrente nella propria offerta tecnica rispetto a quelli a base di offerta previsti, a pena esclusione, nel Capitolato tecnico e, in generale, nella documentazione di gara.

L'accertamento della sussistenza delle caratteristiche e dei requisiti minimi, nonché delle eventuali caratteristiche migliorative proposte dai concorrenti in offerta, saranno svolte esclusivamente sulla base di quanto risultante nella documentazione tecnica presentata dai concorrenti stessi nel plico B.

Terminata tale fase preliminare di accertamento del possesso delle caratteristiche/requisiti minime/i richieste/i, la Commissione procederà all'attribuzione del punteggio tecnico per le sole offerte tecniche risultate conformi.

Tutto ciò premesso, la Commissione procede alle operazioni di cui sopra e, precisamente, alla fase preliminare di definizione della griglia dei parametri volti alla verifica della conformità delle offerte rispetto alle condizioni minime di cui alla presente gara. A tale scopo vengono rilevate analiticamente le caratteristiche proposte da ogni singolo concorrente in gara, per poi compararle con le specifiche minime richieste dalla stazione appaltante.

La Commissione, così, prosegue e completa le anzidette operazioni di verifica analitica e controllo della corrispondenza delle caratteristiche e dei requisiti minimi dichiarati nelle offerte tecniche con quelli previsti, a pena esclusione, nel Capitolato Tecnico.

Dall'esito dei lavori svolti dalla Commissione nel corso delle due sedute riservate, emerge la conformità tecnica di tutte le offerte sottoposte a detta verifica, come dettagliatamente descritto nel prospetto comparativo di tali operazioni e rilevazioni, redatto su apposita tabella, che viene allegata al presente verbale (sub A), per formarne parte integrante. In particolare, nella prima colonna vengono riportate e trascritte le specifiche tecniche e configurazioni minime a base di offerta prescritte dal capitolato tecnico, mentre nella altre colonne si riporta l'esito del confronto di rispondenza tra tali specifiche poste dalla stazione appaltante e la corrispondente proposta tecnica offerta da ciascun concorrente, con indicazione specifica della sezione dell'offerta tecnica del concorrente laddove la commissione ha potuto rilevare la corrispondenza alle condizioni di cui al capitolato tecnico.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

Il presente allegato è composto di n° 3 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

N. 651 DEL 29 MAG. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Pani 1

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu 1

La Commissione, pertanto, dà atto che tutte le offerte risultano conformi alle condizioni tecniche e contrattuali minime a base di gara e, per l'effetto, ammette tutti i concorrenti alla successiva fase di valutazione degli aspetti tecnico qualitativi e di attribuzione del punteggio tecnico e, considerati gli altri impegni istituzionali dei commissari, rinvia per tale incumbente e la prosecuzione dei lavori ad altra seduta riservata in data da stabilire.
Ultimati i lavori, la seduta ha termine.

I COMPONENTI

IL PRESIDENTE/COMPONENTE

- componente Dr.ssa Giuliana Campus

- componente Ing. Giovanni Secci

Ing. Massimo Masia

IL SEGRETARIO

Maria Teresa Ponti

Fornitura n°3 letti antidecubito da destinare alla U.O. Spinale del P.O. Marino		
CARATTERISTICA TECNICA	Linet	Hill Rom
- 4 sezioni e 3 snodi;	Documento Caratteristiche Tecniche Multicare pag.1	Documento B2) Offerta Tecnica pag.2
- possibilità di aumento della lunghezza del piano per consentire l'utilizzo del letto anche nel caso di pazienti particolarmente alti;	Documento Caratteristiche Tecniche Multicare pag.1	Documento B2) Offerta Tecnica pag.2
- n°4 ruote sterzanti con freno centralizzato;	Documento Caratteristiche Tecniche Multicare pag.2	Documento B2) Offerta Tecnica pag.2
- radio trasparenza almeno per la "sezione toracica" per consentire l'uso di amplificatori di brillantezza con braccio a "C";	Documento Caratteristiche Tecniche Multicare pag.1	Documento B2) Offerta Tecnica pag.2
- possibilità di inserimento di supporti radiografici anche a diretto contatto con il torace del paziente per l'esecuzione di indagini diagnostiche rx;	Documento Caratteristiche Tecniche Multicare pag.1	Documento B2) Offerta Tecnica pag.2
- funzione CPR;	Documento Caratteristiche Tecniche Multicare pag.2	Documento B2) Offerta Tecnica pag.2
- presenza su entrambi i lati del letto di azionamenti che consentano manovre in fase critica di trendelenburg e contro-trendelenburg, lasciando libere le mani dell'operatore,;	Documento "Caratteristiche tecniche punto per punto come da Capitolato Tecnico" pag.7	Documento B2) Offerta Tecnica pag.2
- posizione "poltrona cardiologica" attraverso un solo comando;	Documento Caratteristiche Tecniche Multicare pag.1	Documento B2) Offerta Tecnica pag.4
- misura del peso del paziente ricoverato;	Documento Caratteristiche Tecniche Multicare pag.2	Documento B2) Offerta Tecnica pag.3
- materasso antidecubito in dotazione, perfettamente adeguato dal punto di vista ergonomico, costruttivo/funzionale e dimensionale al letto elettrico offerto, che permetta una ampia gamma di funzioni terapeutiche;	Documento "Caratteristiche tecniche punto per punto come da Capitolato Tecnico" pag.10	Documento B2) Offerta Tecnica pag.6
- portata terapeutica del materasso di almeno Kg. 200 con massima efficacia antidecubito;	Documento "Caratteristiche tecniche punto per punto come da Capitolato Tecnico" pag.10	Documento B2) Offerta Tecnica pag.2
- presenza di almeno n°2 aste porta flebo (descrivere tipologia);	Documento "Caratteristiche tecniche punto per punto come da Capitolato Tecnico" pag.13	Documento B2) Offerta Tecnica pag.2
CONFORME?	SI	SI

3

Favari *Giuliana*