

Allegato B)

531
- 6 GIU. 2016

n° prot. NP/3631

- 9 FEB. 2016

Al Direttore Ginecologia ed Ostetricia P.O. SS. Trinità
c.a. Dott.ssa Eleonora Coccollone

Al Direttore Chirurgia Generale P.O. SS. Trinità
c.a. Dott. Raffaele Sulis

Al Direttore Chirurgia Generale P.O. San Marcellino
c.a. Dott. Roberto Ottonello

Al Direttore Chirurgia Generale P.O. Marino
c.a. Dott. Alessandro Garau

Alla Responsabile del Servizio Acquisti
c.a. Dott.ssa Alessandra De Virgiliis

Al Responsabile del Servizio Tecnico
c.a. Ing. Massimo Masia

Alla Responsabile della SSD Unità Farmaceutica Centrale
c.a. Dott.ssa Sandra Loi

Oggetto: Acquisto di bisturi ad ultrasuoni e relativo materiale di consumo.

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che la Commissione, nell'ambito dell'analisi delle richieste in dichiarazione di scelta inavase dal Servizio Acquisti nel 2015, ha valutato il fabbisogno annuale di consumabili della Chirurgia del P.O. San Marcellino e della Ginecologia del SS. Trinità (Nota UFC NP2015/0018109 del 28.05.2015).

Al fine di ridurre le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando e limitare il numero di procedure di acquisto, la Commissione ritiene opportuno unire tale fabbisogno con quello espresso dalla Chirurgia del P.O. Marino nell'ambito del Capitolato Trasmeso dall'UFC in data 07.01.2016. con nota prot. N. 181/2016.

	Fabbisogno 2015		Gara 2016
	Chirurgia P.O. San Marcellino	Ginecologia SS. Trinità	Chirurgia P.O. Marino
generatore	Apparecchiatura acquistata dal servizio tecnico con Determina N. 839/2009	1	2
manipoli		2	
carrello		1	
pedaliera		1	
Forbice 14 cm			24
Forbice 23 cm		24	80
Forbice 36 cm	12	36	80

2 AB

La Commissione ritiene altresì strategico che nell'impostazione del capitolato tecnico i chirurghi interessati ad utilizzare il bisturi/coagulatore ad ultrasuoni condividano le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura da porre a base di gara oltre ai quantitativi e alla tipologia dei dispositivi medici associati già trasmessi dall'Unità Farmaceutica Centrale.

Pertanto si invitano i sanitari in indirizzo, interessati all'utilizzo dei bisturi ad ultrasuoni, ad incontrare la commissione in data martedì 16 Febbraio alle ore 10.30 presso la sala riunioni del sesto piano per meglio concordare le caratteristiche tecniche delle attrezzature da porre a base di gara.

Nelle more della definizione del nuovo capitolato, visto che il contratto SISAR Rep. N. 198/2010 (prorogato fino al 31.01.2016) con cui è stato aggiudicato il bisturi ad ultrasuoni ULTRACISION e il relativo consumabile, risulta avere un residuo di 91.103,00 euro, considerato che nell'anno 2015 la spesa complessiva su questo contratto è stata di circa 60.000,00 euro, appare evidente che il budget contrattuale residuo possa indicativamente coprire l'attività media annuale richiesta lo scorso anno dal P.O. Marino e dal P.O. San Marcellino nonché il nuovo quantitativo annuo stimato dalla Ginecologia del P.O. SS. Trinità.

7/6/2016 381

Pertanto, nelle more della definizione del nuovo capitolato, si invita il Servizio Acquisti a prorogare temporalmente il contratto rinegoziando le condizioni di fornitura in aderenza alla normativa recante le disposizioni per la riduzione dei costi delle forniture e dei servizi (art. 8 comma 8 del D.L. n.66/2014, convertito in Legge n. 89 del 24.06.2014).

Si propone in particolare:

- uno sconto sul prezzo delle forbici per allinearle a quello di Altre Aziende Sanitarie;
- la manutenzione full risk su tutte le apparecchiature presenti in Azienda;
- la fornitura in noleggio di un nuovo generatore (completo di due manipoli, generatore, pedaliera e carrello) per il P.O. SS. Trinità;
- la riduzione della quota di noleggio offerta in gara.

Distinti saluti,

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 531 DEL - 6 GIU. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ~~IL DIRETTORE SANITARIO~~
Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Pani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu

Il delegato del Presidente della
Commissione
Dott. Sergio Laconi

Il presente allegato è composto da n° 2 fogli di n° _____ pagine.