



Fisica Sanitaria
SSD Sicurezza D.Lgs 81/2008

N° prot. NP/2016/26525

Cagliari, 26 ottobre 2016

Al Responsabile

SC Patrimonio e Servizi Tecnici

ASL di Cagliari

Il presente allegato è com-
posto di n° 1 fogli
di n° 1 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

Oggetto: Richiesta taratura strumentazione Servizio di Fisica Sanitaria

Con la presente si richiede all'azienda la taratura della strumentazione già a disposizione della Fisica Sanitaria al fine di poter svolgere in maniera esaustiva i compiti istituzionali del Servizio di Fisica Sanitaria nell'ambito di un programma di garanzia della qualità, per tutte le apparecchiature di diagnostica per immagini, secondo il D.Lgs. 187/2000.

Di seguito viene riportato l'elenco della suddetta strumentazione:


1. Barracuda Cabinet Main Unit
2. Elettrometro RTI Electronics, tipo Barracuda;
3. Rivelatore MPD RTI Eletronics, tipo Barracuda (calibrazione per radiodiagnostica, mammografia e TC);
4. Rivelatore WDCT 10 Ion Chamber RTI Electronics (calibrazione per 100/120 kV, 2,5 mm Al);
5. rivelatore R100 RTI Electronics (calibrazione per radiodiagnostica e mammografia).

Si sottolinea l'urgenza della taratura della strumentazione in quanto le procedure di qualità richiedono una certificazione di taratura periodica.

Si allega, inoltre, come da accordi presi per vie brevi, il preventivo per la taratura dei suddetti strumenti comprensivo dei costi di trasporto della dita ELSE.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali Saluti



Dott.ssa Efsia Deiana
Dirigente Fisico Sanitario
Esperto Qualificato di 2° grado
Numero d'ordine 2123

pag 1 di 1