PROCEDURA APERTA per la fornitura in modalità service di sistemi diagnostici automatizzati, comprendenti strumentazione, reagenti, prodotti consumabili, per L'ESECUZIONE DIAGNOSTICA DI EMOGASANALISI per tutte le varie strutture ospedaliere e territoriali della ASL N.8 di Cagliari e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari (Ospedale San Giovanni di Dio e Policlinico Universitario di Monserrato)

Precisazioni

L'impianto della gara prevede che l'offerta sia commisurata al numero di determinazioni obbligatorie. Qualora l'offerta si riferisca ad un apparecchio in grado di fare anche ciò che è richiesto come opzionale, esecutivamente e subito, in fase di collaudo, i Responsabili interessati ordineranno solo ciò che effettivamente necessita degli analiti opzionali (quantità che può essere pari alla quantità degli analiti definiti obbligatori, ma anche inferiore a questa ovvero, eventualmente, superiore).
In tale contesto, cioè di richieste opzionali personalizzate con l'obiettivo di evitare inutili, eccessivi sprechi, si ritiene di ottenere, dai concorrenti, offerte economicamente interessanti

D. al punto 7 viene richiesta la fornitura di siringhe specifiche e/o eparina che suppliscano all'influenza dell'anticoagulante nella determinazione del calcio ione:le due ipotesi di fornitura non sono paragonabili tra loro in termini economici. La fornitura di siringhe comporta un incremento notevole del costo finale per test e richiede ovviamente la conoscenza esatta del numero delle stesse. La determinazione del calcio ione riguarda tutti gli strumenti?
R. la massima attendibilità del parametro "calcio ionizzato" è quella ottenibile con le siringhe con eparina bilanciata (che non inficia il calcio ionizzato). L'inserimento delle stesse nel service è funzionale ad ottenere le migliori quotazioni derivanti dal confronto/concorrenza dei vari operatori economici interessati alla gara. Sicuramente un prezzo più basso di quello derivante dall'acquisto diretto delle sole siringhe che, di per sé, non appare "notevole". La determinazione del Calcio ione con quelle siringhe è inequivocabilmente richiesta per tutte le determinazioni e strumenti

D. la fornitura delle siringhe viene inserita nella tabella dei punteggi di valutazione in misura di 4 punti: tale valutazione non rispecchia il peso economico della fornitura. Fornendo le siringhe si ottengono 4 punti in più e un costo per test molto superiore, invogliando alla non fornitura della stessa, posizione in contrasto con la richiesta precisa da Voi effettuata al punto 7;
R. la tesi non è condivisibile: considerando che l'Azienda offerente deve effettuare uno sforzo economico maggiore per fornire le siringhe è così gratificata, in misura adeguata, da un punteggio maggiore.

D. al punto 6 viene richiesta la presenza del controllo di qualità in automatico almeno su due livelli: non è specificata la cadenza di questi livelli, necessaria alla stesura dell'offerta economica
R. non è esatto. la specifica è elencata all'art. 5. (MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA), punto A) nei fattori ponderali della strumentazione offerta (quali-check): tale controllo è così soggetto a punteggio di qualità.

D. nella tabella 2 relativa ai punteggi applicati ai parametri opzionali vengano attribuiti 3 punti al parametro FHb e un solo punto per la determinazione dei parametri Cloro e % SO2 che hanno un peso rilevante ai fini della determinazione del quadro clinico. Chiediamo venga rivista la tabella.
R. la tesi non è condivisa: la valutazione si basa su specifiche richieste dei pediatri-puericultori ma, si ricorda, il parametro è comunque opzionale. Si ritiene di non dover modificare la tabella dei punteggi.

ASL 8 Cagliari
Sede legale: Via Logudoro 17 - 09126 Cagliari
sede Amm.va: Via Piero della Francesca 1 - 09047 selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

Servizio Acquisti
via Piero della Francesca 1
Su Planu - Selargius
T. 0706093....
F. 070609....