

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA – IN MODALITA' SERVICE E IN PIU' LOTTI - DI SISTEMI ANALITICI PER BIOLOGIA MOLECOLARE, PER QUATTRO ANNI.

Precisazioni e chiarimenti

1. Circa i chiarimenti relativi alle modalità di presentazione dell' offerta economica (BUSTA "C"- PUNTO 3), di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale (pag. 10), si precisa quanto segue:

la dicitura: "Le offerte economiche per singolo lotto non potranno superare i valori a base d'asta di seguito indicati (.)"

deve considerarsi sostituita con quanto segue:

"i valori a base d'asta di seguito elencati sono indicativi. Pertanto, le offerte economiche per singolo lotto non sono vincolate agli stessi"

Si modifica in tal senso anche la medesima prescrizione contenuta nel modello 3 "schema di offerta economica".

2. Circa il quesito se è obbligatorio fornire il materiale di consumo in sconto merce, come indicato nell'Allegato 3 – foglio prezzi, oppure se si può quotare, si precisa quanto segue:

tutto ciò <u>che è necessario</u> per ottenere le quantità di determinazioni richieste nell'Allegato 1 – Descrizione della fornitura – <u>deve essere oggetto</u> di <u>specifica quotazione</u>. Per tutto il resto, il Capitolato Speciale prevede, di norma, l'offerta in sconto merce.

3. Circa il quesito sull'esatezza dei n. CIG indicati in capitolato e sulla possibilità di effettuare il pagamento on line o esclusivamente mediante bollettino postale, si precisa quanto segue:

I <u>numeri CIG indicati in capitolato sono corretti</u>. L'Azienda sta procedendo a verificare eventuali anomalie del funzionamento del sistema di pagamento on line.

Tuttavia, per una Vs. maggiore sicurezza, si invita ad effettuare il pagamento mediante bollettino postale, allegando all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, se sottoscritta da persona diversa da chi sottoscrive la DICHIARAZIONE relativa al POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. (pag. 6 del capitolato speciale)

4. Circa il quesito di cui al punto 3, si comunica quanto segue:

l'Azienda ha provveduto a risolvere le anomalie del funzionamento del sistema di pagamento on line. Si comunica, pertanto, che a partire dal **16.01.09** sarà possibile effettuare **sia** il pagamento della contribuzione "on line" **sia** comunicare gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali al sistema on-line di riscossione all'indirizzo http://riscossione.avlp.it.

5. Circa il quesito sull'obbligatorietà o meno della marcatura CE e IVD per tutti i test richiesti:

si conferma quanto già indicato nel disciplinare tecnico, art. 2, rubricato "caratteristiche tecniche dei prodotti", 2° e 3° capoverso, pag. 24, che così recita: "Omissis.... i relativi reagenti devono essere in possesso della certificazione IVD.......dovranno rispondere o alla direttiva CE 98/79, recepita con D.Lgs. n. 332 del 08.09.2000 concernente i dispositivi medico-diagnostici in vitro, oppure alla direttiva CE 89/336 e alla direttiva CE 73/23 con eventuali norma di riferimento CEI 66.5 o loro aggiornamenti......; La strumentazione analitica deve essere in possesso del marchio CE ed essere corredata da dichiarazione CE in italiano....omissis ";

6. Circa il quesito se esista attualmente sul mercato un sistema di rilevamento con Sonda Molecular Beacons provvisto di marcatura Ce, si attesta quanto segue:

Questa Azienda ASL ne ha accertato la presenza sul mercato.

<u>Tuttavia</u>, se le caratteristiche tecniche minime indicate per il sistema analitico di cui al lotto n.1 dovessero eventualmente individuare una origine o produzione ben determinata, <u>deve considerarsi valida la clausola della equivalenza</u>, così come indicato <u>nel medesimo art. 2</u> del disciplinare tecnico, pag. 24, 6° capoverso punto 1.