

| FABBISOGNO ANNUALE | | | | |
|--------------------|------|---|-------|------------|
| CND | RIF. | DESCRIZIONE ARTICOLO | Q. Tà | PZ. TOTALI |
| C010204 | | SISTEMI DI ACCESSO VENOSO IMPIANTABILI SOTTOCUTANEI | | |
| C010204 | 1 | SET X ACCESSO VENOSO CENTRALE TOTALMENTE IMPIANTABILI (PORT) A <u>LUNGA PERMANENZA</u> . IL SET DEVE CONTENERE: N.1 <u>CATETERE IN SILICONE O POLIURETANO</u> DI ULTIMA GENERAZIONE, C/TRATT.ANTIMICROBICO RADIOPAACO STACCABILE DAL PORT, LUNGH. 60CM CA. CENTIMETRATO. ESTREMITA' DISTALE ATRAUMATICA, APERTA E DA INSERIRE CON MET. SELDINGER IN VENA SUCCALVIA: N.1 <u>PORT IN TITANIO</u> A BASSO PROFILO (10-12MM) CON MEMBRANA IN SILICONE TESTATO PER RMN FINO A 3 TESLA: N.1 <u>AGO INTRODUTTORE</u> ; N.1 <u>GUIDA "J" MARCATA</u> E CON SPINGI GUIDA; N.1 <u>INTRODOTTORE</u> TIPO DESILET A GUAINA APRIBILE N.1 <u>TUNNELIZZATORE</u> ; N.1 <u>BISTURI</u> ; N.2 <u>AGHI DI HUBER</u> ; N.1 <u>RACCORDO</u> PER RIEMPIRE IL CATETERE. | | |
| | A | MIS. FR 6,5 | PZ | 60 |
| | B | MIS. FR 7 | PZ | 65 |
| C010203 | 2 | SET CATETERI VENOSI CENTRALI <u>TUNNEL. LUNGA PERMANENZA</u> PEDIATRICI. IL SET DEVE CONTENERE: N.1 <u>CVC IN SILICONE</u> O ALTRO MATERIALE BIOCOMPATIBILE, C/TRATT.ANTIMICROBICO, CON MANDRINO, DA INSERIRSI CON MET. SELDINGER IN VENA SUCCALVIA, GIUGULARE O FEMORALE, LUNGH. UTILE CM 60 CA. MARCATURA CENTIMETR. - CUFFIA INTRADERMICA DI FISSAGGIO AI TESSUTI SOTTOCUTANEI, ESTREMITA' DIST. APERTA - N.1 AGO INTRODUTTORE N.1 <u>GUIDA "J" MARCATA</u> CON SPINGI GUIDA N.1 <u>INTRODOTTORE</u> TIPO DESILET A GUAINA APRIBILE N.1 <u>TUNNELIZZATORE</u> N.1 <u>BISTURI</u> - N.1 <u>RACCORDO</u> PROSSIMALE AMOVIBILE - N.1 <u>TAPPO</u> | | |
| | A | 1 LUME MIS. 5FR | PZ | 25 |
| C01020201 | 3 | SET CATETERI VENOSI CENTRALI NON TUNN. A <u>BREVE PERMANENZA</u> IL SET STERILE MONOUSO DEVE CONTENERE: - N.1 <u>CVC IN POLIURETANO</u> ALTRO MATERIALE BIOCOMPATIBILE, C/TRATT.ANTIMICROBICO, CON MANDRINO, DA INSERIRSI CON MET. SELDINGER IN VENA SUCCALVIA, GIUGULARE O FEMORALE, LUNGH. CATET. CENTIMETRATA PROLUNGHE MUNITI DI CLAMP - N.1 <u>AGO INTRODUTTORE</u> - N.1 <u>GUIDA "J" MARCATA</u> CON SPINGI GUIDA - N.1 <u>DILATATORE</u> - N.1 <u>BISTURI</u> - N.1 <u>ALETTA DI FISSAGGIO</u> - N.1 <u>TAPPO</u> PER OGNI VIA CON MEMBRANA PERFORABILE - N.1 <u>STRINGA 5ML</u> | PZ | |
| | A | 1 LUME: MIS. 4 FR, LUNGH. 12-15CM CA. | | 8 |
| | B | 1 LUME: MIS. 5 FR, LUNGH. 12-15CM CA. | | 7 |
| | C | 2 LUMI: MIS. 4 FR, LUNGH. 12-15CM CA. | | 20 |
| | D | 2 LUMI: MIS. 5FR, LUNGH. 12-15CM CA. | | 20 |
| | E | 3 LUMI: MIS. 4 FR, LUNGH. 12-15CM CA. | | 15 |
| | F | 3 LUMI: MIS. 5 FR, LUNGH. 12-15CM CA. | | 15 |
| | G | 5 LUMI: MIS. 9, 5FR - LUNGH. 20CM CA. | | 110 |
| | H | 3 LUMI: MIS. 7FR - LUNGH. 20 CM CA. | | 100 |
| | I | 4 LUMI: MIS. 8FR - LUNGH. 20 CM CA. | | 100 |
| C010201 | | CATETERI VENOSI CENTRALI CON ACCESSO PERIFERICO | | |
| | 4 | SET CATETERI VENOSI CENTRALI AD IMPIANTO PERIFERICO <u>PICCA A MEDIO TERMINE</u> E AD ALTO FLUSSO ALTA PRESSIONE CON TRATTAMENTO ANTIMICROBICO, IL SET STERILE MONOUSO DEVE CONTENERE: N.1 <u>CATETERE IN SILICONE</u> O ALTRO MATERIALE BIOCOMPATIBILE, RADIOPAACO, C/TRATTAMENTO ANTIMICROBICO LUNGH. 60 CM CA., CENTIMETRATO, PROLUNGA INTEGRATA E ALETTE DI FISSAGGIO, ESTREM. DIST. ATRAUMATICA APERTA, DEVE CONSENTIRE LA MIS. DELLA PVC - N.1 <u>AGO</u> PER VENIPUNTURA - N.1 <u>GUIDA CENTIMETR.</u> CON ESTREMITA' ATRAUMATICA - N.1 <u>INTRODOTTORE</u> - DILATATORE A GUAINA APRIBILE - N.1 <u>BISTURI</u> - N.1 <u>DISPOS. DI FISSAGGIO</u> SUTURELESS - N.1 <u>RACCORDO</u> PROSS. - N.1 <u>TAPPO</u> | | |
| C01020101 | A | 1 LUME MIS. FR5 | PZ | 260 |
| C01020102 | B | 2 LUMI MIS. FR5 | PZ | 45 |
| | | 2 LUMI MIS. FR 5 | PZ | 40 |
| C01020102 | C | 2 LUMI MIS. FR6 | PZ | 260 |
| C01020102 | D | 3 LUMI MIS. FR6 | PZ | 60 |

| | | | | |
|---------|---|--|----|-----|
| | 5 | CATETERE VENOSO CENTRALE AD IMPIANTO PERIFERICO <u>PICC A MEDIO TERMINE</u> E PER <u>FLUSSI NORMALI</u> CON TRATTAMENTO ANTIMICROBICO DESCRIZIONE : IL SET STERILE MONOUSO DEVE CONTENERE: N.1 <u>CATETERE IN SILICONE</u> O ALTRO MATERIALE BIOCOMPATIBILE,RADIOPACO , C/ TRATTAMENTO ANTIMICROBICO,LUNGH.60 CM CA.,CENTIMETRATO,PROLUNGA INTEGRATA E ALETTE DI FISSAGGIO,ESTREM.DIST. ATRAUMATICA APERTA,DEVE CONSENTIRE LA MIS. DELLA PVC - N.1 <u>AGO</u> PER VENIPUNTURA - N.1 <u>GUIDA CENTIMETR.</u> CON ESTREMITA' ATRAUMATICA - N.1 <u>INTRODUTT.</u> -DILATATORE A GUAINA APRIBILE - N.1 <u>BISTURI</u> - N.1 <u>DISPOS.DI FISSAGGIO</u> SUTURELESS - N.1 <u>RACCORDO</u> PROSS. - N.1 <u>TAPPO</u> | | |
| | A | MONOLUME MIS.FR4 | PZ | 310 |
| | 6 | KIT DI INTRODUZIONE PER CATETERI PICC E MIDLINE IL KIT DEVE CONTENERE :N.1 <u>AGO 21G</u> LUNGH.7 CM DOTATO DI UN SISTEMA DI SICUREZZA ANTI-PUNTURA, PUNTA ECOGENICA PER REPER.VENA - N.1 <u>GUIDA</u> PER MET.SELDINGER IN NITINOL E ACCIAIO - N.1 <u>INTRODUTT.</u> -DILATATORE A GUAINA APRIBILE - N.1 <u>SIRINGA</u> 10ML | | |
| | | MIS. 4FR | PZ | 350 |
| C010299 | 7 | CATETERI VENOSI CENTRALI - ALTRI CATETERE VENOSO CENTRALE A <u>MEDIO TERMINE TIPO HOLN</u> ,IN SILICONE ,PUNTA APERTA , MIS.7FR X 36CM CA.DOPPIO LUME 0,8/1,0MM, MANICOTTO C/TRATTAM. ANTIMICROBICO ,GUIDA IN ACCIAIO 50CM DILATATORE 9FR | PZ | 40 |