

GARA ASL8 RIF.807 CARRELLI DIVERSE TIPOLOGIE.

LOTTO 1:

QUESITO: rif.A- CARRELLO EMERGENZA/

Vengono richiesti n.5 cassette frontali con dimensioni indicative di altezza mm 75(x2), mm155(x1), mm 235 (x1) e mm 320 (x1), seppur indicative, l'ingombro di tutti i cassette non permette di rispettare l'altezza del carrello di mm 1000 \pm 5%.

RISPOSTA: Rif. -A – Carrello emergenza

Per mero errore materiale la somma delle altezze dei cassette non corrisponde all'altezza complessiva del carrello, in ogni caso potrà essere sostituito un cassetto con un altro di adeguate dimensioni, ovvero la ditta potrà proporre la configurazione più rispondente possibile alla descrizione di capitolato.

QUESITO: rif. B CARRELLO VISITA

Il vano superiore ed il cassetto porta cartelle devono essere completi di porta cartelle? Se si, quante? Quale formato?

QUESITO: rif.B1- CARRELLO VISITA PORTA COMPUTER

Il cassetto porta cartelle formato A4 deve essere provvisto di cartelle sospese? Se si quante?

RISPOSTA: rif. B/B1

Deve essere previsto un supporto per cartelle formato A4.

Lotto 2:

QUESITO: rif.C Carrello terapia

E' indicata come larghezza carrello mm 100 .Trattasi di mero errore di battitura?Vengono richiesti n.5 cassette frontali con altezze di 70 mm (x2), 150 mm (x2),200mm (X1) e 300 mm (x1), l'ingombro di tutti i cassette non permette di rispettare l'altezza carrello di mm1000 \pm 5%.

QUESITO: rif.C1 carrello terapia infusione e dose unitaria

E' indicata come larghezza carrello mm 100. Trattasi di mero errore di battitura?

RISPOSTA: rif.C, carrello terapia

Si, considerare come misura corretta mm 1000 invece che 100 come erroneamente pubblicato.

Si precisa che la configurazione proposta deve essere la più rispondente possibile alla descrizione del capitolato.

RISPOSTA: rif.C1 carrello terapia infusione.

Si, considerare come misura corretta mm1000 invece che 100 come erroneamente pubblicato.

LOTTO 3:

QUESITO:Rif. .N carrello biancheria chiuso con portasacco./ **Rif. N1** carrello biancheria aperto con portasacco.

Le dimensioni mm 600x500 da ritenersi, come da precedente chiarimento, di ingombro esterno sono da rifarsi al solo carrello biancheria chiuso/aperto con esclusione del porta sacco posizionabile a scelta dell'utilizzatore lateralmente o posteriormente? Se si,quali dimensioni deve avere il porta sacco?

RISPOSTA: Rif.N/N1

Le dimensioni 600x500 sono riferite al corpo del carrello biancheria.

Il carrello porta sacco deve essere posizionabile sia lateralmente che posteriormente per adeguarlo alle esigenze dei diversi utilizzatori.

Le dimensioni indicative del carrello porta sacco sono mm 400x800x900h circa.

QUESITO :Le specifiche tecniche da Voi inserite in capitolato e le modalità di aggiudicazione adottata non consentono pari accesso agli offerenti e comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.

RISPOSTA: Preso atto delle contestazioni da Voi fatte con riferimento alle specifiche tecniche, inserite nel C.S.A. che, a Vs parere, eliminerebbero la concorrenza determinando "ingiustificati ostacoli all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza", si ritiene che le stesse siano assolutamente generiche, non essendo espresso in alcun modo e/o in altro modo precisato quali dettami di tali specifiche determinerebbero l'insorgere degli ostacoli degli "ostacoli" da voi paventati.

QUESITO: Talune specifiche tecniche da Voi inserite nel capitolato, sono riconducibili ad una fabbricazione determinata, e le specifiche tecniche minime fanno riferimento a un marchio, ad un tipo, ed ad una produzione specifica,ed hanno come effetto di favorire una impresa ed eliminare la concorrenza per interi lotti.

RISPOSTA:Dall'analisi condotta, la scrivente Azienda Sanitaria ha individuato come risultino presenti sul mercato nazionale più operatori economici che producono e/o commercializzano prodotti aventi caratteristiche tecniche del tutto adeguate alle specifiche richiamate nella procedura in parola, né si esclude possano essercene altre in altri ambiti UE e/o comunque , operatori che producono o commercializzano beni con caratteristiche equivalenti.

QUESITO:Si viene inoltre a configurare un contrasto col dettato legislativo in maniera di appalti pubblici e precisamente con l'art. 68 D.L.12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,tale contrasto rischia di creare inevitabile contenzioso, a seguito di ricorsi e contestazioni sia delle aziende impossibilitate a partecipare, sia degli eventuali concorrenti non aggiudicatari.

RISPOSTA :Tutto ci ha premesso, si ribadisce che le contestazioni appaiono generiche ed infondate, non essendoci allo stato attuale elementi per poterle valutare e per poter eventualmente, procedere alla modifica del C.S.A.

QUESITO: Restiamo pertanto in attesa di ricevere chiarimenti ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 53/2010- nuovo art. 243- bis del D.Lgs 163/ 2006), per quanto sopra e le procedure che vorrete adottare per correggere quanto evidenziato.

RISPOSTA: Per quanto sopra, si comunica che ai sensi del richiamato art. 243 bis comma 4 del D.Lgs n. 163/ 2006 , non sussiste ragione alcuna per l'assunzione di provvedimenti in autotutela .

QUESITO: Ricevere la dichiarazione sostitutiva " allegato A" in formato word (attualmente siamo riusciti a scaricarlo solo allegato al disciplinare di gara in .pdf) oppure conosce il link esatto per eseguire i relativo download;

RISPOSTA: Per mero errore materiale la dichiarazione sostitutiva "allegato A" era stata indicata come "allegato C".

QUESITO: Nell'offerta economica con la dicitura "prezzo complessivo a corpo" si intende l'importo totale del lotto?

RISPOSTA: Si

QUESITO: Nell'offerta economica con la dicitura "Prezzo unitario di ogni singolo bene offerto" basta indicare per ogni voce offerta, il riferimento riportato nel capitolato tecnico ed il prezzo offerto (ad esempio Rif. A- CARRELLO EMERGENZA + PREZZO), oppure bisogna riportare anche l'intera descrizione?

RISPOSTA: Bisogna riportare anche l'intera descrizione .

QUESITO: Le singole buste contenenti la documentazione tecnica per il relativo lotto di partecipazione devono a loro volta essere inserite in un ulteriore plico riportante la dicitura " CONTIENE OFFERTE TECNICHE RELATIVE AI LOTTI NR...+ NR...+ NR...) oppure vanno spedite singolarmente?

RISPOSTA: No, vanno spedite singolarmente.

QUESITO: Le singole buste contenenti la documentazione economica per il relativo lotto di partecipazione devono a loro volta essere inserite in un ulteriore plico riportante la dicitura " CONTIENE OFFERTE ECONOMICHE RELATIVE AI LOTTI NR...+ NR...+ NR...) oppure vanno spedite singolarmente?

RISPOSTA: No, vanno spedite singolarmente.