

30-AGO-2013 10:19 Da:

SERVIZIO TECNICO
Settore Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali

VERBALE DI COLLAUDO



ASL Cagliari

PREMESSO

1832 del 31/12/2012
Che con Determina n. 1103 del 18/6/2013 l'Azienda di Cagliari U.S.L. n. 8 di Cagliari ha affidato alla ditta GE MEDICAL SYSTEMS la fornitura delle/e attrezzature sotto elencate

Denominazione	Produttore	Modello
TAC CT OPTIMA 660 (CARRELLO GANTRY + LETTINO GT1700/2000)	GENERAL ELECTRIC	CT660

Presso la Struttura P.O. "R. BINAGHI" Reparto U.O. RADIOLOGIA

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna ed installazione delle/e predetta/e attrezzature/e in data 09/08/2013 con bolla n. 65451565

Il giorno 30/8/2013 presso RADIOLOGIA sono convenuti i Signori:

Dr. MA. MARIA ANTONIETTA BARRACCIO Responsabile del Reparto;

Ing. LEONARDO BATTISTELLI Il Rappresentante della ditta fornitrice;

Geom. ROBERTO MANNAI Il Servizio Tecnico.

I componenti, dato atto che la ditta sopra menzionata ha fornito a questa Azienda USL la/e attrezzatura/e richiamata/e in premessa, e che le medesime corrispondono a quelle descritte nel contratto/ordine di fornitura,

CERTIFICANO

- ☒ che la Ditta installatrice dichiara che l'attrezzatura/e è/sono state correttamente installate e correttamente funzionante in quanto rispondente alle specifiche tecniche indicate dal fabbricante nel manuale d'uso.
- ☒ che le stesse sono regolarmente funzionanti e rispondenti ai requisiti tecnico-scientifici richiesti in capitolato e/o specificato in offerta;
- ☒ che le stesse hanno correttamente superato le prove e misure strumentali di accettazione previste dalla Norma CEI 62.93 del Dicembre 1998 (Global Service);
- ☒ che le stesse sono corredate di tutti i manuali d'uso e delle specifiche tecniche prescritte dalle norme vigenti (Global Service);
- ☐ che il fornitore è stato informato di dover sanare l'eventuale non conformità entro e non oltre 15 gg. dalla data del collaudo (voce da sbarrare solo nel caso di collaudo non positivo).

L'ESITO DEL COLLAUDO E' DA RITENERSI COMPLESSIVAMENTE

☒ Positivo ☐ Accettato ☐ Temporaneamente sospeso ☐ respinto

Il Responsabile del Reparto

Dr. MA. MARIA ANTONIETTA BARRACCIO

Responsabile della ditta

Ing. LEONARDO BATTISTELLI

Servizio Tecnico

ROBERTO MANNAI

ASL n° 8 - P.O. "R. BINAGHI"

U.O. RADIOLOGIA

SEZIONE T.C.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1865 DEL 18 OTT. 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Sergio Salis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Ugo Storti)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Erlino Simeone)

Il presente allegato è composto di n° 4 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)



GE Healthcare

VERBALE DI ACCETTAZIONE DEL SISTEMA

N. Codice cliente	Indirizzo
283615	Spettabile AZIENDA USL 8 CAGLIARI VIA PIER DELLA FRANCESCA 1 09047 SELARGIUS CAGLIARI PER: OSPEDALE BINAGHI CAGLIARI

CIG nr	System In Must nr	Conferma d'Ordine nr	SO nr
E5384603		710/53001	4081582

Alta presenza dei Signori	BATTISTELLI LEONARDO	per	GE HEALTHCARE
	dr. BARRACCIU MARIA ANTONIETTA	per	ASL N.8 CAGLIARI
	geom. MANNAI ROBERTO	per	ASL N.8 CAGLIARI
	MURRU SERGIO	per	ASL N.8 CAGLIARI
	PATERI ANDREA	per	ASL N.8 CAGLIARI
	CAMPUS CLAUDIO	per	GE HEALTHCARE

Si è proceduto al Collaudo delle seguenti apparecchiature	Serial Number
VEDERE LISTA ALLEGATA	
SISTEMA TAC OPTIMA CT 860	
CODICE CIG 42051129039	

Il Cliente provvederà a verificare l'efficienza dell'impianto di terra a monte del Sistema ed a mantenerlo nel tempo.

IL MATERIALE E' RISULTATO RISPONDENTE ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.

LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE VERBALE COSTITUISCE TITOLO VALIDO AL FINE DELLA DECORRENZA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI LEGATI AL COLLAUDO.

ALLEGATI:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

☒ SCHEDA MISURE

ALTRE:

Data verbale:

Per la Casa fornitrice

Timbro e firma del Cliente

ASL n° 8 - P.O. "R. BINAGHI"
U.O. RADIOLOGIA
SEZIONE T.O.

Durata della Garanzia: 12 MESI

Per le parti meccaniche ed elettriche, mesi
a scalare

Per tubi radiogeni, intensificatore di brillanza e tubi analizzatori T.V.
Valgono le norme di garanzia specifica

Come da contratto di vendita, la garanzia decorre dalla data del presente documento

GE Medical Systems Italia S.p.A.

Società con socio unico, Capitale € 5.000.000 (i.v.) - Sede Legale: Via Galvani 36, 20129 Milano

R.F. e Registro Imprese: Milano 93027710016 REA 1688710 P.IVA 03663500999

Società soggetta al controllo e coordinamento di General Electric Company

TEL +39 02 26001111 - FAX +39 02 26001413

ALLEGATO A) AL CERTIFICATO DI COLLAUDO PER CT OPTIMA CT660 – SO 4081582

POS.	QTA	CODICE	DESCRIZIONE
------	-----	--------	-------------

TOMOGRFO COMPUTERIZZATO OPTIMA CT 660 COMPLETO DI:

		B70042CB	OPTIMA CT 660 PLUS che comprende:
1	1	B70002CL	CT660 gantry ED3
2	1	B70002CM	Rio console ED3
3	1	B70082CB	Tech pub and software
4	1	B70092CB	Optima CT660 GC
5	1	B70762RT	NIO 16 STD collector
6	1	B73092CA	Eizo monitor for CJ
7	1	B76662CA	CT660 shipping collector
8	1	B76762CA	Media tower
9	1	B77322CA	CT chair no armrest
10	1	B77992CA	NGPDU 81
11	1	B79292CA	SCIM black
		B7878TT	ITALIAN KYBD + LANG LABEL KIT che comprende:
12	1	B7870TT	IEC labels S/HDE/W/B7877TT
13	1	B7877TT	Italian kybd&label'G kit
		M81531FF	AW.VS5 - 2 MONITORS costituito da:
14	1	M81521HR	AW 4.6 HW platform
15	1	M81521VC	Volume Viewer 5
16	1	M81521VK	Volume Viewer 5 MR
17	1	M81521VL	Volume Viewer 5 PET
18	1	M81501CD	DEMO EXAMS PACKAGE
19	2	M80281FA	19" LCD MONITOR
20	1	M80171LE	CONCURRENCY ENABLER
21	1	B79971RT	Reporting tool S/W
		B77121BE	VESSELIQ & AUTOBONE che comprende:
22	1	M81521AT	Autobone Xpress
23	1	B77121VZ	Vesseliq Xpress
		B79821TM	THORACIC VCAR & LUNG che comprende:
24	1	B78121ME	Lung VCAR
25	1	B79821TG	Thoracic VCAR
		B7870JA	VOLUME VIEWER 3.1 ON OC che comprende:
26	1	B7540LD	Volume Viewer (Linux)

ALLEGATO A) AL CERTIFICATO DI COLLAUDO PER CT OPTIMA CT660 – SO 4081582

POS.	QTA	CODICE	DESCRIZIONE
27	1	B7870JA B7540LD	VOLUME VIEWER 3.1 ON OC che comprende: Volume Viewer (Linux)
28	1	B70012CT	GT LONG TABLE W/KIT ED3 che comprende:
29	1	B76062CA	GT2000 N9 ED3 assembly
	1	B76202CA	GT2000 metallic color kit
30	1	B75122CB	72KW option
31	1	B7877NA	128I Axial reconstruction
32	1	B78772CA	CT660 standard cable set
33	1	B78552CA	Optima CT desk
34	1	B7500LN	Connect PRO (Linux)
35	1	B77332FJ	High pitch helical 1.53
36	1	M80501DV	FE letter OM paper F/AW
37	1	M81531VC	VS5 S/W only upgr F/XW840
38	1	M80311A	AWRA AW RMT access apps
39	1	M80601KT	AW italian keyboard
40	1	B77021PA	CT Perf 4D multi organ
41	1	B79821VV	Colon VCAR
42	1	M80501DN	Dentascan AW 4.1 & HIG
43	1	E80081HE	QCT PRO Hip Spine for Europe
44	1	E80081PA	QCTPRO Pacs option
45	1	M81501RS	AW 4.6 24GB RAM capacity
46	1	B7864KH	Exam Split Software on operator console
47	1	M81501PG	AW HP workstation power Cords Kit

Timbro e firma del cliente
ASL n° 8 - P.O. R. BINAGHI*
U.O. RADIOLOGIA
SEZIONE T.O.

[Handwritten signatures]