

Oggetto: Procedura Aperta per la fornitura, in più lotti e in modalità service, di dispositivi per dialisi (CND F) e aghi per dialisi (CND A0104), in unione di acquisto tra le AA.SS.LL./A.O./AA.OO.UU. della Regione Sardegna.
Modifica Capitolato Speciale di Appalto

Il Direttore Amministrativo
certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dott. Sergio Salis
Direttore Sanitario: Dott. Ugo Storelli

SU PROPOSTA del Servizio Acquisti:

PREMESSO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1598 del 12.09.2013 è stata indetta una gara ad evidenza pubblica con le modalità della procedura aperta per la fornitura - in modalità service e in più lotti, di dispositivi per dialisi CND F) e aghi per dialisi (CND A0104), in unione di acquisto tra le AA.SS.LL./A.O./AA.OO.UU. della Regione Sardegna, con aggiudicazione determinata in conformità all' art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) per quanto attiene i lotti dal n. 1 al n. 12, ed in conformità all'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (criterio del prezzo più basso) per quanto attiene i lotti dal n. 13 al n. 14;

ATTESO che per mero errore materiale:

- nella descrizione relativa agli "Elementi di valutazione di natura quantitativa - 2° Riparametrazione" - nella parte relativa alla formula di attribuzione del punteggio tecnico complessivo definitivo (pag. 41 del Capitolato Speciale di appalto), i fattori di calcolo Ptmax e Camax sono stati invertiti;
- nella tabella relativa ai criteri di valutazione di qualità del lotto n. 3DC (pag. 45 del Capitolato Speciale di appalto), punto n. 23, la descrizione del parametro riporta la dicitura "filtro che consenta di effettuare emodiafiltrazione secondo la metodologia descritta al punto 21" anziché la dicitura "filtro che consenta di effettuare emodiafiltrazione secondo la metodologia descritta al punto 18 a diluizione pre-post- intermedia con relativo kit di infusione";
- nella tabella relativa ai criteri di valutazione di qualità del lotto n. 5DC (pag. 47 del Capitolato Speciale di appalto), punto n. 24, la descrizione del parametro riporta la dicitura "filtro che consenta di effettuare emodiafiltrazione secondo la metodologia descritta al punto 21 a diluizione pre-post- intermedia con relativo kit di infusione" anziché la dicitura "filtro che consenta di effettuare emodiafiltrazione secondo la metodologia descritta al punto 18 a diluizione pre-post- intermedia con relativo kit di infusione";
- nella tabella relativa ai criteri di valutazione di qualità del lotto n. 10PC (pag. 50 del Capitolato Speciale di appalto), i parametri di cui ai punti "5" e "6" sono stati ripetuti pedissequamente nei parametri, rispettivamente, "7" e "8";

TENUTO CONTO che in data 28 nov. 2013 scadrà il termine previsto dal relativo bando per la presentazione delle offerte;

RILEVATA pertanto la necessità di modificare il capitolato speciale d'appalto approvato con la Deliberazione n. 1598 del 12.09.2013, provvedendo:

- ad invertire i fattori di calcolo P_{tmax} e C_{amax} indicati a pag. 41 del Capitolato Speciale di appalto, e, per effetto di ciò, la formula $PT_i = (C_{ai} / P_{Tmax}) * C_{amax}$ di attribuzione del punteggio tecnico complessivo definitivo relativo agli "Elementi di valutazione di natura quantitativa - 2° Riparametrazione, è sostituita da $PT_i = (C_{ai} / C_{amax}) * P_{Tmax}$ ";
- a sostituire, nella tabella relativa ai criteri di valutazione di qualità del lotto n. 3DC (pag. 45 del Capitolato Speciale di appalto), punto n. 23, la descrizione del parametro "filtro che consenta di effettuare emodiafiltrazione secondo la metodologia descritta al punto 21 a diluizione pre-post-intermedia con relativo kit di infusione" con la seguente dicitura: *"filtro che consenta di effettuare emodiafiltrazione secondo la metodologia descritta al punto 18 a diluizione pre-post- intermedia con relativo kit di infusione"*;
- a sostituire, nella tabella relativa ai criteri di valutazione di qualità del lotto n. 5DC (pag. 47 del Capitolato Speciale di appalto), punto n. 24, la descrizione del parametro "filtro che consenta di effettuare emodiafiltrazione secondo la metodologia descritta al punto 21 a diluizione pre-post-intermedia con relativo kit di infusione" con la seguente dicitura: *"filtro che consenta di effettuare emodiafiltrazione secondo la metodologia descritta al punto 18 a diluizione pre-post- intermedia con relativo kit di infusione"*;
- a modificare la tabella relativa ai criteri di valutazione di qualità del lotto n. 10PC (pag. 50 del Capitolato Speciale di appalto), fermo restando il totale massimo del sub punteggio, pari a 23, in tal senso:
 - i parametri n. 7 e n. 8 sono considerati "disponibili" e ad essi non è attribuito, pertanto, alcun punteggio.
 - a ciascuno dei parametri nn. 1-2-5-9 viene elevato il punteggio da 3 a 3,77;
 - a ciascuno dei parametri nn. 3-4-6 viene elevato il punteggio da 2 a 2,64.

Per effetto di ciò, nel capitolato speciale la tabella dei punteggi di qualità del lotto n. 10PC, nella parte relativa "all'apparechio per CRRT" è così aggiornata:

APPARECCHIO PER CRRT		D	T
1.	possibilità di lettura real time della saturazione dell'ossigeno e dell'ematocrito integrati		3,77
2.	possibilità operativa di effettuare plasmferesi a doppia filtrazione		3,77
3.	assemblamento circuiti con sistema plug & play o cassette o equivalenti		2,64
4.	possibilità di effettuare oltre alle metodiche CRRT richieste nei requisiti minimi, altre metodiche funzionali ai pazienti critici nell'ambito della sepsi;		2,64
5.	possibilità di cambiare modalità terapeutica durante il trattamento, evitando di scollegare il paziente, partendo dalla SCUFF e/o CVVHDF, senza alcun intervento ai circuiti ematici e dei fluidi		3,77
6.	possibilità di effettuare contemporaneamente infusione pre-postdiluizione in CVVH e/o CVVHDF, e modificare la metodica, in corso di trattamento, senza interventi ai circuiti ematici e dei fluidi		2,64
7.	disponibile		0
8.	disponibile		0
9.	possibilità di utilizzo in situazioni pediatriche con circuiti e filtri dedicati e con tutte le possibili metodiche di CRRT, con riconoscimento automatico del circuito con possibilità di impostare il monitor con parametri dedicati, sia per le sicurezze che per il bilancio dei fluidi e specifica modalità di riempimento ematico del set (plasma, sangue, albumina)		3,77

RITENUTO inoltre necessario allegare al presente atto (rif. "A") le pagine 41- 45-47-50 del Capitolato Speciale di Appalto, fermo e immutato tutto il resto, già allegate alla deliberazione n. 1598/2013 così come modificati con la presente deliberazione;

VISTI:

- la L.R. n. 10/1997, L.R. n. 10/2006;
- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa:

1. di modificare la Deliberazione n. 1598 del 12.09.2013, relativa all'approvazione del capitolato speciale della procedura aperta per la fornitura, in più lotti e in modalità service, di dispositivi per dialisi (CND F) e aghi per dialisi (CND A0104), in unione di acquisto tra le AA.SS.LL./A.O./AA.OO.UU. della Regione Sardegna, nel senso di
 - invertire i fattori di calcolo P_{tmax} e C_{amax} indicati a pag. 41 del Capitolato Speciale di appalto, e, per effetto di ciò, la formula $PT_i = (C_{ai} / P_{Tmax}) * C_{amax}$ di attribuzione del punteggio tecnico complessivo definitivo relativo agli "Elementi di valutazione di natura quantitativa - 2° Riparametrazione, è sostituita da $PT_i = (C_{ai} / C_{amax}) * P_{Tmax}$ ";
 - sostituire, nella tabella relativa ai criteri di valutazione di qualità del lotto n. 3DC (pag. 45 del Capitolato Speciale di appalto), punto n. 23, la descrizione del parametro "filtro che consenta di effettuare emodiafiltrazione secondo la metodologia descritta al punto 21 a diluizione pre-post- intermedia con relativo kit di infusione" con la seguente dicitura: *"filtro che consenta di effettuare emodiafiltrazione secondo la metodologia descritta al punto 18 a diluizione pre-post-intermedia con relativo kit di infusione"*;
 - sostituire, nella tabella relativa ai criteri di valutazione di qualità del lotto n. 5DC (pag. 47 del Capitolato Speciale di appalto), punto n. 24, la descrizione del parametro "filtro che consenta di effettuare emodiafiltrazione secondo la metodologia descritta al punto 21 a diluizione pre-post- intermedia con relativo kit di infusione" con la seguente dicitura: *"filtro che consenta di effettuare emodiafiltrazione secondo la metodologia descritta al punto 18 a diluizione pre-post-intermedia con relativo kit di infusione"*;
 - modificare la tabella relativa ai criteri di valutazione di qualità del lotto n. 10PC (pag. 50 del Capitolato Speciale di appalto), fermo restando il totale massimo del sub punteggio, pari a 23, in tal senso:
 - i parametri n. 7 e n. 8 sono considerati "disponibili" e ad essi non è attribuito, pertanto, alcun punteggio.
 - a ciascuno dei parametri nn. 1-2-5-9 viene elevato il punteggio da 3 a 3,77;
 - a ciascuno dei parametri nn. 3-4-6 viene elevato il punteggio da 2 a 2,64.
- Per effetto di ciò, nel capitolato speciale la tabella dei punteggi di qualità del lotto n. 10PC, nella parte relativa "all'apparechio per CRRT" è così aggiornata:

APPARECCHIO PER CRRT		D	T
10.	possibilità di lettura real time della saturazione dell'ossigeno e dell'ematocrito integrati		3,77
11.	possibilità operativa di effettuare plasmaferesi a doppia filtrazione		3,77
12.	assemblamento circuiti con sistema plug & play o cassette o equivalenti		2,64
13.	possibilità di effettuare oltre alle metodiche CRRT richieste nei requisiti minimi, altre metodiche funzionali ai pazienti critici nell'ambito della sepsi;		2,64

14.	possibilità di cambiare modalità terapeutica durante il trattamento, evitando di scollegare il paziente, partendo dalla SCUFF e/o CVVHDF, senza alcun intervento ai circuiti ematici e dei fluidi	3,77
15.	possibilità di effettuare contemporaneamente infusione pre-postdiluizione in CVVH e/o CVVHDF, e modificare la metodica, in corso di trattamento, senza interventi ai circuiti ematici e dei fluidi	2,64
16.	disponibile	0
17.	disponibile	0
18.	possibilità di utilizzo in situazioni pediatriche con circuiti e filtri dedicati e con tutte le possibili metodiche di CRRT, con riconoscimento automatico del circuito con possibilità di impostare il monitor con parametri dedicati, sia per le sicurezze che per il bilancio dei fluidi e specifica modalità di riempimento ematico del set (plasma, sangue, albumina)	3,77

2. di allegare al presente atto (rif. "A") le pagine 41-45-47-50 del Capitolato Speciale di Appalto, fermo e immutato tutto il resto, già allegate alla deliberazione n. 1598/2013, così come modificati con la presente deliberazione;

3. di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale.


Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. SERGIO BALIS

IL DIRETTORE SANITARIO
DOTT. UGO STORELLI

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. EMILIO SIMEONE

Dott.ssa DB/ 

Resp. Proc./ dott.ssa RC 

Resp. Servizio Acquisti/dott.ssa MADV 