

OSPEDALE REGIONALE PER LE MICROCITEMIE
Azienda ASL n.8 CAGLIARI
DIPARTIMENTO SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGIE
CLINICA PEDIATRICA 2°

Direttore Prof. Renzo Galanello

CENTRO TRAPIANTI CELLULE STAMINALI EMATOPOIETICHE

Referente : Dott.ssa Maria Grazia Orofino

Tel. 070/6095-512- Fax 5694

13 NOV. 2013

Prot. n. NP/43567
PROTOCOLLO GENERALE

Cagliari, 26/09/2012

Spett. Ing. Masia
Servizio Tecnico e Patrimoniale
Fax 3201

In risposta alla circolare NP/2012/0026623 con Oggetto : richiesta dotazione
attrezzature sanitaria, si richiedono per il nostro fabbisogno, reparto e D-H i seguenti
articoli :

1. N.2 armadi (mm900x500x850) senza mobile stupefacente 24 vani.
2. N.1 armadi farmaci con mobile stupefacenti (mm900x500x2000) 48 vani.

Caratteristiche : apertura con 4 cerniere a 270° su ogni anta; 2 contenitori con vani portamedicinali e con vaschette trasparenti asportabili in materiale infrangibile, regolabile in due profondità; all'interno due contenitori doppi apribili a 90°; realizzati in ABS termoformato dotati di vani portamedicinali completi di vaschette trasparenti asportabili in materiale infrangibile, regolabili in due profondità; piani regolabili su creamagliare; con mobili per stupefacenti con serratura e piano interno (soltanto per l'armadio con 48 vani). Appoggio a terra con N. 4 ruote con fermo.

1. N.1 monitor Defibrillatore adulti -pediatrici semiautomatico

Caratteristiche tecniche

- + Monitor Defibrillatore adulto-pediatrico leggero in modo da poter essere utilizzato per eventuale trasferimento paziente, funzionante sia a corrente che a batteria con autonomia di almeno 120 min. in caso di interruzione dell'energia elettrica.
- + Modo di funzionamento semplice ed intuitivo, menù in lingua italiana, possibilmente con indicazione vocale.
- + Monitor LCD a colori ad alta definizione di almeno 10 pollici.
- + Funzionamento sia con piastre adesive che con elettrodi.

Il presente allegato è com-
posto di n° 2 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

ALLEGATO

A

ALLA DETERMINA N° 1331 DEL 3 DIC. 2013

- + Defibrillazione manuale o automatica; sincrona e asincrona; semiautomatica.
- + Stampante
- + Possibilità di monitorizzare almeno i seguenti parametri: ECG a 3 e 5 derivazioni, SPO2, NIBP programmabile sia in manuale che in automatico, FC rilevabile sia dall'ECG che dalla SPO2 con tecnica NELLCOR.
- + Possibilità di memorizzare e stampare i trends dei parametri monitorizzati e degli eventi.
- + Allarmi visivi e sonori: ECG, SPO2, NIBP, FC.
- + Taciutazione dell'allarme sonoro per 2 minuti.
- + Test di corretto funzionamento e ricerca guasti.
- + Fornitura di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento.
- + Istruzione tecnica degli operatori sanitari preposti all'utilizzo.
- Indicare durata della garanzia, tempi di intervento e disponibilità dei pezzi di ricambio in caso di guasto, numero e tipologia delle manutenzioni.
- L'apparecchio deve avere tutte le certificazioni previste.

Distinti saluti,

Il Responsabile del Centro Trapianti
Dott.ssa Maria Grazia Orofino