

VERBALE IN SEDUTA RISERVATA
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI FIBRA
LASER PER ABLAZIONE TESSUTO E FRAMMENTAZIONE
CALCOLI, PER QUATTRO ANNI. CIG 45232797E8.

L'anno duemilatredici, il giorno 10 del mese di dicembre, alle ore 16,00, nella Sede dell'ASL Cagliari, Via Piero della Francesca n. 1, in Selargius, alla presenza dei Sigg.:

Dr. Antonello De Lisa Presidente
Dr. Giorgio Muscas Componente
Dr.ssa Sandra Loi Componente

Dott.ssa Mariolina Fodde Segretario

nominati, con deliberazione n° 1835/2013 del Direttore Generale, quali componenti la Commissione giudicatrice delle offerte relative al procedimento amministrativo per l'individuazione della ditta, a parziale modifica della precedente deliberazione n° 1448 del 18.10.2012.

Con riferimento ai precedenti atti:

- procedura negoziata indetta con deliberazione n° 1501/2011 per l'acquisizione di fibra laser per ablazione tessuto e frammentazione calcoli, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera a) D.Lgs 163/2006 (CIG 45232797E8), senza previa pubblicazione di un bando di gara, per valore complessivo presunto per quattro anni di € 666.400,00 + Iva;
- lettera d'invito Protocollo PG/2012/0085093 del 06.09.2012 indirizzata agli operatori economici Cook Italia S.r.l.; Alfamed S.r.l.; MEMIS S.r.l.
- verbale di 1° seduta del Seggio di gara del 08.10.2012 relativo alla selezione giuridica degli operatori economici concorrenti;
- lettera d'insediamento lavori della Commissione giudicatrice in data 31/10/2012 e presa in carico della documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di gara.

Il Presidente, dopo aver accertato la regolarità e completezza della documentazione tecnica contenuta nella Busta B e la presenza agli atti della campionatura obbligatoria, rinvia alle successive fasi di gara, individuando un locale idoneo presso il Reparto di Urologia P.O. S.S. Trinità quale sede esclusiva per la custodia dei documenti.

Dispone infine che la prova clinica di aggiudicazione preveda l'impiego dell'apparecchiatura Laser in dotazione sempreché questa non sia inutilizzabile a causa di guasti che potrebbero prolungarne i tempi di prova.

La Commissione giudicatrice, previo attento esame delle schede tecniche e di tutta la restante documentazione prodotta dagli operatori economici concorrenti, non senza tener conto delle norme contenute nella lettera d'invito inerenti allo svolgimento imparziale delle operazioni di gara, delle regole di giudizio e dei criteri di valutazione per singolo sub parametro, ha così deciso.

Ditta Cook Italia S.r.l.

Prodotto:

Fibra laser ad Olmio OptiLite™ con connettori SMA Standard - Cook Urological - CND Z12020304 - RDM 246794 (pluriuso) 246748 (monouso) - Classe IIa - sterilizzata ETO, 36 mesi di conservazione.

Codice prodotto:

Cod. HLF-M273-SMA multiuso, connettore codice colore verde, 273μ

Cod. HLF-M365-SMA multiuso, codice campione, connettore codice colore blu, 365μ

Cod. HLF-M550-SMA multiuso, codice campione, connettore codice colore rosso, 550μ


Cod. HLF-M940-SMA multiuso, codice campione, connettore codice colore arancione, 940μ

Ulteriore disponibilità:

Cod. HLF-S150-SMA monouso

Cod. HLF-S273-SMA monouso

Cod. HLF-S940-SMA monouso



Cod. HLF-S200-SMA monouso, codice campione

Cod. HLF-S365-SMA monouso, codice campione

Cod. HLF-S550-SMA monouso, codice campione

Caratteristiche tecniche:

Dispositivo che durante la prova tecnica ha mostrato piena compatibilità nelle diverse circostanze cliniche in cui è stato utilizzato. Il dispositivo monouso non richiesto presenta le medesime caratteristiche.

Documentazione:

Sufficiente.

Programma di assistenza post-vendita:

I tempi di consegna standard sono di 72 ore o in tempo più breve, presenza di un responsabile di Area nominalmente individuato e di pronta reperibilità, presenza di un Product manager con elevata competenza tecnica, disponibilità di un Centro Servizio Clienti (resi, reclami.), disponibilità a fornire, in adeguato supporto informatico, la documentazione tecnica relativa ai prodotti aggiudicati, disponibilità a prestare, in seguito a semplice richiesta, assistenza tecnica gratuita per l'esame di tutti i problemi tecnici e le eventuali anomalie che dovessero presentarsi in dipendenza della fornitura e per la gestione in collaborazione con il personale di Sala operatoria e della Farmacia. La Cook Italia si rende disponibile a fornire prodotti innovativi o migliorativi immessi nel commercio durante il corso della gara o della fornitura, previa valutazione degli stessi, alle stesse condizioni di quelle in corso di fornitura.

Ditta MEMIS S.r.l.

Prodotto:

Fibra SlimLine riutilizzabile - Lumenis - CND Z12011080 - RDM 322105-379441-379440-379439 - Classe IIa - presterilizzata, tempo di conservazione non precisato su scheda.

Codice prodotto:

Cod. CAO/0626-221-20 multiuso, 200µ, con rivestimento blu

Cod. CAO/0624-148-36 multiuso codice campione, 365µ, con rivestimento blu

Cod. CAO/0624-149-55 multiuso codice campione, 550µ, con rivestimento blu

Cod. CAO/0627-497-01 multiuso codice campione, 1000µ, con rivestimento blu

Caratteristiche tecniche:

Dispositivo che risponde in maniera idonea all'utilizzo clinico che è stato oggetto della prova ed inoltre risulta essere dedicato per l'apparecchiatura in dotazione della struttura.

Documentazione:

Completa, con presenza di lavori e followup


Programma di assistenza post-vendita:

Società con sede commerciale in Sardegna, con disponibilità di magazzino prodotti e centro di assistenza regionali, tempi di consegna abbreviati fino a 5 gg data ricevimento ordine, presenza di agente/referente di zona nominalmente individuato e di pronta reperibilità. Gli uffici sono a disposizione per le chiamate tutti i giorni escluso il sabato.

Punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice:

Parametri art. 4 lett. A -lett. invito	Cook Italia S.r.l.	MEMIS S.r.l.			
1	13	15			
2	8	10			
3	5	5			
4	3	5			
5	5	3			
Totale	34	38			


La Commissione provvede infine a trasmettere al segretario all'esito delle valutazioni innanzi esperite le risultanze della gara, ed a riporre nelle cartelle originali tutta la documentazione tecnica contenuta nella Busta B per la restituzione degli atti al RUP.



Il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto

La Commissione:

Dr. Antonello De Lisa Presidente
Dr. Giorgio Muscas Componente
Dr.ssa Sandra Loi Componente
Dott.ssa Mariolina Fodde Segretario



Il presente allegato è com-
posto da n° 3 fogli
di n° _____ pagine.

IL RESP. SERV. ACQUISTI
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 49 DEL 20 GEN. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO **IL DIRETTORE SANITARIO**
(Dott. Sergio Salis) (Dott. Ugo Avelli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emilio Simeone)