ASLCagliari Ospedale SS. Trinità Servizio Radiologia

Prot. 11-2012

N° prot. N° 530/2012

ALLA DIREZIONE SANITARIA

SEDE

C.A. DOTT. SSA FOSCOLONI

Cagliari, 22.10.2012

AZIENDA U.S.L. 8 - CAGLIARI
07 OTT. 2013
Prot. n. NP 3872S
PROTOCOLLO GENERALE

OGGETTO: Richiesta dotazione attrezzature sanitarie.

Con la presente, come da nota prot. NP/2012/0026632 del 5.9.2012 del Responsabile del Servizio Tecnico della Asl, si richiede la dotazione di attrezzature sanitarie, necessari al miglioramento dei livelli di sicurezza e qualità, in previsione di nuove procedure diagnostiche e attivazione della Radiologia interventistica.
Fabbisogno e caratteristiche come da allegati.

Certo di un benevolo accoglimento della presente porge cordiali saluti.

Il Primario
U.O.C. RADIOLOGIA
IL RESPONSABILE
Dott. Stefano Marcia

AZIENDA U.S.L. 8 CA
SERVIZIO TECNICO
04 OTT. 2013
ENTRATA

ASL 8 Cagliari
sede Amm.va: Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

Servizio Radiologia
Responsabile Dott. Stefano Marcia
via Is Mirrionis
Cagliari
T. 0706095897 / 5896 5955
F. 0706095897

ALLEGATO A
ALLA DETERMINA N° 242 DEL 26 FEB. 2014

Il presente allegato è composto di n° 7 fogli.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

Defibrillatore Monitor semiautomatico/manuale da trasporto

Defibrillatore/monitor semiautomatico/manuale. Forma d'onda bifasica , monitoraggio dell'ECG, cardioversione sincronizzata.
Dotato di elettrodi di stimolazione pediatrici incorporati.
Scarica bifasica esponenziale troncata. I parametri della forma d'onda devono essere regolati automaticamente in funzione dell'impedenza del paziente. Energia erogabile non superiore a 150 J in automatico e 200 J in manuale.
Ampio Display a colori per visualizzazione di tre onde.
Deve essere caricato al massimo livello di energia nel minor tempo possibile (max 3 secondi).
La modalità semiautomatica deve essere accompagnata da chiari messaggi vocali e da messaggi di testo visualizzati sul display .
Piastre esterne con relativo indicatore di contatto.
Stampante di tracciati incorporata.
Batteria al piombo-acido sigillata ricaricabile e facilmente estraibile per le sostituzioni in emergenza.
Erogazione della scarica mediante elettrodi multifunzione o piastre.
Test automatici di autoverifica eseguiti giornalmente e settimanalmente con indicatore di malfunzionamento.
Sommario degli eventi memorizzato internamente (stampabile)

DEVONO INOLTRE ESSERE INTERGRABILI:

- Monitoraggio ECG con placche o con elettrodi di monitoraggio separati
- Ossimetria pulsatile (SpO_2), con allarmi.
- Stimolazione non invasiva.
- Rilevazione della pressione non invasiva (NIBP)

U.O.C. RADIOLOGIA
IL RESPONSABILE
Dott. Stefano Marcia

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8
CAGLIARI
SERVIZIO DI RADIOLOGIA SSD
P.O. BINAGHI

Spett.le Responsabile Ufficio Tecnico
Ing. Massimo Masia
SEDE
c p.c. Spett.le Responsabile Direzione Sanitaria
P.O. R.Binaghi
Dott. M.Teresa Orano
SEDE

Oggetto: Richiesta defibrillatore TC

Si richiede con la massima urgenza n ° 1 defibrillatore semiautomatico da destinare alla sala TC , specificando che tale presidio medico , dalla data di trasferimento dell ' Accettazione Pneumologica in altro piano , non è presente in nessun reparto del piano terra , determinandosi pertanto una situazione di grave rischio per i pazienti che debbono essere sottoposti ad esame TC con mezzo di contrasto , farmaco che presenta come complicanza la possibile insorgenza di arresto cardiaco .
Si fa presente che in assenza di tale indispensabile presidio medico potremo essere costretti a sospendere l ' esecuzione di esami TC con mezzo di contrasto .

In attesa di un Vostro Cortese Riscontro , si inviano

Cordiali Saluti

Cagliari 25 10 2013

La Responsabile
Dott.ssa Maria Antonietta Barracciu

AZIENDA U.S.L. N. 8 - CAGLIARI SERVIZIO TECNICO 26 NOV. 2013 ENTRATA

AZIENDA U.S.L. 8 - CAGLIARI 02 DIC. 2013 Prot. n. NP 46126 PROTOCOLLO GENERALE

ASLCagliari

Dipartimento di Salute Mentale

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 2°
Presidio Ospedaliero SS Trinità – ASL n. 8
Servizio Sanitario - Regione Sardegna

PROT. N.2012/344

CAGLIARI 12/10.2012

Al Resp. Patrimonio e Servizi Tecnici
Sede

ASL8
NP/2012/ 0031991 del 16/10/2012
Mittente OSPEDALE SS TRINITA'
Assegnatario Patrimonio e Servizi Tecnici
Classifica 1.4.6 Sottofasc 29-4 del 2012

OGGETTO : Richiesta dotazione attrezzature sanitarie.

In riferimento alla Vs. prot. n. 8/2012/26632 del 05/09/2012 si comunica il fabbisogno delle seguenti attrezzature sanitarie :

N° 1 defibrillatore di cui si allega la scheda con le relative caratteristiche.

Cordiali saluti

12/10/2012

Il Responsabile SPDC 2 F.F.
(Dr.ssa Maria L. La Croce)

AZIENDA U.S.L. N. 8 - CAGLIARI
SERVIZIO TECNICO
12 OTT. 2012
ENTRATA

ASLCagliari
P.O. SS. Trinità - Cagliari
Dip. SALUTE MENTALE S.P.D.C. 2
Dr. Serafino Pusceddu
Matr. 53163

12-OTT-2012 11:39 Da:SPDC 2 ASLB 070609142 A:+390706093201 P.1/2
RICEVUTO 12/10/2012 11:55 +390706093201 A.S.L. 8 SELARGIUS

Defibrillatore Monitor semiautomatico/manuale da trasporto

Defibrillatore/monitor semiautomatico/manuale. Forma d'onda bifasica , monitoraggio dell'ECG, cardioversione sincronizzata.
Dotato di elettrodi di stimolazione pacemaker incorporati.
Scarica bifasica esponenziale troncata, i parametri della forma d'onda devono essere regolati automaticamente in funzione dell'impedenza del paziente. Energia erogabile non superiore a 150 J in automatico e 200 J in manuale.
Ampio Display a colori per visualizzazione di tre onde.
Deve essere caricato al massimo livello di energia nel minor tempo possibile (max 3 secondi).
La modalità semiautomatica deve essere accompagnata da chiari messaggi vocali e da messaggi di testo visualizzati sul display .
Piastre esterne con relativo indicatore di contatto.
Stampante di tracciati incorporata.
Batteria al piombo-acido sigillata ricaricabile e facilmente estraibile per le sostituzioni in emergenza.
Erogazione della scarica mediante elettrodi multifunzione o piastre.
Test automatici di autoverifica eseguiti giornalmente e settimanalmente con indicatore di malfunzionamento.
Sommario degli eventi memorizzati internamente (stampabile)

DEVONO INOLTRE ESSERE INTERGRATI:

- Monitoraggio ECG con piastre o con elettrodi di monitoraggio separati
- Ossimetria pulsatile (SpO_2), con allarmi.
- Stimolazione non invasiva.
- Rilevazione della pressione non invasiva (NIBP)

ASLCagliari

DISTRETTO SARRABUS/GERREI
PO San Marcellino
Servizio di Oncologia
Tel. 070/6097810

Alla cortese attenzione del
Direttore Sanitario Dr Sergio Marracini
Responsabile Servizio Tecnico Ing Massimo Masia
e.p.c. Geometra Antonio Cotza

Si richiede 1 defibrillatore per il Servizio di Oncologia Medica .

In attesa di un vostro sollecito riscontro si ringrazia anticipatamente.

Muravera 17/07/13

Distinti saluti

P.O. San Marcellino - Muravera
Servizio di Oncologia Medica
Dott.sso Elisabetta Peddirci
Matricola 1192

Y Socci → formulare proposta acquisizione
[illegible] 18/9/2013

AZIENDA U.S.L. 8 - CAGLIARI
30 SET. 2013
Prot. n. NP 37707
PROTOCOLLO GENERALE

AZIENDA U.S.L. N. 8 - CAGLIARI
SERVIZIO TECNICO
25 SET. 2013

ASLCagliari

Dipartimento di Chirurgia Oncologica
P.O. Businco
Dir. Dott. Renato Versace
U.O. Complessa di Chirurgia Toracica.

Ca 05/12/2013

Prot n°64

Al Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici
e p.c.
Al Direttore Sanitario

Oggetto: Sollecito Richiesta acquisto nuovo apparecchio Defibrillatore

Con la presente si sollecita l'acquisto di defibrillatore per il reparto di Ch.Toracica in seguito a vostra dichiarazione di fuori uso (Defibrillatore NEC mod.Cardiopac 3m33s.n.2122217.inv.Bio10012475 - 2010) e tutt'oggi non ancora reintegrato.
P.S. Si precisa che dove sono ubicate le Chirurgie Toracica-Antalgica e Ch.Generale non si dispone di tale Presidio vista la complessità dei pazienti assistiti.

Cordiali saluti
Dott. Renato Versace

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZ. USL N°8 - P.O. "BUSINCO" - CAGLIARI
DIPARTIMENTO CHIR. ONCOL.
DIRETTORE: Dr. Renato Versace
S.C. CHIR. TORACICA
DIRETTORE: Dr. Renato Versace
Tel. 070/6095200 - 070/6095470

AZIENDA U.S.L. N. 8 - CAGLIARI
SERVIZIO TECNICO
10 DIC. 2013
ENTRATA

Asl Cagliari
Sede legale. Via Logudoro, 17 09126 Cagliari
Sede Amm.va: Via Piero della Francesca, 1 09047 Selargius
c.f. e p. iva 02261430926
www.aslcagliari.it

Struttura Complessa Chirurgia Toracic
Via Jenner Cagliari
Tel 070/6095470 – Fax 070/6095200
Responsabile: Direttore Dott.Renato Vers