



Presidio Ospedaliero A. Businco - 6 MAG. 2014

563

Oncologia Chirurgica Resp.: Dott. Giuseppe Sollai

ALLA

Chirurgia Sperimentale Resp.: Dott. Giuseppe Murenu

Protocollo n. 37/ONE CUR

Alla Farmacia SEDE

Oggetto: Richiesta chiarimenti fornitura D.M. "Protesi Mammarie"

In riferimento alla Vostra di pari oggetto (protocollo n. 629 del 09/04/2014), si precisa quanto segue:

- la verifica della nostra richiesta di fornitura annuale di protesi mammarie ed espansori cutanei ha evidenziato che questa si presta ad equivoci laddove dice che "le protesi devono essere disponibili, per ogni volume, in almeno tre diverse altezze e quattro differenti proiezioni, proporzionate alla loro base; devono essere dotate di reperi anteriori e posteriori che ne facilitino il posizionamento e devono corrispondere ad espansori tessutali dedicati". Infatti, diversamente da quanto riportato nell'Allegato A relativo alla "Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. LGS 163/2006 per la fornitura di protesi mammarie per le UU.OO. Oncologica chirurgica e Chirurgia sperimentale P.O. Businco per dodici mesi", nelle intenzioni dei richiedenti le caratteristiche riportate erano riferite solamente alla richiesta di "protesi mammarie anatomiche in gel di silicone a diversa sofficietà" (sub-lotto A) e non alle "protesi mammarie anatomiche con un'unica combinazione di due gel a diversa coesività" (sub-lotto B), per le quali le caratteristiche richieste sono le seguenti: combinazione di due gel con maggior coesività del gel anteriore, superficie testurizzata che consenta la riduzione della diffusione del gel, disponibilità in almeno tre altezze differenti per ogni proiezione;
- le caratteristiche prospettate, in linea con quanto fornito negli anni precedenti, sono basate sui requisiti giudicati idonei a ottenere il miglior risultato ricostruttivo;
- gli scriventi, allo stato attuale, non sono in grado di conoscere se trattasi di prodotti fornibili da unica Ditta;
- si conferma la necessità di aggiudicazione per lotto unico perché la fornitura di prodotti con caratteristiche differenti, non perfettamente compatibili tra loro, potrebbe comportare maggiori difficoltà nell'esecuzione della ricostruzione.

Firma del Responsabile

Dott. Giuseppe Sollai

Firma del Responsabile

Dott. Giuseppe Murenu

Cagliari, 10/04/2014

Il presente allegato è composto da n° 1 fogli di n° pagine.

ASL8 NP/2014/ 0015509 del 17/04/2014 ore 13,25
Mittente Ospedale Businco
Sede Legale: Assegnatario Servizio Acquisti
Sede Amm.v:

| |
|--|
| AZIENDA - U.S.L. N° 8 SERVIZIO FARMACIA OSP. BUSINCO |
| 10 APR 2014 |
| Prot. N° 641 |

IL RESP. SERV. ACQUISTI
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

Classifica 1.4.6 Sottofasc 143-5 del 201

