

*M. (2014) 1273*  
n° prot. 09/14

Al responsabile dell'Ufficio Tecnico  
Ing. Massimo Masia  
Via Piero della Francesca 1  
Selargius

→ e p. c. Al Dirigente Sanitario  
Sede


Cagliari 10/01/14

Oggetto: richiesta Urgente di Defibrillatore con funzione pacemaker

Si chiede la fornitura urgente di monitor defibrillatore con le seguenti caratteristiche:

- Defibrillazione in modalità manuale e semiautomatica
- cavo a tre e cinque derivazioni
- funzione pacemaker per la stimolazione cardiaca transcutanea
- cavo di rete munito di batteria interna

Distinti Saluti  
Il Responsabile dell'U.O.  
dr. Giannantonio Pirastu

 ASL Cagliari  
P.O. SS. Trinità - Cagliari  
U.O.C. ANESTESIA RIANIMAZIONE  
RESPONSABILE F.F.  
Dr. Giannantonio Pirastu

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI  
21 GEN. 2014  
ENTRATA  
SERVIZIO TECNICO

ASL Cagliari  
Sede Amm.va: Via Piero della Francesca, 1 09047 Selargius  
c.f. e p. iva 02261430926  
www.aslcagliari.it

Struttura Complessa  
Anestesia e Rianimazione  
Via Is Mirrionis, 92 09121 Cagliari  
Tel 070/6095858 Fax 070/6095854  
Responsabile: Dott. Giannantonio Pirastu

ALLEGATO <sup>A</sup>  
ALLA DETERMINA N° 576 DEL 12 MAG. 2014

Il presente allegato è com-  
posto di n° 1 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Masia)