

12 MAG. 2014

VERBALE della fase riservata (esame e presa d'atto verifica di conformità offerte tecniche)	Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ex art. 125 comma 4 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura Dispositivi medici "Sistemi per cifoplastica e cemento", per un anno, destinato alla UO Radiologia Interventistica dei PP.OO. Marino e SS. Trinità.
--	--

L'anno duemilaetredici, il giorno 16 del mese di novembre alle ore 12:00 nella Sede dell'ASL Cagliari in Via Piero della Francesca n. 1 Selargius – si è riunito il Seggio di gara nominato con Determinazione n. 391 del 08.04.2013, composto da:

- Presidente	dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis	Responsabile del Servizio Acquisti
- Testimone	sig.ra Tiziana Usai	Componente Servizio Acquisti
- Testimone	sig. Davide Podda	Componente del Servizio Acquisti, con funzioni di segretario verbalizzante

per l'esame e presa d'atto della relazione, presentata dagli esperti tecnici del settore, di conformità dell'offerta tecnica dei concorrenti della procedura aperta per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto

PREMESSO CHE

- con delibera n. 391 del 08.04.2013 l'ASL di Cagliari ha indetto la procedura per l'affidamento della gara indicata in oggetto;
- in data 06/06/2013 apposito Seggio di Gara ha espletato in seduta pubblica la prima fase della gara i cui esiti sono riportati nel relativo verbale;
- in esito a tale seduta pubblica sono state ammesse alla fase successiva della gara le offerte presentate dai seguenti concorrenti:

RIF.	OPERATORE ECONOMICO	LOTTO 1	LOTTO 2	NOTE
1	GALLINI SRL	X	X	Ammesso con riserva. Chiesti chiarimenti su documentazione amministrativa. Riserva sciolta con l'integrazione della Dichiarazione dei requisiti carenti il 25.06.2013.
2	MILLENNIUM SRL	X	X	---

- i tecnici esperti nel settore oggetto della fornitura, individuati dal Responsabile Unico del Procedimento,, successivamente alla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte secondo quanto prescritto anche dal bando di gara, hanno regolarmente ricevuto le buste B relative alle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, nei plichi già aperti dal Seggio in pubblica seduta;
- il Capitolato Speciale d'Appalto prevede un esame, per ciascuna ditta in gara, delle caratteristiche tecniche risultanti dalla documentazione tecnica presentata con la conseguente attestazione di conformità della stessa;
- i tecnici, come sopra individuati, hanno proceduto presso la Sede dell'Unità Farmaceutica Centrale della ASL di Cagliari in via Peretti, Cagliari, a verificare le offerte tecniche in seduta riservata.

Tutto ciò premesso, e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, si da atto che l'esito delle verifiche di rispondenza al capitolato degli esperti tecnici in parola, così come dettagliatamente indicato nella "RELAZIONE TECNICA", prot. 40096 del 16.10.2013, allegata al presente verbale per farne parte integrante, è il seguente:

LOTTO 1 (lett. a, b, c, d costituenti un unico kit):	
Ditte offerenti	Giudizio di rispondenza al capitolato
GALLINI SRL	NON CONFORME: offre i kit completi con misure di cannule non richieste (8-11 G)
MILLENNIUM SRL	CONFORME




LOTTO 2:	
Ditte offerenti	Giudizio di rispondenza al capitolato
GALLINI SRL	NON OFFRE
MILLENNIUM SRL	CONFORME

Per quanto precede il Seggio di Gara, preso atto delle risultanze dell'esame di conformità delle Offerte tecniche presentate dai concorrenti, dichiara l'ammissione alla fase successiva della presente gara della MILLENNIUM SRL.

Ultimati i lavori, si dichiara chiusa la presente fase della gara, alle ore 12:30 Il Seggio di Gara redige e sottoscrive il verbale, rinviando a successiva seduta pubblica per la comunicazione dei risultati delle valutazioni tecniche effettuate, e per l'apertura del plico recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".

- Presidente dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis
- Testimone sig.ra Tiziana Usai
- Testimone e segretario
verbalizzante sig. Davide Podda



Il presente allegato è composto da n° 1 fogli
di n° _____ pagine.

IL RESP. SERV. ACQUISTI
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

Prot. 40096
Selargius, 16.10.13.

Al Responsabile Servizio Acquisti
Sede


Oggetto: Conformità "D.M. x Cifoplastica" per U.O. Radiologia Interventistica
P.O. SS Trinità

In riferimento alla Vs del 02/10/2013 prot.NP/2013/37987,
relativa alla Ns richiesta prot.NP/40275 del 18/12/2012, valutate le schede
tecniche con l' Utilizzatore ,si trasmette il prospetto comparativo per la conformità degli
articoli offerti.

Si resta in attesa di comunicazione di avvenuta aggiudicazione , al fine di poter provvedere
all'inserimento in anagrafica dei D.M. non ancora presenti e dell'eventuale perfezionamento di
quelli già esistenti.

Distinti saluti

Il Responsabile della Unità Centrale Farmaceutica

Dott.ssa Sandra Loi


Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Annalisa Casula



PRESA IN CARICO

16.10.2013

PROSPETTO COMPARATIVO "DM Sistemi per Cifoplastica e
Cemento per P.O.SS. Trinità"

Rif.	COD. SISAR	CND	DESCRIZIONE PRODOTTO	U/M	TOTALE N. PER U/M	GALLINI SRL				MILLENNIUM SRL						
						RDM	NOME COMMERCIALE	CODICE OFFERTO	PREZ PZA ZO CF	CONFORM E	RDM	NOME COMMERCIALE	CODICE OFFERTO	PREZ ZO	PZA/ CF	CONFORME
1			SISTEMI PER CIFOPLASTICA A PALLONCINO COSTITUITI DA:													
1a	K010301		CANNULE DI LAVORO CON PUNTA TROCAR, A BECCO DI FLAUTO, A PUNTA DI DIAMANTE, PER L'ACCESSO AL PEDUNCOLO DIAMETRO ESTERNO 10-12G	PZ	40	835867 836010	KIT SAVE SPINNER	8004- XXVYZZ(MIS .VARIE)		non conforme, offre i kit completi con misure di cannule non richieste (8-11G)	331833	SYSTEMA KYPHON	KPE1003 (pall.10-15mm) KPX153PBC (pall.15mm c/cannula dedicata) KPX203PBC (pall.20mm) KPT1505 (pall.15mm) KPT2005 (pall.20mm)			i kit offerti sono conformi e devono essere aggiudicati tutti per gamma di calibro e misure
1b	K010301		CATERI PER LA RIDUZIONE DELLA FRATTURA CON PALLONCINO DISTALE NELLE LUNGHEZZE 10-15-20MM CA E CON DIVERSE CAPACITA' VOLUMETRICHE	PZ	40	83688 837428 837430	CANNULA DIREZIONAL E			offre cannule singole non richieste						
1c	K010301		PALLONCINI AD ALTA PRESSIONE CAPACI DI SOPPORTARE PRESSIONI NON INFERIORI A 500 PSI, DOTATI DI SISTEMA DI GONFIAGGIO A CONTROLLO DIGITALE DELLA PRESSIONE E VISIVO DEL VOLUME	PZ	40											
1d	K010301		CANNULA DI INIEZIONE DEL CEMENTO A STANTUFFO, AD EROGAZIONE DIREZIONALE E CONTROLLATA	PZ	40											
2	K010301		CEMENTO OSSEO PER PROCEDURE DI CIFOPLASTICA COSTITUITO DA POLIMETILMETACRILATO ED ALMENO IL 30% DI IDROSSIAPATITE	CF	40		non offre				34224/R	ACTIVOS	C05B		PZ	conforme

don

I sub lotti 1a-1b-1c-1d costituiscono un kit completo