



**CENTRO REGIONALE
PER LA DIAGNOSI E LA CURA DELLA SCLEROSI MULTIPLA**

ASL 8, Università degli studi di Cagliari

Direttore: Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu

Ospedale Binaghi, Via Is Guadazzonis n.2,
09126 Cagliari

Rep.: Tel. 070/6092928/30-Fax 070/6092929

Lab.: Tel. 0706092925/26-Fax 070/6092971

Dr. Ing. H. Ale...
6092925/2926

Cagliari, 29 ottobre 2013

n° 1 APP. GRANDE € 150.000 RDO n° 450415

n° 3 APP. Piccolo € 10.000 RDO

450758

2

Alla c.a. del
Direttore Servizio Tecnico
Resp. Sett. app. Elettromedicali
Via Piero della Francesca
Selargius

E per conoscenza al
Resp. Amministrativo
Dirigente Sanitario
P.O. Binaghi-

Oggetto : Non riparabilità Apparecchio per Elettroforesi manuale di acidi nucleici

In riferimento al Rapporto Tecnico nr. 615020888 del 15/10/2013 nel quale si dichiara la non riparabilità dell'Apparecchio per Elettroforesi manuale di acidi nucleici, Modello AO 160/2 prodotto dalla ELETROFOR SAS (INV.10010022232), se ne richiede la dismissione e il ripristino contestuale.

Si tratta di una piccola camera elettroforetica utilizzata presso il Laboratorio del Centro Sclerosi Multipla per la verifica dei DNA prima dell'esecuzione dei test genetici, e nel corso delle metodiche di diagnosi. Attualmente il nostro laboratorio per questo tipo di attività dispone solamente di un'altra camera elettroforetica gemella, che viene sovrautilizzata a rischio del suo corretto funzionamento.

Si precisa che il non ripristino determina un grave disservizio per l'utenza e per il personale del Laboratorio CSM. Quest'ultimo potrebbe non raggiungere gli obiettivi prefissati, in termini di correttezza procedurale e di abbattimento dei tempi di attesa per le risposte all'utenza.

Si allega alla presente la copia del rapporto tecnico

Grazie, cordiali saluti

Il Responsabile

CENTRO SCLEROSI MULTIPLA
Protocollo in Partenza

Prot. n. 10 del 27/02/14



2925
M. R. ITT
MURRU
COSMA

CENTRO REGIONALE
PER LA DIAGNOSI E LA CURA DELLA SCLEROSI MULTIPLA
ASL8, Università degli Studi di Cagliari
Direttore: Prof.^{ssa} M. G. Marrosu
Ospedale Binaghi, Via Is Guadazzonis 2, 09126 Cagliari
Tel. 070/6092928/30 Fax 070/6092929

Cagliari, 27 Febbraio 2014

All'Ing Masia
Responsabile Servizio Tecnico

Al Dirigente Sanitario
P.O. Binaghi
SEDE

OGGETTO: situazione laboratorio Centro Sclerosi Multipla.

Si segnala con la presente la grave situazione in cui si trova il laboratorio del Centro Sclerosi Multipla.

Le apparecchiature ormai sono non funzionanti da tempo e tutte le richieste di riparazione e/o sostituzione (allegate alla presente) inviate fin dal 2012 non sono mai state evase.

A causa di questo non è più possibile garantire l'attività del laboratorio, soprattutto nei tempi previsti, motivo per cui si ricevono da parte dell'utenza continue lamentele per i lunghissimi tempi di attesa per la refertazione.

Si prega di porre rimedio a tale situazione con la massima urgenza.

Cordiali saluti

Il Direttore del Centro

Prof.ssa M.G. Marrosu

M. G. Marrosu