Chiusa → fare determina

SANIFARM 6/6/2014

214/DP/mgm

03/06/14

ALLEGATO B
ALLA DETERMINA N° 922 DEL 21 LUG. 2014

AZIENDA U.S.L. 8 - CAGLIARI
09 GIU. 2014
PG/68245

Spettabile
Azienda USL. N.8
Ufficio Tecnico
Osp.SS.Trinità
09100 **CAGLIARI**

Il presente allegato è composto di n° 6 fogli.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

Oggetto: preventivo di spesa per la riparazione di Strumentario Storz.

A seguito Vs. cortese richiesta del **26/05/14** Vs. **BUT 99321506 La Sanifarm S.r.l.**, con sede legale in **Cagliari** Viale Monastir n.126/A nella propria qualità di Concessionaria Esclusiva per la Sardegna della K.Storz si pregia sottoporre il preventivo di riparazione per quanto segue:

-n 1 Cavo a fibre ottiche cod.495NDt.

Lavoro da eseguire:

Dal controllo del tecnico si evidenzia che il cavo presenta il fascio di fibre ottiche spezzato e necessita della sostituzion. Collaudo funzionale.

Pezzi da Sostituire

-n.01 sfascio di fibre ottuiche.....€ 530,00 cad. + i.v.a. 22%

Costo totale di riparazione € 530,00 (cinquecentotrentaeuro) i.v.a. 22%

In attesa di un Vs. sollecito riscontro in merito, l'occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.

Sanifarm S.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Domenico Porcu

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
06 GIU. 2014
ENTRATA
SERVIZIO TECNICO

IL PREVENTIVO È DA RITENERSI CONGRUO

OSPEDALE SS. TRINITÀ
UFF. TECNICO
P.I. Valter Maxia

SANIFARM s.r.l.

03/06/14

Prot.n.111/14/DP/mgm

Spettabile
Azienda USL. N.8
Ufficio Tecnico
Osp.SS.Trinità
09100 **CAGLIARI**

Oggetto: preventivo di spesa per la riparazione di Strumentario Storz.

A seguito Vs. cortese richiesta del **26/05/14** Vs. **BUT 99321507 La Sanifarm S.r.l.**, con sede legale in Cagliari Viale Monastir n.126/A nella propria qualità di Concessionaria Esclusiva per la Sardegna della K.Storz si pregia sottoporre il preventivo di riparazione per quanto segue:

-n 1 Pinza per estrazione calcoli.

Lavoro da eseguire:

Dal controllo del tecnico si evidenzia che la pinza necessita della sostituzione del manico e del sistema di aggancio. Pulizia generale e collaudo funzionale.

Pezzi da Sostituire

-n.01 sistem di aggancio.....€ 120,00 cad. + i.v.a. 22%
-n.01 manico.....€ 100,00 cad. + i.v.a. 22%

Costo totale di riparazione € 220,00 (duecentoventieuro) i.v.a. 22%

In attesa di un Vs. sollecito riscontro in merito, l'occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.

Sanifarm S.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Domenico Porcu

IL PREVENTIVO È DA RITENERSI CONGRUO

OSPEDALE SS. TRINITÀ
UFF. TECNICO
P.I. Valter Maxia

SANIFARM s.r.l.

Prot.n.113/214/DP/mgm

03/06/14

Spettabile
Azienda USL. N.8
Ufficio Tecnico
Osp.SS.Trinità
09100 **CAGLIARI**

Oggetto: **preventivo di spesa per la riparazione di Strumentario Storz.**

A seguito Vs. cortese richiesta del **26/05/14** Vs. **BUT 99321508** **La Sanifarm S.r.l.**, con sede legale in **Cagliari** Viale Monastir n.126/A nella propria qualità di Concessionaria Esclusiva per la Sardegna della K.Storz si pregia sottoporre il preventivo di riparazione per quanto segue:

-n 1 Cavo per endoscopia con PDD cod.495FS.

Lavoro da eseguire:

Dal controllo del tecnico si evidenzia che il cavo presenta il fascio di cristalli liquidi danneggito e necessita della sostituzione. Collaudo funzionale.

Pezzi da Sostituire

-n.01 fascio di fibre a cristalli liquidi.....€ 642,00 cad. + i.v.a. 22%

Costo totale di riparazione € 642,00 (seicentoquarantadueeuro) i.v.a. 22%

In attesa di un Vs. sollecito riscontro in merito, l'occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.

Sanifarm S.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Domenico Porcu

Domenico Porcu

IL PREVENTIVO È DA RITENERSI CONGRUO

OSPEDALE SS. TRINITÀ
UFF. TECNICO
P.I. Valter Mexia

AZIENDA U.S.L. 5 - CAGLIARI
23 GIU. 2014
Prot. n. PG/74624
PROTOCOLLO GENERALE

SANIFARM s.r.l.

13/06/14

Prot.n.129/14/DP/mgm

Spettabile
Azienda USL. N.8
Ufficio Tecnico
Osp.SS.Trinità
09100 **CAGLIARI**

Oggetto: preventivo di spesa per la riparazione di Strumentario Storz .

A seguito Vs. cortese richiesta del **05/06/14 Vs. BUT 99321510 La Sanifarm S.r.l.**, con sede legale in Cagliari Viale Monastir n.126/A nella propria qualità di Concessionaria Esclusiva per la Sardegna della K.Storz si pregia sottoporre il preventivo di riparazione per quanto segue:

-n 1 Cavo a fibre ottiche cod.495NA.

Lavoro da eseguire:

Dal controllo del tecnico si evidenzia che il cavo presenta il fascio di cristalli liquidi danneggito e necessita della sostituzione. Collaudo funzionale.

Pezzi da Sostituire

-n.01 fascio di fibre a cristalli liquidi.....€ 400,00 cad. + i.v.a. 22%

Costo totale di riparazione € 400,00 (quattrocentoeuro) i.v.a. 22%

In attesa di un Vs. sollecito riscontro in merito, l'occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.

Sanifarm S.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Domenico Porcu

IL PREVENTIVO E' DA RITENERSI CONGRUO

OSPEDALE SS. TRINITÀ
UFF. TECNICO
P.I. Valter Maxia

SANIFARM s.r.l.

Prot.n.129/14/DP/mgm

AZIENDA U.S.L. 8 - CAGLIARI
24 GIU. 2014
Prot. n. PG/74782
PROTOCOLLO

13/06/14

Spettabile
Azienda USL. N.8
Ufficio Tecnico
Osp.SS.Trinità
09100 **CAGLIARI**

Cressa
20/6/2014

Oggetto: preventivo di spesa per la riparazione di Strumentario Storz .

A seguito Vs. cortese richiesta del **05/06/14** Vs. **BUT 99321511 La Sanifarm S.r.l.**, con sede legale in **Cagliari** Viale Monastir n.126/A nella propria qualità di Concessionaria Esclusiva per la Sardegna della K.Storz si pregia sottoporre il preventivo di riparazione per quanto segue:

-n 1 Movimento per resettoscopio cod.27050D.

Lavoro da eseguire:

Dal controllo del tecnico si evidenzia che il movimento necessita del ripristino contatti elettrici con sostituzione linea di contatto.

Collaudo funzionale.

Pezzi da Sostituire

-n.Ricambistica .....€ 380,00 cad. + i.v.a. 22%

Costo totale di riparazione € 380,00 (trecentoottantaeuro) i.v.a. 22%

In attesa di un Vs. sollecito riscontro in merito, l'occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.

Sanifarm S.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Domenico Porcu

Domenico Porcu

IL PREVENTIVO È DA RITENERSI CONGRUO

OSPEDALE SS. TRINITÀ
UFF. TECNICO
P.I. Valter Maxia

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
20 GIU. 2014
ENTRATA
SERVIZIO TECNICO

4 ALESSA
20/6/2014

SANIFARM s.r.l.

16/06/14

Prot.n.132/14/DP/mgm

Spettabile
Azienda USL. N.8
Ufficio Tecnico
Osp.SS.Trinità
09100 **CAGLIARI**

AZIENDA U.S.L. 8 - CAGLIARI
24 GIU. 2014
PG/74807

Oggetto: preventivo di spesa per la riparazione di Strumentario Storz.

A seguito Vs. cortese richiesta del **05/06/14** Vs. **BUT 99321509 La Sanifarm S.r.l.**, con sede legale in **Cagliari** Viale Monastir n.126/A nella propria qualità di Concessionaria Esclusiva per la Sardegna della K.Storz si pregia sottoporre il preventivo di riparazione per quanto segue:

-n 1 Pinza da biopsia a freddo cod.27072A.

Lavoro da eseguire:

Dal controllo del tecnico si evidenzia che la pinza necessita della sostituzione del movimento operativo..

Pezzi da Sostituire

-n.1 Movimento operativo .....€ 793,00 cad. + i.v.a. 22%

Costo totale di riparazione € 793,00 (settecentonovantatreeuro) i.v.a. 22%

In attesa di un Vs. sollecito riscontro in merito, l'occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.

Sanifarm S.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Domenico Porcu

Domenico Porcu

IL PREVENTIVO È DA RITENERSI CONGRUO

OSPEDALE SS. TRINITÀ
UFF.TECNICO
P.I. Valter Maida

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
20 GIU. 2014
ENTRATA
SERVIZIO TECNICO