

- 8 AGO. 2014

"B"

VERBALE della fase riservata (valutazione offerte tecniche)

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN MODALITA' SERVICE E IN UNICO LOTTO, , DI "SISTEMI PER AFERESI PRODUTTIVA E TERAPEUTICA PER L' U.O. EMATOLOGIA E CENTRO TRAPIANTI DEL P.O. BUSINCO, PER ANNI DUE".

L'anno duemilaQUATTORDICI, il giorno 14 del mese di Luglio alle ore 10,00 nella Sede dell'ASL Cagliari in via Piero della Francesca n. 1 Selargius - si è riunito la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 2160 del 11/12/2013, per la valutazione delle offerte tecniche della procedura aperta per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto:

- presidente	Dott. Emanuele Angelucci	Responsabile U.O. Ematologia/CTMO P.O. Businco
- componente	Dott.ssa Angela Mamusa	Dirigente Medico U.O. Ematologia/CTMO P. Businco
- componente	Dott.ssa Paola Marini	Dirigente Farmacista Servizio Farmacia P.O. Businco
- segretario	Dott.ssa Rafaella Casti	Coll. Amm.vo Esperto Sev. Acquisti

PREMESSO

- che con Delibera n. 2160 del 11/12/2013 la ASL di Cagliari ha indetto la procedura per l'affidamento della gara indicata in oggetto, da espletarsi con il criterio di aggiudicazione previsto all'art. 83 (Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) del D. Lgs. n. 163/2006;
- che in data 21/11/2013 apposito Seggio di Gara ha espletato in seduta pubblica la prima fase della gara i cui esiti sono riportati nel relativo verbale;
- che in esito a tale seduta pubblica è stata ammessa alla fase successiva della gara l'offerta presentata dall'Operatore Economico Fresenius Kabi;
- che la Commissione giudicatrice ha regolarmente ricevuto la busta B relativa all'offerta tecnica del concorrente ammesso, nel plico già aperto dal Seggio;
- che il disciplinare di gara, denominato "lettera di invito" prevede un esame, per ciascuna ditta in gara, delle caratteristiche tecniche risultanti dalla documentazione tecnica presentata con la conseguente attestazione di conformità della stessa e attribuzione del punteggio di qualità;
- che l'art. 6 della lettera di invito stabilisce che i prodotti offerti dovranno possedere i requisiti minimi obbligatori tecnico-operativi indicati nell'allegato 1-Descrizione della fornitura del disciplinare di gara.

Saranno invece valutate le seguenti caratteristiche:

Il presente allegato è composto da n° 7 fogli di n° _____ pagine.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

B 1

lotto n. 1 FATTORI PONDERALI	
verranno attribuiti i punti dettagliatamente indicati di seguito in corrispondenza delle caratteristiche indicate per l'effettiva presenza, alla data di presentazione dell'offerta, di ciascuna di queste.	
Performances complessiva del sistema, modalità di utilizzo: la valutazione del presente criterio è articolata nei seguenti subcriteri per i quali si esplicita il relativo sub-peso	
Elemento di valutazione caratteristiche tecniche opzionali:	punti max
1. facilità di spostamento (ruote), minimo ingombro	5
2. modalità di gestione e prevenzione errori	5
3. ergonomia e confort pazienti/operatori	8
4. minima durata del priming (10-15 minuti)	5
5. facilità di pulizia	8
6. facile e rapido montaggio	5
7. modalità di addestramento del personale	4
Tot. Max punti	40

□ che la Commissione, come sopra nominata, constatata la regolarità della propria costituzione e la presenza di tutti i suoi componenti, ha proceduto a valutare le offerte tecniche, in più sedute riservate, come di seguito specificato:

mese	giorno	anno
aprile	2	2014
Luglio	2	2104

In esito alle operazioni predette le risultanze risultano le seguenti:

1° ELEMENTO DI VALUTAZIONE: verifica della perfetta rispondenza a tutte le caratteristiche tecniche richieste dal disciplinare di gara.

DESCRIZIONE LOTTO: SISTEMA ANALITICO PER CITOFUORIMETRIA


Ha presentato offerta il seguente concorrente:


- Fresenius Kabi

L' offerta è così valutata:

- 1) Concorrente **Fresenius Kabi**: l'offerta risulta conforme e rispondente a tutte le caratteristiche tecniche minime ed essenziali richieste dal disciplinare tecnico, così come indicato nella "RELAZIONE TECNICA" allegata al presente verbale per farne parte integrante;

2° ELEMENTO DI VALUTAZIONE: verifica del possesso delle caratteristiche OPZIONALI richieste dal disciplinare di gara, a seguito della quale sono stati attribuiti i punteggi dettagliatamente indicati nella tabella "RELAZIONE TECNICA" allegata al presente verbale per farne parte integrante. Si riepilogano, nella tabella che segue, le risultanze dei lavori






LOTTO 1 : SISTEMA PER AFERESI PRODUTTIVA	Punti Peso Tot. MAX	Fresenius Kabi
Elemento di valutazione caratteristiche tecniche opzionali: STRUMENTAZIONE	max punti 40	
1. facilità di spostamento (ruote), minimo ingombro	5	5
2. modalità di gestione e prevenzione errori	5	5
3. ergonomia e confort pazienti/operatori	8	8
4. minima durata del priming (10-15 minuti)	5	5
5. facilità di pulizia	8	8
6. facile e rapido montaggio	5	5
7. modalità di addestramento del personale	4	4
TOTALE PUNTI		40


Per quanto precede la Commissione giudicatrice, ritenuto di aver completato le proprie valutazioni dichiara di ammettere alla fase successiva della presente gara il seguente Operatore Economico:


- Fresenius Kabi


Ultimati i lavori, si dichiara chiusa la presente fase della gara. La Commissione redige e sottoscrive il verbale, stabilendo di trasmetterlo al Presidente del Seggio di Gara per la comunicazione, in seduta pubblica, dei risultati delle verifiche effettuate con i punteggi assegnati, e per l'apertura dei plichi recanti la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".

- presidente Dott. Emanuele Angelucci
 - componente Dott.ssa Angela Mamusa
 - componente Dott.ssa Paola Marini
 - segretario
 verbalizzante Dott.ssa Rafaella Casti











B₃  

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN MODALITA' SERVICE E IN UNICO LOTTO,,
DI "SISTEMI PER AFERESI PRODUTTIVA E TERAPEUTICA PER L' U.O. EMATOLOGIA E CENTRO
TRAPIANTI DEL P.O. BUSINCO, PER ANNI DUE".

RELAZIONE TECNICA

B4

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4/3


B. CASP
A 66.3/14

Oggetto: **Parere conformità tecnica** per procedura negoziata per la fornitura, in modalità Service e in Unico Lotto, di "Sistemi per Aferesi produttiva e terapeutica per l'Unità Operativa Ematologia e Centro Trapianti del P.O. BUSINCO, per anni due".


In riferimento all'oggetto di cui sopra, si dichiara la **conformità tecnica** dei dispositivi e del materiale di consumo offerto dalla Ditta Fresenius, per qualità e quantità, rispetto a quanto indicato nella richiesta Prot Emat N 148/2013 (Prot Farmacia 918 del 24/06/2013).

Distinti saluti

AZIENDA U.S.L. n° 8 - CAGLIARI
Ospedale Oncologico "A. BUSINCO"
UNITÀ OPERATIVA DI EMATOLOGIA
Direttore: Prof. PAOLO ANGELOUCCI



P.O. BUSINCO
DIREZIONE CLINICA
24/06/2014



AZ. U.S.L. 8 CA - FARMACIA
P.O. "A. BUSINCO"
FARMACISTA DIRIGENTE
Tel. 47054 Dott. Paola Martini



- 2 APR. 2014

ASL8

NP/2014/ 0021738 del 09/06/2014 ore 11,51


Cliente: Ospedale Businco

Assegnatario: Servizio Acquisti

Classifica: 148 Sottoclass: 1435 del 2013



B5



W
see 6/B
Ma

ELENCO PRODOTTI OFFERTI			
CODICE	DESCRIZIONE		QUANTITA'
P1Y	CIRCUITO PER DEPLEZIONE PIASTRINICA AGO DOPPIO & AGO SINGOLO	9400421	540
PL1	CIRCUITO PER SCAMBIO PLASMATICO AGO DOPPIO & AGO SINGOLO	9400401	
P1R	CIRCUITO PER PLASMATRATTAMENTO AGO DOPPIO	9400411	
C4Y	CIRCUITO PER CELLULE STAMINALI & LINFOCITI AGO DOPPIO & AGO SINGOLO	9400301	340
RVY	CIRCUITO PER CELLULE STAMINALI AGO DOPPIO & AGO SINGOLO	9400361	
P1Y	CIRCUITO PER CELLULE STAMINALI AGO DOPPIO & AGO SINGOLO	9400421	
P1Y	CIRCUITO PER GRANULOCITI; LINFOCITI; MONOCITI AGO DOPPIO & AGO SINGOLO	9400421	
P1Y	CIRCUITO PER PROCESSO DI MIDOLLO	9400421	
P1YA	CIRCUITO PER LEUCOCITOAFERESI CON PROGRAMMA AUTO MNC	9400431	
BMSC	SACCHE ACCESSORIE PER PROCESSO DI MIDOLLO	9007341	
SACCA AS	SACCHE TRANSFER PER PROCEDURE AGO SINGOLO CON SET PL1	9007301	
	SOLUZIONE FISILOGICA 500 ML	B102066	2800
	SOLUZIONE ACD 500 ML	RDB8652	1500
	AGHI FISTOLA G17 CON PROTEZIONE	A9AA0030	2800

W

LOTTO 1**VALUTAZIONE QUALITA' E CARATTERISTICHE**

Performances complessiva del sistema, modalità di utilizzo: la valutazione del presente criterio è articolata nei seguenti subcriteri per i quali si esplicita il relativo sub-peso	punti max	punti attribuiti
1. facilità di spostamento (ruote), minimo ingombro	5	5
2. modalità di gestione e prevenzione errori	5	5
3. ergonomia e confort pazienti/operatori	8	8
4. minima durata del priming (10-15 minuti)	5	5
5. facilità di pulizia	8	8
6. facile e rapido montaggio	5	5
7. modalità di addestramento del personale	4	4
Tot. Max punti	40	40


Dr. Emanuele Angelucci



Dr.ssa Angela Mamusa



Dr.ssa Paola Marini


pg 1

37

Asl Cagliari
Sede Amm.va: Via Piero della Francesca, 1 09047 Selargius
c.f. e p. iva 02261430926
www.aslcagliari.it

F/B