


ALLEGATO A
ALLA DETERMINA N° 1184 DEL 29 SET. 2014

Il presente allegato è composto di n° 3 fogli.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)



DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 5
Sarcidano Barbagia di Seulo e Trexenta
Sede di Isili

Prot.n° 7/int.




All'Ufficio Economato
Sig.ra Rosanna Marongiu
Isili

Oggetto: Acquisto n°1 Impedenziometro e n° 1 Aspiratore chirurgico per l'ambulatorio di Otorinolaringoiatria del Poliambulatorio di Isili

Si chiede l'acquisto di quanto in oggetto al fine di poter espletare correttamente l'attività ambulatoriale. In allegato le caratteristiche tecniche degli apparecchiature richieste, redatte dallo specialista otorino Dssa Nicoletta Loi
In attesa di sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Isili, 03/07/2014

Il Dirigente Medico
Dr. Massimo Carboni



by Carboni / Dr. Carboni
MEDA

SI TRASMETTE PER COMPETENZA
AL SERVIZIO TECNICO
CAGLIARI

08/07/14

Massimo Masia

CM

29/07/2014



Alla cortese attenzione del Responsabile del Poliambulatorio
Isili

Si richiede l'acquisto di n° 1 aspiratore chirurgico per l'ambulatorio ORL
con le seguenti caratteristiche:

Alimentazione 230 V – 50 Hz

dimensioni non superiori a 50 x 50 x h 60 cm

Aspirazione max - 90 bar


Flusso 60 l/min

Dotazioni : 2 vasi autoclavabili da 2 l di cui uno per sacca monouso –

Ricambi : filtro aspiratore , sacche monouso 2 l + coperchio

In fede

Dssa Maria Nicoletta Loi



Isili 01/04/14

P.S

Per riferimento a quanto sopra richiesto
si ottiene che lo strumento attualmente
in uso risulta essere insufficiente per
le esigenze dell'ambulatorio ORL
di Isili

A.S.L. - CAGLIARI
POLIAMBULATORIO DI ISILI
AMBULATORIO D.L.O. R.L.
(Dott.ssa MARIA NICOLETTA LOI)
N. ex. N° 792

Alla cortese attenzione del Responsabile del Poliambulatorio di Isili


Si richiede l'acquisto URGENTE di n° 1 IMPEDENZOMETRO per l'ambulatorio ORL con le seguenti caratteristiche tecniche

- A) esecuzione automatica in sequenza del Timpanogramma e dei riflessi acustici
- B) esecuzione dei riflessi acustici con ricerca automatica di soglia ed in modalità standard
- C) esecuzione del Reflex decay test
- D) Esecuzione tests di funzionalità tubarica

in fede

Isili 02/07/2014

Dssa Maria Nicoletta Loi



P.S. L'assenza di tale strumento arreca un grave pregiudizio all'attività ambulatoriale ORL in quanto necessario per l'attività di 5 ambulatori ORL del distretto.

A.S.L. - CAGLIARI
POLIAMBULATORIO DI ISILI
AMBULATORIO DI O.R.L.
(Dott.ssa MARIA NICOLETTA LOI)
Mod. N° 7/92