

ALLEGATO A 1  
ALLA DETERMINA N° 1202 DEL - 7 OTT. 2014

Il presente allegato è composto di n° 2 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Masia)

05/09/2014 12:37 5694

PAG 01

 ASL Cagliari

Presidio Ospedaliero  
**Microcitemico**

Struttura Complesse  
Clinica Pediatrica 2°  
Università degli Studi di Cagliari  
Centro Trapianti Cellule  
Staminali Ematopoietiche  
Referente: Dott.ssa M. Grazia Orofino

ASL8  
NP 2014/32972 del 09/09/2014 ore 09.01  
Mitt.: Ospedale Microcitemico

Ass.: Patrimonio e Servizi Tecnici  
Class.: 1.4.6. Fasc.: 28 del 2014




Cagliari, 05/09/2014

Spett. Ing. Masia  
Servizio Tecnico e Patrimoniale  
Fax 3201

OGGETTO: fornitura termosaldatrice..

Si richiede la fornitura di una termosaldatrice per dismissione di quella in uso dal reparto.

Distinti saluti  
Referente del Centro Trapianti Midollo Osseo  
Dott.ssa M. Grazia Orofino



ASL Cagliari  
Via Piero della Francesca, 1  
09047 Selargius  
c.f. e p. iva 02261430926  
www.aslcagliari.it

Clinica Pediatrica 2°  
Centro Trapianti Cellule Staminali Ematopoietiche  
Via Jenner 09121 Cagliari  
Tel 070/6095664/640/512 Fax 070/6095694  
e-mail: ca2@mcweb.unica.it

**Ordine Di Lavoro / Rapporto Tecnico nr.618024905**

PAG 02



INGENIERIA  
BIOMEDICA  
SANTA LUCIA

OdL nr.: **618024905**

Assegnato a: **Pateri Andrea**

Richiedente: **BIBIANA MURGIA**

# Rich.Ente: **1**

Problema: **NON SIGILLA LE BUSTE**

Data / Ora: **27/08/2014 18:59**

Tipo di Int.: **Correttiva**

Telefono: **0706095512**

Data/Ora Rich Ente : **27/08/2014 18:59:19**

**Dati di CHIUSURA**

Data / Ora:

L'apparecchio funziona correttamente:

Tecnico: **NSANNA**

Firma: *NSANNA*

Accettazione: **P**

Firma:

Personale non presente:

Inventario N.: **10010030954** Tipologia: **TERMOSALDATRICE**

Produttore: **GANDUS SALDATRICI SRL**

Matricola: **1112**

Reparto: **PIANO 5 - SCALE A - CTMO**

Modello: **MEDICAL H 400**

Sede: **MICROCITEMICO**

Unita: **GENERALE**

**Estremi degli INTERVENTI**

**NSANNA RICERCA GUASTO, STRUMENTO NON RIPARABILE, PARTI DI RICAMBIO NON PIU DISPONIBILI, SI CONSIGLIA LA DISTINZIONE**

**Ricambi**

**Interventi Esterni**

**Note**

imputabile a usura - Non imputabile a cause accidentali

14 12:37 5694