

ALLEGATO

ALLA DETERMINA N°

<sup>A</sup>  
1213 DEL - 7 OTT. 2014

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Masia)



ASL Cagliari

Presidio Ospedaliero  
Marino

Struttura Complessa  
Chirurgia d'Urgenza

Rif. N° 03 / 2014

Alla c. a. del Direttore Sanitario  
P.O. "MARINO"  
SEDE

**Oggetto: Necessità urgente di Nuova Lampada Scialitica per Medicheria.**

Con la presente si intende comunicare la impossibilità di riparazione della Lampada Scialitica già in dotazione a questa U.O.C. nel locale denominato "Medicheria". La lampada in questione si è rovesciata durante lo spostamento; la caduta sul pavimento ha mandato in frantumi il vetro e la lampada alogena. Si allega copia della

**Si richiede pertanto l'acquisto di una lampada scialitica per medicheria.**

Si ritiene necessario che la nuova lampada scialitica risponda alle seguenti caratteristiche :

- Possibilità di attacco a parete (*per evitarne la caduta*);
- Potenza elettrica compatibile con la rete;
- Temperatura del colore intorno ai 4500 K;
- Intensità di illuminazione ad 1 metro : 60.000 lux;
- Diametro campo luminoso : 150 mm.;
- Campo di lavoro : 70 – 140 cm.;
- Fonte luminosa a LED a basso consumo : < 5 watts;
- Vita media della fonte luminosa superiore a 40.000 ore;
- Manico rimovibile e sterilizzabile;
- Superfici chiuse e lisce, senza sottosquadri, per la miglior pulizia delle superfici;
- Regolazione graduale della luminosità dal 30 al 100 %.

Si chiede di invitare alla fornitura le seguenti Ditte :

1. **Medical S.p.A.** di Sassari per KLS-Martin;
2. **Elettronica Professionale S.r.l.** di Sassari per Berchtold;
3. **Maquet** di Cinisello Balsamo (Milano) per Maquet;
4. **Steris** di Segrate (Milano) per Steris.

Distinti saluti

Cagliari, 07.01.2014

Il direttore U.O.C.  
Alessandro Garau

