

OGGETTO: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ART. 57 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. N. 163/2006. ACQUISIZIONE DAL PRODUTTORE DI N. 9 KIT DI UP-GRADE/CONVERSIONE ECOS ZEFIRO PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO N. 9 CAPPE DIAPATH INSTALLATE PRESSO LA U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. SS.TRINITA'. CONFERMA E RATIFICA ORDINATIVO DI FORNITURA N. A29-2014-330. AFFIDATARIO DIAPATH S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 29.783,58 IVA COMPRESA

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

- VISTO il D.Lgs. n. 502/1992, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale n. 10/2006, la Legge Regionale n. 10/97, nonché la Legge Regionale n. 5/2007;
- VISTO il D.Lgs. 163/2006, nonché il D.P.R. 207/2010, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la deliberazione n. 232, adottata dal Direttore Generale in data 9/02/2009, con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti delle deleghe ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di propria competenza;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 9/02/2009, con la quale è stato conferito al dott. Ing. Massimo Masia l'incarico di Responsabile della Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici ed, occorrendo, anche la deliberazione n. 1430 in data 4/11/2008, con la quale sono stati approvati adeguamenti e modifiche al Regolamento Aziendale per l'affidamento ed acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e, tra l'altro, si è pure confermata l'assegnazione delle funzioni di responsabile del procedimento, per le acquisizioni in economia di competenza del Servizio Tecnico (ora denominato Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici), in capo al dirigente responsabile del Servizio
- PREMESSO - nel corso del corrente anno sono stati rilevati problemi di stabilità nel funzionamento delle componenti hardware di n. 9 cappe di aspirazione, di produzione Diapath, utilizzate presso la U.O. di Anatomia Patologica del P.O. SS.Trinità, che non è stato possibile risolvere mediante l'esecuzione delle normali prestazioni di manutenzione periodica e correttiva comprese nel contratto di manutenzione delle apparecchiature biomedicali dell'Azienda;
- a seguito di verifiche eseguite dai tecnici dell'azienda congiuntamente all'appaltatore del servizio di global service, nonché anche a seguito di quanto rappresentato dalla Direzione Sanitaria del presidio con la missiva prot. N. 2014/2043/AB del 20/01/2014 allegata al presente provvedimento sub 1), si è, difatti, accertato come risultasse necessario provvedere, al fine dell'eliminazione dei malfunzionamenti sopra descritti, alla esecuzione di attività di manutenzione straordinaria e, precisamente, all'aggiornamento tecnologico di alcune componenti di tutte le cappe di aspirazione in argomento, mediante l'acquisizione di appositi kit di conversione;

- CONSIDERATO** - che le prestazioni di aggiornamento tecnologico non sono comprese nei servizi base a canone previsti nel Contratto di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali dell'Azienda; precisamente, nel caso di specie si tratta di malfunzionamenti non ascrivibili ad usura e/o al normale impiego delle apparecchiature, ma imputabili a vetustà tecnologica di alcuni componenti, con conseguente necessità di procedere ad attività di manutenzione straordinaria;
- RILEVATO** - che l'unico operatore economico idoneo e tecnicamente qualificato per l'affidamento di tali prestazioni è risultato Diapath S.p.A., in quanto detto operatore è il fornitore originario e produttore delle cappe di aspirazione in argomento ed ha, pertanto, la disponibilità esclusiva dei kit di conversione necessari per procedere all'aggiornamento tecnologico dei predetti dispositivi
- che sussistono, pertanto, evidenti ragioni di natura tecnica che consentono l'affidamento di tali prestazioni unicamente al predetto operatore economico, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006;
- DATO ATTO** - che, per le ragioni sopra indicate, si è pertanto proceduto a negoziare tali prestazioni di manutenzione straordinaria/aggiornamento tecnologico con Diapath S.p.A., richiedendo allo stesso di formulare la propria migliore offerta per la fornitura dei pacchetti di upgrade indispensabili per il ripristino del normale funzionamento delle cappe di aspirazione in dotazione alla U.O. di Anatomia Patologica del P.O. SS.Trinità;
- che detto operatore ha riscontrato tale invito formulando l'offerta n. 20002239 del 10/04/2014, che si allega al presente atto sub 2) per formarne parte integrante, con la quale propone di eseguire tale aggiornamento tecnologico mediante la fornitura di n. 9 kit di conversione delle predette cappe allo standard Ecos Zefiro, per un importo unitario pari ad euro 2.712,53 IVA esclusa per ciascun Kit, corrispondente ad un complessivo importo, per tutti i dispositivi, pari a euro 24.412,77 IVA esclusa;
- che quanto proposto nella predetta offerta è risultato tecnicamente idoneo e necessario per il ripristino della completa funzionalità delle cappe di aspirazione ed, inoltre, i prezzi proposti appaiono congrui ed allineati alle quotazioni di mercato, anche in considerazione del valore di rinnovo delle apparecchiature oggetto di upgrade;
- che in considerazione dell'estrema urgenza di provvedere all'aggiornamento tecnologico delle predette cappe, al fine di garantirne la continuità operativa, si è reso necessario affidare immediatamente la fornitura dei kit sopra indicati a Diapath S.p.A., mediante l'emissione e l'invio al predetto operatore economico dell'ordinativo di fornitura n. A29-2014-330, che si allega al presente atto sub 3) per formarne parte integrante;
- RILEVATO** che i pacchetti di aggiornamento tecnologico in argomento sono stati regolarmente consegnati da Diapath S.p.A., come da documenti di consegna che si allegano al presente provvedimento sub 4-5) ed, inoltre, risultano in corso di completamento le operazioni di installazione di tali kit e le verifiche in merito al corretto funzionamento di tali aggiornamenti
- RITIENE** necessario, tutto ciò premesso, ratificare e confermare l'affidamento a Diapath S.p.A. delle prestazioni descritte nel presente provvedimento, come da dispositivo che segue;

DATO ATTO inoltre, che gli affidamenti di cui al presente atto sono compresi, per importo e tipologia, negli atti di competenza del sottoscritto Responsabile e che non sussistono conflitti di interesse con il soggetto destinatario degli effetti di quanto disposto con la presente determinazione;


DETERMINA

per tutti i motivi sopra esposti:

1. Di confermare e ratificare l'affidamento all'operatore economico Diapath S.p.A., ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) D.Lgs. 163/2006, delle prestazioni di manutenzione straordinaria consistenti nella fornitura di n. 9 kit di upgrade/conversione allo standard ECOS Zefiro destinati all'aggiornamento tecnologico di n. 9 cappe di aspirazione Diapath installate ed utilizzate presso la U.O. di Anatomia Patologica del P.O. SS.Trinità, verso il pagamento del corrispondente complessivo importo di euro 24.412,77, oltre L'IVA nella misura di legge;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva, pari ad euro 29.783,58 IVA compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del conto di competenza del bilancio di esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore dell'aggiudicatario sopra indicato, previa verifica di conformità dell'esecuzione delle prestazioni da parte dei competenti uffici dell'Azienda;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, L.R. n. 10/2006;

Letto, confermato e sottoscritto.



Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Dottor Giovanni Scarteddu
Settore Gestione Gare e Contratti

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti