

- 7 OTT. 2014

VERBALE della fase riservata (esame e presa d'atto verifica di conformità offerte tecniche)	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, PER LA FORNITURA DI COPRISTRUMENTI E COPRISONDA PER TUTTI I PP.OO. DELLA ASL
---	--

L'anno duemilaequattordici il giorno 03 del mese di febbraio alle ore 12:00 nella Sede dell'ASL di Cagliari in Via Piero della Francesca n. 1, Selargius, si è riunito il Seggio di gara composto da:

- Presidente	dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis	- Responsabile del Servizio Acquisti;
- Testimone	dott.ssa Patrizia Mirtillo	- Componente del Servizio Acquisti;
- Testimone	sig. Davide Podda	- Componente del Servizio Acquisti, con funzioni di segretario verbalizzante;

per l'esame e la presa d'atto della relazione, presentata dagli esperti tecnici del settore, di conformità dell'offerta tecnica dei concorrenti della procedura aperta per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto.

PREMESSO CHE:

- il giorno 16 luglio 2013 il Seggio di Gara ha espletato, in seduta pubblica, la prima fase della gara i cui esiti sono riportati nel relativo verbale;
- in esito a tale seduta pubblica sono state ammesse alla fase successiva della gara le offerte presentate dai seguenti concorrenti:

CONCORRENTE	LOTTI									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GAMED	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
BETATEX	x	x	x							
FC GENETICS		x	x		x			x	x	x
MON&TEX		x	x							
MEDICAL		x	x							
SANDRO CARTA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MDM				x	x	x	x	x	x	x
ALFAMED		x	x	x						
BIOSYSTEM										x
SAMED										x

Tutto ciò premesso, ritenuta parte integrante e sostanziale del presente verbale l'allegata RELAZIONE TECNICA prot. 697 del 09.01.2014, si da atto che l'esito delle verifiche di rispondenza al capitolato degli esperti tecnici in parola è il seguente:

LOTTO 1	
Offerenti 3	giudizio di rispondenza al capitolato
1 GAMED	le offerte sono rispondenti a tutte le caratteristiche tecniche minime ed essenziali richieste dal capitolato.
2 BETATEX	
3 SANDRO CARTA	
	NON CONFORME: la misura supera il 10% di tolleranza ammessa.

LOTTO 2	
Offerenti 7	giudizio di rispondenza al capitolato
1 GAMED	le offerte sono rispondenti a tutte le caratteristiche tecniche minime ed essenziali richieste dal capitolato.
2 BETATEX	
3 FC GENETICS	
4 MON&TEX	
	Il presente allegato è composto da n° <u>9</u> fogli di n° _____ pagine.

Pag. 1

5 ALFAMED	
6 MEDICAL	NON CONFORME: la misura supera il 10% di tolleranza ammessa.
7 SANDRO CARTA	NON CONFORME: la misura supera il 10% di tolleranza ammessa.

LOTTO 3	
Offerenti 7	giudizio di rispondenza al capitolato
1 GAMED	le offerte sono rispondenti a tutte le caratteristiche tecniche minime ed essenziali richieste dal capitolato.
2 BETATEX	
3 MON&TEX	
4 SANDRO CARTA	
5 ALFAMED	
6 FC GENETICS	NON CONFORME: la misura supera il 10% di tolleranza ammessa.
7 MEDICAL	NON CONFORME: la misura supera il 10% di tolleranza ammessa.

LOTTO 4	
Offerenti 4	giudizio di rispondenza al capitolato
1 GAMED	le offerte sono rispondenti a tutte le caratteristiche tecniche minime ed essenziali richieste dal capitolato.
2 MDM	
3 ALFAMED	
4 SANDRO CARTA	NON CONFORME: incompleto, non presenta gel monodose.

LOTTO 5	
Offerenti 4	giudizio di rispondenza al capitolato
1 GAMED	le offerte sono rispondenti a tutte le caratteristiche tecniche minime ed essenziali richieste dal capitolato.
2 FC GENETICS	
3 MDM	
4 SANDRO CARTA	NON CONFORME: incompleto, non presenta gel monodose.

LOTTO 6	
Offerenti 3	giudizio di rispondenza al capitolato
1 GAMED	le offerte sono rispondenti a tutte le caratteristiche tecniche minime ed essenziali richieste dal capitolato.
2 MDM	
3 SANDRO CARTA	NON CONFORME: incompleto, non presenta gel monodose.

LOTTO 7	
Offerenti 3	giudizio di rispondenza al capitolato
1 GAMED	le offerte sono rispondenti a tutte le caratteristiche tecniche minime ed essenziali richieste dal capitolato.
2 MDM	
3 SANDRO CARTA	NON CONFORME: incompleto, non presenta gel monodose e la misura supera il 10% di tolleranza ammessa.

LOTTO 8	
Offerenti 4	giudizio di rispondenza al capitolato
1 GAMED	le offerte sono rispondenti a tutte le caratteristiche tecniche minime ed essenziali richieste dal capitolato.
2 FC GENETICS	
3 MDM	
4 SANDRO CARTA	NON CONFORME: incompleto, non presenta gel monodose.

2

2/8

[Handwritten signatures]

LOTTO 9	
Offerenti 4	giudizio di rispondenza al capitolato
1 GAMED	le offerte sono rispondenti a tutte le caratteristiche tecniche minime ed essenziali richieste dal capitolato.
2 FC GENETICS	
3 SANDRO CARTA	
4 MDM	NON CONFORME: incompleto, non presenta il sistema di protezione e fissaggio.


LOTTO 10	
Offerenti 6	giudizio di rispondenza al capitolato
1 GAMED	le offerte sono rispondenti a tutte le caratteristiche tecniche minime ed essenziali richieste dal capitolato.
2 FC GENETICS	
3 SANDRO CARTA	
4 MDM	
5 SAMED	
6 BIOSYSTEM	NON CONFORME: offerta la versione lombare/addominale anziché la vaginale/rettale.

Per quanto precede il Seggio di Gara, preso atto delle risultanze dell'esame di conformità delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti, dichiara l'ammissione alla fase successiva della presente gara le seguenti ditte che hanno presentato valide offerte:

CONCORRENTE	LOTTE									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GAMED	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
BETATEX	x	x	x							
FC GENETICS		x			x			x	x	x
MON&TEX		x	x							
MEDICAL										
SANDRO CARTA			x						x	x
MDM				x	x	x	x	x		x
ALFAMED		x	x	x						
BIOSYSTEM										
SAMED										x

Ultimati i lavori, si dichiara chiusa la presente fase della gara. Il Seggio di Gara redige e sottoscrive il presente Verbale, rinviando a successiva Seduta pubblica la comunicazione dei risultati delle valutazioni tecniche effettuate e l'apertura della busta "C" recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".

- Presidente dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis



- Testimone dott.ssa Patrizia Mirtillo



- Testimone e segretario verbalizzante sig. Davide Podda



Prot. 697

Selargius, 09.01.2014

Al Responsabile Serv. Acquisti
SEDE

Oggetto : Valutazione tecnica procedura negoziale "COPRISTRUMENTI e COPRISONDA per tutti i PP.OO.della ASL " – CND T0301

In riferimento alla Vostra richiesta Prot.NP/2013/48227 del 16/12/2013 relativa all'oggetto si trasmette il prospetto comparativo completo di idoneità.

Da tale prospetto si può rilevare che:

Rif.1 : 3 DITTE offerenti.

I prodotti offerti dalle ditte **GAMED e BETATEX** sono giudicati **conformi**.

Il prodotto offerto dalla ditta **SANDRO CARTA** è giudicato **NON** conforme per misura (supera il 10% di tolleranza ammessa)

Rif.2 : 7 DITTE offerenti.

I prodotti offerti dalle ditte **GAMED, BETATEX, FC GENETICS, MON & TEX, ALFAMED** sono giudicati **conformi**.

I prodotti offerti dalle ditte **MEDICAL e SANDRO CARTA** sono giudicati **NON** conforme per misure (superano il 10% di tolleranza ammessa).

Rif.3 : 7 DITTE offerenti.

I prodotti offerti dalle ditte **GAMED, BETATEX, MON & TEX, SANDRO CARTA, ALFAMED** sono giudicati **conformi**.

I prodotti offerti dalle ditte **FC GENETICS e MEDICAL** sono giudicati **NON** conformi per misure (superano il 10% di tolleranza ammessa).

Rif.4 : 4 DITTE offerenti.

I prodotti offerti dalle ditte **GAMED, MDM e ALFAMED** sono giudicati **conformi**.

Il prodotto offerto dalla ditta **SANDRO CARTA** è giudicato **NON** conforme perché incompleto: non presenta il gel mono dose.

PRESA IN CARICO

10/01/2014

Rif.5 : 4 DITTE offerenti.

I prodotti offerti dalle ditte **GAMED, FC GENETICS e MDM** sono giudicati **conformi**.

Il prodotto offerto dalla ditta SANDRO CARTA è giudicato **NON** conforme perché incompleto: non presenta il gel mono dose.

Rif.6 : 3 DITTE offerenti.

I prodotti offerti dalle ditte **GAMED, MDM** sono giudicati **conformi**.

Il prodotto offerto dalla ditta SANDRO CARTA è giudicato **NON** conforme perché incompleto: non presenta il gel mono dose.

Rif.7 : 3 DITTE offerenti.

I prodotti offerti dalle ditte **GAMED, MDM** sono giudicati **conformi**.

Il prodotto offerto dalla ditta SANDRO CARTA è giudicato **NON** conforme perché incompleto: non presenta il gel mono dose e per misura (supera il 10% di tolleranza ammessa)

Rif.8 : 4 DITTE offerenti.

I prodotti offerti dalle ditte **GAMED, FC GENETICS e MDM** sono giudicati **conformi**.

Il prodotto offerto dalla ditta SANDRO CARTA è giudicato **NON** conforme perché incompleto: non presenta il gel mono dose.

Rif.9 : 4 DITTE offerenti.

I prodotti offerti dalle ditte **GAMED, FC GENETICS e SANDRO CARTA** sono giudicati **conformi**.

Il prodotto offerto dalla ditta MDM è giudicato **NON** conforme perché incompleto: non presenta il sistema di protezione e fissaggio.

Rif.10 : 6 DITTE offerenti.

I prodotti offerti dalle ditte **GAMED, FC GENETICS, SANDRO CARTA, MDM e SAMED** sono giudicati **conformi**.


Il prodotto offerto dalla ditta BIOSYSTEM è giudicato **NON** conforme perché offerta la versione lombare/addominale anziché la vaginale/rettale.

Si resta in attesa di comunicazione di avvenuta aggiudicazione anche al fine di poter provvedere alla codifica dei relativi prodotti.

Distinti saluti


Il Responsabile della SSD

Dott.ssa Sandra Loi



Il Farmacista Dirigente

Dott.ssa Carla Casula



PROSPETTO COMPARATIVO "COPRISONDE E COPRISTRUMENTI" 2013.

RIF.	COD. SISAR	CND	DESCRIZIONE PRODOTTO	quantità	GAMED						BETATEX						
					TOTALE	RDM	NOME COMMERCIALE	CODICE OFFERTO	PREZ ZO	PZ/ CF	CONF ORME	RDM	NOME COMMERCIALE	CODICE OFFERTO	PREZ ZO	PZ/ CF	CONF ORME
1		T030101	Coprischermo per monitor touch screen in materiale plastico sterile mis. 45x35 cm ca	500	pz	864035	COPRI SCHERMO PER MONITOR TOUCH SCREEN 35X45 CM	03.3545		250	SI	144214	COPRISCHERMO 45X35 IN PE TRASPARENTE	SD0522S		100	SI
2		T030101	Cuffia copristrum. Sterile in PE o altro materiale plastico trasparente per amplificatore brillantezza con elastico diametro 80 cm, mis. 100x150 cm	6.600	pz	403431	COPRIAMPLIFICATORE DI BRILLANZA 100 X 150 CM	01.0013		30	SI	144214	COPRIAMPLIFICATORE DI BRILLANZA 100X150	SD0158S		20	SI
3		T030101	Cuffia copristrum. Sterile in PE o altro materiale plastico trasparente per amplificatore brillantezza con elastico diametro 80 cm, mis. 100x50 cm	3.600	pz	403431	COPRIAMPLIFICATORE DI BRILLANZA 100 X 50 CM	01.100.50		60	SI	144214	COPRIAMPLIFICATORE DI BRILLANZA 100X50	SD0297S		60	SI
4		T030102	Guaina per copertura sonda ecografica sterile M/USO in materiale plastico, latex free, trasparente, completa di gel m/dose sterile in conf. singola. Misura non inferiore a cm 60 x 14 ca compatibile con sonda ecografica ESAOTE C314 e ESAOTE CA431.	874	pz	21063	KIT COPRISONDA SOFT COVER 14X61 CM	2252		24	SI	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
5		T030102	idem: misura cm 61x9 ca, compatibile con sonda ESAOTE LA332E	1.000	pz	21063	KIT COPRISONDA SOFT COVER 8,9X61 CM	2230		24	SI	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
6		T030102	idem: misura cm 240x7 ca, compatibile con sonda ecografica ESAOTE C331T e sonda intraoperatoria per la ricerca del linfonodo sentinella	500	pz	212389	KIT COPRISONDA LATEX FREE 7,6X244 CM	5-963 KIT		10	SI	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
7		T030102	idem: misura cm 100x5 ca, compatibile con sonda ecografica transvaginale ALOKA UST 981-5, ALOKA UST9112-5 E TOSHIBA PVQ 641 V	1.350	pz	212389	KIT COPRISONDA LATEX FREE 7X92 CM	5-363		25	SI	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
8		T030102	idem: mis. cm 14x244 ca completa di nastri di fissaggio gel	1.210	pz	5444	KIT COPRISONDA LATEX FREE 7X92 CM	5-9655KIT		10	SI	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
9		T030102	universale in PU, sterile per sonda transesofagea, latex free, c/gel sistema di protezione e fissaggio	70	pz	212389	KIT TEE STERILE C/COPRISONDA 2,5/4 X1222 CM	5-T4040KIT		10	SI	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
10	Prodotto richiesto da Ginecologia del PO Microctemico		Cappucci copri-sonda in lattice per doppler ed ecografia transvaginale (diametro 30 mm), non prelubrificati, non sterili in confezione singola.	30.000	pz	NON DOVUTO	COPRISONDA VAGINALE E RETTALE NON STERILE	10060		100	SI	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE

6/6

il termine corretto è BRILLANZA come indicato nel prospetto ALLEGATO alla richiesta di attivazione procedura inviato da questa UCF con Prot. NP/2013/0019055 del 09/05/2013

Lo v

FC GENETICS						MON&TEX						MEDICAL					
RDM	NOME COMMERCIALE	CODICE OFFERTO	PREZZO	PZ/CF	CONFORME	RDM	NOME COMMERCIALE	CODICE OFFERTO	PREZZO	PZ/CF	CONFORME	RDM	NOME COMMERCIALE	CODICE OFFERTO	PREZZO	PZ/CF	CONFORME
NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
3972	COPERTURA A CUFFIA COPRISTRUMENTO C/ELASTICO STERILE IN P.E. 100X150	6103		25	SI	54130	SACCHETTO COPRISTRUMENTO CON ELASTICO 100X150	3.644.70		50	SI	19890	CUFFIA COPRISTRUMENTO 1 Ø CM 91	1098		25	NO X MISUR A
3975	COPERTURA A SACCHETTO C/ELASTICO COPRISTRUMENTO STERILE IN P.E. 75X110	CP75/1		20	NO X MISUR A	54130	SACCHETTO COPRISTRUMENTO CON ELASTICO 100X50	3.3357.70		50	SI	19890	CUFFIA COPRISTRUMENTO 1 Ø CM 91	1098		25	NO X MISUR A
NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
NON DOVUTO	COPERTURA IN P.U. STERILE PER SONDA ECOGRAFICA 10 X 81 CM	1241-02		24	SI	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
NON DOVUTO	COPERTURA INTRAOPERATIVA STERILE IN P.U.14x244	1238-02		24	SI	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
247385	COPERTURA IN P.U. STERILE PER SONDA ECOGRAFICA TRANSESOFAGEA diam.15/31x 1.100 mm	1251-02		24	SI	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
non dovuto	COPERTURA IN LATTICE NON STERILE PER SONDE VAGINALI/RETTALI	ME300		150	SI	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE

2/4

don

DITTA SANDRO CARTA						MDM						ALFAMED							
RDM	NOME COMMERCIALE	CODICE OFFERTO	PREZZO	PZ/CF	CONFOR ME	RDM	NOME COMMERCIALE	CODICE OFFERTO	PREZZO	PZ/CF	CONFOR ME	RDM	NOME COMMERCIALE	CODICE OFFERTO	PREZZO	PZ/CF	CONFOR ME	RDM	
138032	COPRIMONITOR TOUCH SCREEN 53X45 cm	17601		80	NO X MISURA	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	
140211	CUFFIA COPRISTRUMENTI RETTANGOLARE 95X130 CM	17636		50	NO X MISURA	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	19558	CUFFIA A SACCO X COPERTURA RADIOLOGICA Ø 80CM 100X150CM	MTT0914/CA		100	SI	NON OFFRE	
140211	CUFFIA COPRISTRUMENTI ROTONDA 50X100 CM	17639		40	SI	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	19558	CUFFIA A SACCO X COPERTURA RADIOLOGICA 100X50CM	MTT0917/2-1		100	SI	NON OFFRE	
187580	COPRISONDA ULTRACOVER 15,24X60,96 CM	PC1291EU		20	NO non presentail gel m/dose	228397	GUAINA COPRISONDA in CIV-Flex per Uso Generale - sterile 14x61 CM	610-002		24	SI	199619	GUAINA COPRISONDA CON GEL STERILE 14X62	MTK0602/612		100	SI	NON OFFRE	
187580	COPRISONDA ULTRACOVER 10,16X60,96 CM	PC1296EU		20	NO non presentail gel m/dose	228397	GUAINA COPRISONDA in CIV-Flex per Uso Generale - sterile 8,9x61 CM	610-001		24	SI	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
187646	COPRISONDA ULTRACOVER 10,16X244 CM	PC1295EU		20	NO non presentail gel m/dose	228397	GUAINA COPRISONDA Surgi Uso Intraoperatorio - sterile 15,2-7,6x244 CM	610-367		12	SI	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
187580	COPRISONDA ULTRACOVER 5,08X60,96 CM	PC1419EU		20	NO X MISURA e non presentail gel	228397	GUAINA COPRISONDA in CIV-Flex per Uso Generale - sterile 6x91,5 CM	610-323		24	SI	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
187646	COPRISONDA ULTRACOVER 15,24X244 CM	PC1292EU		20	NO non presentail gel m/dose	228397	GUAINA COPRISONDA in CIV-Flex "Super-Extended"- sterile 14x244 CM affusolata	610-1120		24	SI	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
140245	KIT COPRISONDA IN PU ULTRACOVER 30/16/1000mm	87111		12	SI	228397	GUAINA x sonda TEEe Bite Block- Sterile- 4,6-2,5x122cm	610-933		12	NO non ha sistema protezione e e	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
140245	COPRISONDA UROLOGIA e GINECOLOGIA 30X300 mm	86676		10	SI	163495	GUAINA COPRISONDA in lattice x Sonde endocavitarie NON STERILE 3,5 CMX 20 CM	610-010		50	SI	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON DOVUTO

8/16

du

BIOSYSTEM					SAMED					
NOME COMMERCIALE	CODICE OFFERTO	PREZZO	PZ/CF	CONFORME	RDM	NOME COMMERCIALE	CODICE OFFERTO	PREZZO	PZ/CF	CONFORME
NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE		NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE		NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE		NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE		NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE		NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE		NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE		NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE		NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE		NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE	NON OFFRE
	92144			NO il cod. offerto è x lombare/addominale		COPRISONDA IN LATTICE TRASPARENTE 17 X 3,3CM	29514		500	SI

9/6