


ALLEGATO ^{"A"}
ALLA DETERMINA N° 1352 DEL 3 10 OTT 2014



Dipartimento di Prevenzione
**Servizio Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione**

AZIENDA U.S.L. N. 8 - CAGLIARI
SERVIZIO TECNICO
13 OTT. 2014
PER PRESA IN CARICO

*Stefano
per 10/10/2014*

Prot. n.

NP/2014/37077

Al Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. M. Masia
Via Piero della Francesca
09047 SELARGIUS

Oggetto richiesta fornitura attrezzature- reagenti

Il presente allegato è com-
posto di n° 1 fogli
di n° 1 pagine.

Cagliari, 08 OTT. 2014

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

Si richiede la fornitura della seguente strumentazione:

- n. 8 fotometri programmati per la determinazione del cloro libero e totale (DPD).
forniti di valigetta di trasporto, completo di reagenti, cuvette, istruzioni di utilizzo.
Per le caratteristiche tecniche, si richiedono:

- dimensioni compatte e facile manualità,
- alimentazione a batteria,
- intervallo di misura 0,01 – 6,0 mg/l Cl² libero e totale,
- funzione memoria,
- a tenuta stagna.

La presente richiesta riveste carattere di urgenza al fine di poter adempiere ai compiti stabiliti ai sensi del D.Lgs 31/01 nell'ambito del programma di controllo dell'acqua destinata al consumo umano.

L'acquisizione di tale attrezzatura rientra nell'ambito del "mantenimento, potenziamento e miglioramento dell'efficacia della programmazione e della attuazione del piano aziendale integrato dei controlli", previsto dall'art. 7 del DPR 194/08, pertanto, si intende utilizzare per l'acquisto della attrezzatura suddetta i fondi del S.I.A.N. derivanti da riscossione delle tariffe percepite ai sensi del D.Lgs. 194/2008, come stabilito dal "Regolamento utilizzo del fondo del SIAN" di cui alla Delibera ASL Cagliari n. 1588 del 24/11/11 e successiva delibera di rettifica n°485 del 07/04/2012.

Distinti saluti

Dott. Giorgio Carlo Steri
Direttore del Servizio Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione

LL/Dehen

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
10 OTT. 2014
ENTRATA
SERVIZIO TECNICO

Asl Cagliari
Via Piero della Francesca, 1
09047 Selargius
c f e p iva 02261430926
www.aslcagliari.it
protocollo.generale@pec.aslcagliari.it

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione
Direttore Dott. Giorgio Carlo Steri
Via S. Lucifero 77 09127 Cagliari
Tel 070/6094809 Fax 070/6094800
sian_soap@pec.aslcagliari.it