



UNITA' OPERATIVA COMPLESSA CARDIOLOGIA
OSPEDALE MARINO

Direttore ff dr Luigi Lai
Tel 609 4414 - Fax 608 4390

Prot. NP/45101 25 NOV. 2013

Cagliari 19/08/2013

Comunicato trasmesso solo via FAX
SOSTITUISCE ORIGINALE
Ai sensi dell'art6 comma 2 L 412/1991

Al Responsabile dell'Ufficio Economato del PO Marino
e.p.c Al Direttore Sanitario del PO Marino
Al Direttore del Dipartimento di Traumatologia
d'urgenza del PO Marino

OGGETTO: richiesta acquisizione di 1 monitor per la misurazione non invasiva battito a battito della pressione arteriosa

Facendo seguito alla nota del 1/07/3013 avente per oggetto " : integrazione della dotazione tecnologica dell UOC di Cardiologia del PO Marino", in previsione della messa in opera della metodica di MASSAGGIO DEL SENO CAROTIDEO, si richiede l'acquisizione per la nostra UOC di un monitor per la misurazione non invasiva battito a battito della pressione arteriosa


le cui caratteristiche minime sono illustrate nell'allegato 1

In attesa di ulteriori comunicazioni si porgono
Cordiali saluti

Dr Luigi Lai
Asl n°8 P.O. Marino-Ca
Dott. Luigi Lai
Dirigente Medico
S.C. Cardiologia
Matr. 45181

Il presente allegato è com-
posto di n° 2 fogli
di n° 2 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)



ALLEGATO A
ALLA DETERMINA N° 158 DEL 10 FEB. 2014

Allegato 1

**CARATTERISTICHE MINIME DEL MONITOR PER LA MISURAZIONE NON INVASIVA
BATTITO A BATTITO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA**

Utilizzo del metodo Penaz-Wessling (con cuffia digitale)

Massima accuratezza nella misurazione presso rìa

Sistema di correzione di altezza per compensare la differenza presso rìa tra mano e cuore

Salvataggio e semplice esportazione dei dati registrati su normali supporti informatici

Esempi di marche : Fianpres medical Systems, Bmeye-SEDA

Asl n°8 P.O. Marina-Loe
Dott. Luigi Lai
Dirigente Medico
S.C. Cardiologia
Matr. 45181