



CENTRO REGIONALE
PER LA DIAGNOSI E LA CURA DELLA SCLEROSI MULTIPLA
ASL8, Università degli Studi di Cagliari
Direttore: Prof.^{ssa} M. G. Marrosu
Ospedale Binaghi, Via Is Guadazzonis 2, 09126 Cagliari
Tel.rep. 070/609 2930 Fax rep. 070/609 2929

by Jocu
Dr. Marrosu
prepo procedure
cu 28/11/13

COPERTINA FAX

MITTENTE
TELEFONO
FAX
EMAIL

Laboratorio Centro Sclerosi Multipla
+39 070 609.2925/26
+39 070 609.2971
csm@unica.it

ALL'ATTENZIONE DI Ing. Masia


N. FAX 3201

Oggetto: Acquisto produttore di ghiaccio per Laboratorio Centro Sclerosi Multipla. Seguirà originale per posta interna.


Documenti allegati:

- 1. *Richiesta fuoriuso*
- 2. *Richiesta acquisto*
- 3. *Rapporto tecnico*

DATA: 29/11/2013



Pagg. incluso copertina: 4



ALLEGATO A
ALLA DETERMINA N° 167 DEL 10 FEB. 2014

Il presente allegato è composto di n° 4 fogli.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

**CENTRO REGIONALE
 PER LA DIAGNOSI E LA CURA DELLA SCLEROSI MULTIPLA**
 ASL8-Università degli Studi di Cagliari
Direttore: Professoressa Maria Giovanna Marrosu
 Ospedale Binaghi, Via Is Guadazzonis 2, 09126 Cagliari
 Tel.070/6092928/29/30

Cagliari, 27/11/13

Alla c.a. del

Dirigente Sanitario
-P.O.Binaghi-



Oggetto : Richiesta fuori uso tritaghiaccio

Con la presente, si richiede l'attivazione della procedura di fuori uso per apparecchiatura tritaghiaccio della ditta BREMA con n. inv. 013604 in dotazione presso il Laboratorio Centro Sclerosi Multipla-P.O.Binaghi
 Si allega Rapporto Tecnico n. 615021540 del 21/11/2013 che dichiara la non riparabilità.

Grazie

Cordiali saluti

Il Direttore
 Prof. M.G. Marrosu

PRODUTTORE STHIACCIO SUT
 LA B... C.S.T.
 Copyright senza compromessi



**CENTRO REGIONALE
PER LA DIAGNOSI E LA CURA DELLA SCLEROSI MULTIPLA**

ASL 8, Università degli studi di Cagliari
Direttore: Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu
 Ospedale Binaghi, Via Is Guadazzonis n.2,
 09126 Cagliari
 Rep.: Tel. 070/6092928/30-Fax 070/6092929
 Lab.: Tel.0706095925/26-Fax 070/6092971

Cagliari, 27/11/13

Alla c.a. del
 Direttore Servizio Tecnico
 Resp.Sett.app.Elettromedicali
 Via Piero della Francesca
 Selargius

E per conoscenza al
 Resp.Amministrativo
 Dirigente Sanitario
 P.O.Binaghi-

Oggetto : Non riparabilità Apparecchio per la produzione di ghiaccio

In riferimento al Rapporto Tecnico nr. 615021540 del 21/11/2013 nel quale si dichiara la non riparabilità dell'Apparecchio per la produzione di ghiaccio, prodotto dalla BREMA (INV.10010020861), se ne richiede la dismissione e il ripristino contestuale.

Il ghiaccio prodotto dallo strumento viene utilizzato dal personale del Laboratorio del Centro Sclerosi Multipla per lo spostamento di reagenti e materiale biologico sensibile prelevato ai pazienti nel corso delle metodiche di diagnosi genetica e immunologica. Attualmente il nostro laboratorio, per questo tipo di attività, NON dispone di altra apparecchiatura che possa sopperire a tale necessità.

Si precisa che il non ripristino determina un grave disservizio per l'utenza e per il personale del Laboratorio CSM. Quest'ultimo potrebbe non raggiungere gli obiettivi prefissati, in termini di correttezza procedurale e di abbattimento dei tempi di attesa per le risposte all'utenza, finora rispettati.

Pertanto si chiede cortesemente una procedura d'URGENZA.

Si allega alla presente la copia del rapporto tecnico

Grazie, cordiali saluti

Il Responsabile

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. S. ...".

Ordine Di Lavoro / Rapporto Tecnico nr.

OdL nr.: 63022474
Assegnato a: Scalco
Richiedente: Scalco
Rich. Ente: 21/03/13
Problema: MANIPOLAZIONE

Data / Ora: 21/03/13
Tipo di Int.: **CORRETTIVA**
Telefono: 292228 FM:
Data/Ora Rich Ente: 21/03/13

Dati di CHIUSURA

Data / Ora: 21/03/13 15.00
L'apparecchio funziona correttamente:
Tecnico: Scalco
Firma: [Signature]
Accettazione: [Signature]
Firma: Scalco
Personale non presente:

Inventario N.: 20202020 Tipologia: 20202020 Modello: 2020
Produttore: 2020 Sede: 2020 Unita: **GENERALE**
Materiale: 2020
Reparto: 2020

Estremi degli INTERVENTI

SISTEMA BUONORA QUESTO RISULTATO MANIPOLAZIONE DEL SISTEMA
GRUPPO MANIPOLAZIONE MANIPOLAZIONE MANIPOLAZIONE MANIPOLAZIONE
MANIPOLAZIONE MANIPOLAZIONE MANIPOLAZIONE MANIPOLAZIONE
MANIPOLAZIONE MANIPOLAZIONE MANIPOLAZIONE MANIPOLAZIONE

21/03/13
1600-1800

Ricambi

Interventi Esterni

Note