

ALLEGATO

ALLA DETERMINA N°

328

DEL

10 MAR. 2014



ASLCagliari

 Presidio Ospedaliero  
 Santissima Trinità

 Struttura Complessa  
 Pronto Soccorso - OBI

Prot11 P/2013-DS

Cagliari, 31.01.2014

OGGETTO: Barella HILL ROOM

il presente allegato è com-  
 posto di n° 4 fogli  
 di n° 4 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
 (Ing. Massimo Masia)

All'Ufficio Tecnico  
 P.O. SS TRINITA'  
 SEDE

Al Sr Responsabile  
 Ufficio Tecnico  
 Azienda USL N 8  
 SELARGIUS

E.p.c Al Sr Direttore Sanitario  
 P.O. SS TRINITA'  
 SEDE

E.p.c Al Sr Direttore Amministrativo  
 ASL 8  
 SEDE

Con la presente si chiede il sollecito (del 21.11.2013) dell'intervento tecnico sulla barella N278AQ8448 (del 31.12.2013) che non frena. e si sollecita intervento sulla barella N278AQ8448 (del 31.12.2013) che non frena. Inoltre attualmente è bloccata anche la barella H338AN3232. Se manteniamo questo ritmo quella che si è guastata adesso quando potrà essere riparata?

Distinti saluti

Il Direttore  
 Dr. Giorgio Pia

ASL Cagliari  
 Sede Amm.va: Via Piero della Francesca, 1 09047 Selargius  
 c.f. e p. Iva 02281430926  
 www.aslcagliari.it

Struttura Complessa  
 Pronto Soccorso - OBI  
 Via Ismirionis, 92 09121 Cagliari  
 Tel 070/6095825 Fax 070/281925  
 Direzione: tel-fax 070 6095924  
 E mail: ps.asl8@asl8cagliari.it  
 Responsabile: Dr. Giorgio Pia  
 E mail: giorgiopia@asl8cagliari.it



Presidio Ospedaliero  
**Santissima Trinità**

Struttura Complessa  
**Pronto Soccorso - OBI**

Prot 83 P/2013-DS

Cagliari, 12.06.2013

OGGETTO: Barella HILL ROOM

*All'Ufficio Tecnico  
P.O. SS TRINITA'  
SEDE*

*E. p.c. Al Sr Responsabile  
Ufficio Tecnico  
Azienda USL N 8  
SELARGIUS*

*E. p.c. Al Sr Direttore Sanitario  
P.O. SS TRINITA'  
SEDE*

Con la presente si segnala che la barella H333AN3075 difficoltà nella discesa in orizzontale.

L'INTERVENTO HA CARATTERE D'URGENZA IN QUANTO È LA 3^ BARELLA FERMA.

Distinti saluti

Il Direttore  
Dr. Giorgio Pia

OSPEDALE SS. TRINITA  
UFF. TECNICO  
P.I. Valler Maxia

Asl Cagliari  
Sede Amm.va: Via Piero della Francesca, 1 09047 Selargius  
c.f. e p. Iva 02261430926  
www.aslcagliari.it

Struttura Complessa  
Pronto Soccorso - OBI  
Via Is Mirronis, 92 09121 Cagliari  
Tel 070/6095925 Fax 070281925  
Direzione: tel-fax 070 6095924  
E mail: ps.sstt@asl8cagliari.it  
Responsabile: Dr. Giorgio Pia  
E mail: giorgiopia@asl8cagliari.it



Presidio Ospedaliero  
**Santissima Trinità**

Struttura Complessa  
**Pronto Soccorso - OBI**

Prot 80 P/2013-DS

Cagliari, 04.05.2013

**OGGETTO: Barella HILL ROOM**

*All'Ufficio Tecnico  
P.O. SS TRINITA'  
SEDE*

*E. p.c. Al Sr Responsabile  
Ufficio Tecnico  
Azienda USL N 8  
SELARGIUS*

*E. p.c. Al Sr Direttore Sanitario  
P.O. SS TRINITA'  
SEDE*

Con la presente si segnala che la barella H331AN2960 non frena.

L'INTERVENTO HA CARATTERE D'URGENZA IN QUANTO È LA 2<sup>A</sup> BARELLA FERMA.

Distinti saluti

Il Direttore  
Dr. *Giorgio Pia*

**OSPEDALE SS. TRINITA**  
UFF. TECNICO  
P.I. *Valter Maxia*

Asl Cagliari  
Sede Amm.va: Via Piero della Francesca, 1 09047 Selargius  
c.f. e p. iva 02261430926  
www.aslcagliari.it

Struttura Complessa  
Pronto Soccorso - OBI  
Via Is Mirionis, 92 09121 Cagliari  
Tel 070/6095925 Fax 070281925  
Direzione: tel-fax 070 8095924  
E mail: ps.sstt@asl8cagliari.it  
Responsabile: Dr. Giorgio Pia  
E mail: aloralopia@asl8cagliari.it

Prot 56 P/2013-DS

Cagliari, 23.04.2013

OGGETTO: Barella HILL ROOM

*All'Ufficio Tecnico  
P.O. SS TRINITA'  
SEDE*

*E. p.c. Al Sr Responsabile  
Ufficio Tecnico  
Azienda USL N 8  
SELARGIUS*

*E. p.c. Al Sr Direttore Sanitario  
P.O. SS TRINITA'  
SEDE*

Con la presente si segnala che la barella M123AQ5000 perde olio dal pistone superiore.

Distinti saluti

Il Direttore  
Dr. Giorgio Pia

OSPEDALE SS. TRINITA'  
UFF. TECNICO  
P.I. Valter Maxia

Asl Cagliari  
Sede Amm.va: Via Piero della Francesca, 1 09047 Selargius  
c.f. e p. iva 02261430926  
www.aslcagliari.it

Struttura Complessa  
Pronto Soccorso - OBI  
Via Is Mirrionis, 92 09121 Cagliari  
Tel 070/6095925 Fax 070281925  
Direzione: tel-fax 070 6095924  
E mail: ps.sst@asl8cagliari.it  
Responsabile: Dr. Giorgio Pia  
E mail: giorgiopia@asl8cagliari.it