

18 MAR. 2014

VERBALE della fase riservata  
(esame e presa d'atto verifica di  
conformità offerte tecniche)

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  
SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA  
DI "LENTI INTRAOCULARI" PER L'U.O. OFTALMOLOGIA DEL P.O.  
BINAGHI, PER ANNI UNO.

L'anno duemilaTREDICI, il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 11,00 nella Sede dell'ASL Cagliari in Selargius - via Piero della Francesca n. 1 - si è riunito il Seggio di gara individuato con determinazione n° 902 del 06.08.2013, per l'avvio della procedura di gara per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto, composto da:

- presidente	dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis	Responsabile del Servizio Acquisti
- testimone	dott.ssa Rafaella Casti	Componente Servizio Acquisti
- testimone	Sig. Tiziana Usai	Componente del Servizio Acquisti, con funzioni di segretario verbalizzante

per l'esame e presa d'atto della relazione, presentata dagli esperti tecnici del settore, di conformità dell'offerta tecnica dei concorrenti della procedura aperta per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto

#### PREMESSO CHE

- all'indizione di gara con procedura negoziata ai sensi dell art. 125 comma 4 del decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- in data 10/10/2013 apposito Seggio di Gara ha espletato in seduta pubblica la prima fase della gara i cui esiti sono riportati nel relativo verbale;
- in esito a tale seduta pubblica sono state ammesse alla fase successiva della gara le offerte presentate dai seguenti concorrenti:

RIF	OPERATORE ECONOMICO
1	CARL ZEISS S.P.A.
2	PRODIFARM S.P.A.
3	PROMEDICAL S.R.L.
4	A.B.MED S.A.S.

- gli esperti tecnici nel settore oggetto della fornitura, individuati dal Responsabile Unico del Procedimento, successivamente alla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte secondo quanto prescritto anche dal bando di gara, hanno regolarmente ricevuto le buste B relative alle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, nei plichi già aperti dal Seggio in pubblica seduta;
- il Capitolato Speciale d'Appalto prevede un esame, per ciascuna ditta in gara, delle caratteristiche tecniche risultanti dalla documentazione tecnica presentata con la conseguente attestazione di conformità della stessa;

gli esperti tecnici nel settore oggetto della fornitura, come specificato nel precedente verbale, hanno proceduto a verificare le offerte tecniche.

Tutto ciò premesso, e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, si da atto che l'esito delle verifiche di rispondenza al capitolato degli esperti tecnici in parola, così come dettagliatamente indicato nella "RELAZIONE TECNICA" allegata al presente verbale per farne parte integrante, è il seguente:

Lotto 1:	
dispositivi medici per chirurgia mininvasiva di correzione alluce valgo, in modalità service	
Ditte offerenti	
CARL ZEISS S.P.A.	LENTE NON CONFORME PER DISEGNO:LENTE NON AD ANSE APERTE MA A "BISCOTTO" E PER MATERIALE NON IDROFOBO STRUTTURALMENTE MA SOLO IN SUPERFICIE (MATERIALE IDOFILO RIVESTITO)

PRODIFARM S.P.A.	NON OFFRE
PROMEDICAL S.R.L.	LENTE NON CONFORME PER LE RAGIONI DI SEGUITO ELENcate. LENTE DI DIAMETRO SUPERFICIE OTTICA REFRATTIVA INFERIORE ALLA RICHIESTA DEL CAPITOLATO (5,8 MM AZICHÈ ALMENO 6 MM)
A.B.MED S.A.S.	LENTE CONFORME

<b>Lotto 2:</b> dispositivi medici per chirurgia mininvasiva di correzione alluce valgo, in modalità service	
Ditte offerenti	
CARL ZEISS S.P.A.	NON OFFRE
PRODIFARM S.P.A.	NON OFFRE
PROMEDICAL S.R.L.	NON OFFRE
A.B.MED S.A.S.	LENTE CONFORME


<b>Lotto 3:</b> dispositivi medici per chirurgia mininvasiva di correzione alluce valgo, in modalità service	
Ditte offerenti	
CARL ZEISS S.P.A.	NON CONFORME PER DISEGNO:LENTE NON AD ANSE APERTE MA A "BISCOTTO" E PER MATERIALE NON IDROFOBO STRUTTURALMENTE NON SOLO IN SUPERFICIE (MATERIALE IDROFINO RIVESTITO)
PRODIFARM S.P.A.	NON OFFRE
PROMEDICAL S.R.L.	NON OFFRE
A.B.MED S.A.S.	LENTE CONFORME

<b>Lotto 4:</b> dispositivi medici per chirurgia mininvasiva di correzione alluce valgo, in modalità service	
Ditte offerenti	
CARL ZEISS S.P.A.	NON OFFRE
PRODIFARM S.P.A.	NON OFFRE
PROMEDICAL S.R.L.	LENTE CONFORME
A.B.MED S.A.S.	NON OFFRE

<b>Lotto 5:</b> dispositivi medici per chirurgia mininvasiva di correzione alluce valgo, in modalità service	
Ditte offerenti	
CARL ZEISS S.P.A.	NON OFFRE
PRODIFARM S.P.A.	NON OFFRE
PROMEDICAL S.R.L.	NON OFFRE
A.B.MED S.A.S.	LENTE CONFORME

<b>Lotto 6:</b> dispositivi medici per chirurgia mininvasiva di correzione alluce valgo, in modalità service	
Ditte offerenti	
CARL ZEISS S.P.A.	NON OFFRE
PRODIFARM S.P.A.	LENTE CONFORME
PROMEDICAL S.R.L.	NON OFFRE
A.B.MED S.A.S.	NON OFFRE

<b>Lotto 7:</b> dispositivi medici per chirurgia mininvasiva di correzione alluce valgo, in modalità service	
Ditte offerenti	



CARL ZEISS S.P.A.	NON OFFRE
PRODIFARM S.P.A.	LENTE CONFORME
PROMEDICAL S.R.L.	NON OFFRE
A.B.MED S.A.S.	NON OFFRE

<b>Lotto 8:</b>	
dispositivi medici per chirurgia mininvasiva di correzione alluce valgo, in modalità service	
Ditte offerenti	
	<del>NON OFFRE</del>
CARL ZEISS S.P.A.	NON OFFRE
PRODIFARM S.P.A.	LENTE CONFORME
PROMEDICAL S.R.L.	NON OFFRE
A.B.MED S.A.S.	NON OFFRE




\*\*\*

Per quanto precede il Seggio di Gara, preso atto delle risultanze dell'esame di conformità delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti, dichiara l'ammissione alla fase successiva per la presente gara degli Operatori Economici di seguito indicati ciascuno per il lotto per il quale hanno presentato valida offerta:

PRODIFARM S.P.A.
PROMEDICAL S.R.L.
A.B.MED S.A.S.

Ultimati i lavori, si dichiara chiusa la presente fase della gara, alle ore 11.25. Il Seggio di Gara redige e sottoscrive il verbale, rinviando a successiva seduta pubblica per la comunicazione dei risultati delle valutazioni tecniche effettuate, e per l'apertura del plico recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".

- presidente dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis
- testimone dott.ssa Rafaella Casti
- testimone Sig. Tiziana Usai

  
 \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_

**14 GEN. 2014**



Prot. NP/2013/46745

Selargius, 05. 12. 2013

*f. U Sai*  
*6.12.2013*  
*N*

Al Responsabile Servizio Acquisti  
Sede

Oggetto: Risposta Vs prot.2013/0045559 del 27/11/2013

In riferimento alla Vs di cui sopra ,sulla base di quanto da Voi richiesto , riesaminata la scheda tecnica del D.M. I **Stream SP 60** , si trasmette in allegato la non conformità del prodotto offerto che ha espresso l'Utilizzatore , rispetto alle caratteristiche indicate nel capitolato.

Distinti Saluti



Il Responsabile dell'Unità Centrale Farmaceutica

Dott.ssa Sandra Loi

Non conforme per disegno: lente non ad anse aperte ma a "biscotto" e per materiale non idrofobo strutturalmente ma solo in superficie ( materiale idrofilo rivestito )

ACRYSOF TORIC IQ SN 6 XX ditta Alcon rappresentante AB Med CODICE CND P030102090301  
Lente conforme

**Lotto 4**

CRYSTALENS AO ditta Busch & Lomb rappresentante Pro Medical CODICE CND P030102110203  
Lente conforme

**Lotto 5**

LENTE CZ70BD ditta Alcon rappresentante AB Med CODICE CND P030102090104  
Lente conforme

**Lotto 6**

ARTISAN per AFACHIA ditta OPHTEC rappresentante ditta Podifarm CODICE CND P030102090104  
Lente conforme

**Lotto 7**


ICL ditta Visian rappresentante Prodifarm CODICE CND P030199  
Lente conforme

**Lotto 8**

ICL ditta Visian rappresentante Prodifarm CODICE CND P030199  
Lente conforme

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento La saluto cordialmente

Nino de Casa



NP/2013/46703  
DEL 07.12.2013

Dott.ssa ANNALISA CASULA-FARMACISTA DIRIGENTE  
ASL 8 CAGLIARI  
DIPARTIMENTO DEL FARMACO  
UNITA' CENTRALE FARMACEUTICA  
VIA PERETTI 2C - SELARGIUS (CAGLIARI)

3 Dicembre 2013

Gentilissima Dottoressa Casula,

Le invio la valutazione tecnica delle offerte pervenute per la gara delle lenti intraoculari, relativamente ai lotti in cui si è avuta più di una offerta, per i rimanenti è stata accettata, perchè conforme, l'unica presentata.

Lotto 1CT ASPHINA 409 MP ditta Carl Zeiss CODICE CND P030102090202

Lente non conforme per disegno: lente non ad anse aperte ma a "biscotto" e per materiale non idrofobo strutturalmente ma solo in superficie ( materiale idrofilo rivestito )

I STREAM SP 60 ditta MD Tech rappresentante ditta Promedical CODICE CND 030199Lente non conforme per diametro superficie ottica refrattiva inferiore alla richiesta del capitolato (5,8 mm anziché almeno 6 mm)

↑

ACRYSOF SN6CWS ditta Alcon rappresentante ditta AB Med CODICE CND P030199

Lente conforme

Lotto 2ACRYSOF MA 50 BM ditta Alcon rappresentante ditta AB Med CODICE CND P030102090101

Lente conforme

Il presente allegato è composto da n° 6 fogli  
di n° \_\_\_\_\_ pagine.

Lotto 3AT TORBI 709 M ditta Carl Zeiss CODICE CND P030102090202

pg 1  
IL RESP. SERV. ACQUISTI  
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis