

Au. 434

374

26 MAR. 2014

Il presente allegato è composto di n° 4 fogli.

Il Direttore del Servizio Tecnico 1/60
(Ing. Massimo Masia)

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	412196
Nome RDO	RDO per aggiudicazione RIF.PISTIS Fornitura n°1 termodisinfettore ad con essiccatore ad aria calda per il trattamento delle maschere per Ossigeno Terapia Iperbarica e dei piccoli dispositivi medici
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	Lotto Unico di Fornitura

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	ASL 8 CAGLIARI
Partita IVA	02261430926
Indirizzo	VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1 - SELARGIUS (CA)
Telefono	0706093230
Fax	0706093201
Punto Ordinante	MASIA MASSIMO
RUP	Massimo Masia

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	SMEG S.P.A. Società per Azioni
Partita IVA	01555030350
Codice Fiscale Impresa	07947760158
Provincia sede registro imprese	RE
Numero iscrizione registro imprese	07947760158
Codice Ditta INAIL	005596700
n. P.A.T.	54044311/22, 54044312/79, 54048601/48
Matricola aziendale INPS	6803429194
CCNL applicato	METALMECCANICO METALMECCANICO INDUSTRIA
Settore	METALMECCANICO INDUSTRIA
Indirizzo sede legale	VIA LEONARDO DA VINCI 4 - GUASTALLA (RE)
Telefono	05228211

Fax	0522821592
E-mail di Contatto	ALESSIA.RINALDI@SMEG.IT
Offerta sottoscritta da	MARANGONI STEFANO
L'Offerta irrevocabile ed impegnativa fino al	24/03/2014 12:00

OGGETTO (1 DI 1) DELL'OFFERTA	
Descrizione	Termodisinfettore per il lavaggio delle maschere e dei dispositivi medici Utilizzati in Camera Iperbarica
Metaprodotto	Lavavetriere
Quantità Richiesta	1
Aliquota IVA	22 %
Dati Identificativi dell'oggetto offerto	
Codice Articolo Fornitore	WD4190 CM3 CSK4B
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Unita di Misura	N. 1 LAVASTRUMENTI MODELLO WD4190, N. 1 CARRELLO CM3, N. 1 CARRELLO CSK4B
Descrizione	LAVASTRUMENTI DA 900MM CERTIFICATA 93/42 CON CARRELLO DEDICATO AL LAVAGGIO DELLE MASCHERE. SI AGGIUNGE N. 1 CARRELLO PER IL LAVAGGIO DI PICCOLI DISPOSITIVI MEDICI, MODELLO CSK4B
Dimensioni esterne LxLxA (mm)	900 x 605 x 850
Possibilita' di programmazioni	SI
Programmazioni modificabili	SI
Possibilita' di asciugatura	SI
Sistema di asciugatura	Essiccatore ad aria calda integrato
Addolcitore incorporato	SI
Sistema di arresto lavaggio all'apertura della porta	SI
Rumorosità (dB (A))	50db
Capacità di carico	ADEGUATA AL LAVAGGIO SIMULTANEO DI 24 MASCHERE
Conformità alle normative	SI
Rivestimento	Acciaio Inox
Disinfezione Termica	SI
ulteriori funzionalità e caratteristiche	LA MACCHINA PREVEDE COME OPTIONAL LA POSSIBILITA' DELLA TRACCIABILITA' DEI CICLI TRAMITE STAMPANTE A PANNELLO OPPURE TRAMITE LA CONNESSIONE A PC. I PRODOTTI CONSUMABILI SONO INTRODOTTI DIRETTAMENTE DALLE POMPE DOSATRICI.

	QUESTI CONSUMABILI ED IL LORO DOSAGGIO PERMETTONO IL CORRETTO UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA IN GARA
tecnologia di lavaggio	sostituzione dell'acqua di lavaggio dopo ogni fase di lavaggio
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	5550

5 550,00
 / 22,00
 1 221,00
 6 771,00
 0,00

OFFERTA ECONOMICA: 5550,00 Euro Cinquemilacinquecentocinquanta Euro
--

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 30 giorni dalla stipula • Dati di Consegna: PO Marino Rianimazione e Medicina Iperbarica V.le Poetto 09100 Cagliari • Dati di Fatturazione: Via piero della francesca n. 1 Selargius - 09047 (09047) Sardegna • Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo verrà spedita a: <p>ASL 8 CAGLIARI / CODICE FISCALE: 02261430926</p>