

20 MAG. 2014

VERBALE della fase riservata  
(esame e presa d'atto verifica di  
conformità offerte tecniche)

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  
SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA  
DI "PROTESI TRACHEO BRONCHIALI" PER L'U.O. CHIRURGIA  
TORACICA DEL P.O. BUSINCO, PER ANNI UNO.

L'anno duemilaQUATTORDICI, il giorno sei del mese di Marzo alle ore 11,00 nella Sede dell'ASL Cagliari in Selargius - via Piero della Francesca n. 1 - si è riunito il Seggio di gara individuato con determinazione n° 1402 del 17.12.2013, per l'avvio della procedura di gara per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto, composto da:

|              |  |   |
|--------------|--|---|
| - presidente | dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis | Responsabile del Servizio Acquisti  |
| - testimone  | dott.ssa Rafaella Casti                | Componente Servizio Acquisti  |
| - testimone  | sig. Tiziana Usai                      | Componente del Servizio Acquisti,<br>con funzioni di segretario verbalizzante |

per l'esame e presa d'atto della relazione, presentata dagli esperti tecnici del settore, di conformità dell'offerta tecnica dei concorrenti della procedura aperta per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto

#### PREMESSO CHE

- all'indizione di gara con procedura negoziata ai sensi dell' art. 125 comma 4 del decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- in data 28/01/2014 apposito Seggio di Gara ha espletato in seduta pubblica la prima fase della gara i cui esiti sono riportati nel relativo verbale;
- in data 29.01.2014 si è riunito il Seggio di gara per l'esame della documentazione integrativa amministrativa;
- in esito a tale seduta pubblica ha disposto lo scioglimento della riserva riammettendo in via definitiva la ditta M.D.M.

| RIF | OPERATORE ECONOMICO |
|-----|---------------------|
| 1   | M.D.M.              |
| 3   | MEMIS               |

- gli esperti tecnici nel settore oggetto della fornitura, individuati dal Responsabile Unico del Procedimento, successivamente alla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte secondo quanto prescritto anche dal bando di gara, hanno regolarmente ricevuto le buste B relative alle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, nei plichi già aperti dal Seggio in pubblica seduta;
- il Disciplinare di gara prevede un esame, per ciascuna ditta in gara, delle caratteristiche tecniche risultanti dalla documentazione presentata con la conseguente attestazione di conformità della stessa, così come anticipato nel medesimo disciplinare secondo il quale i prodotti offerti devono possedere i requisiti minimi obbligatori tecnico-operativi indicati nell'1 "descrizione della fornitura";

gli esperti tecnici nel settore oggetto della fornitura, come da nota prot. n. 8408 del 03.03.2014, hanno proceduto a verificare le offerte tecniche.

Tutto ciò premesso, e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, si da atto che l'esito delle verifiche di rispondenza al disciplinare degli esperti tecnici in parola, così come dettagliatamente indicato nella "RELAZIONE TECNICA" allegata al presente verbale per farne parte integrante, è il seguente:



| <b>Lotto 3:</b><br>PROTESI TRACHEO BRONCHIALI |   |
|---|---|
| Ditte offerenti                               |   |
| M.D.M.  | PROTESI NON CONFORME A QUANTO RICHIESTO IN QUANTO, AUTOESPANDIBILI IN NITINOL TRACHEOBRONCHIALI AD Y, CON COPERTURA TOTALE, TRANNE 5 MM DELLA PARETE DISTALE DEL RAMO BRONCHIALE DESTO IN NITINOL E SILICONE. |
| MEMIS   | NON OFFRE   |

| <b>Lotto 5:</b><br>TRACHEO BRONCHIALI |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Ditte offerenti                       |           |
| M.D.M.                                | NON OFFRE |
| MEMIS                                 | CONFORME  |


\*\*\*

Per quanto precede il Seggio di Gara, preso atto delle risultanze dell'esame di conformità delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti, dichiara l'ammissione alla fase successiva per la presente gara dell' Operatore Economico di seguito indicato per il lotto per il quale ha presentato valida offerta:

|                 |
|-----------------|
| MEMIS LOTTO N.5 |
|-----------------|

Ultimati i lavori, si dichiara chiusa la presente fase della gara, alle ore 11.25. Il Seggio di Gara redige e sottoscrive il verbale, rinviando a successiva seduta pubblica per la comunicazione dei risultati delle valutazioni tecniche effettuate, e per l'apertura del plico recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".

- presidente dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis
- testimone dott.ssa Rafaella Casti
- testimone Sig. Tiziana Usai



Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The top signature is the most prominent, followed by two smaller ones below it.

Prot. 8408

Selargius, 03.03.2014

Al Responsabile Serv. Acquisti  
SEDE

Oggetto : Valutazione tecnica procedura negoziata "Protesi tracheobronchiali per U.O. Chirurgia Toracica – P.O. BUSINCO." – CND P0401

In riferimento alla Vostra richiesta Prot.NP/2014/3327 del 29/01/2014 relativa all'oggetto si evidenzia che, su 5 LOTTI richiesti, sono pervenute unicamente 2 offerte, da 2 soli operatori economici, relative ad 1 lotto ciascuna, per le quali si esprime la seguente valutazione confermata, peraltro, anche dall'utilizzatore( vedi nota allegata del Direttore del Dip.di Chirurgia Oncologica P.O.Businco) :

1. il dispositivo medico offerto per il LOTTO 3 dall'operatore economico M.D.M. non è risultato conforme in quanto il materiale non è quello richiesto.
2. il dispositivo medico offerto per il LOTTO 5 dall'operatore economico MEMIS è risultato conforme.

Si resta in attesa di comunicazione di avvenuta aggiudicazione al fine di poter provvedere alla codifica dell'unico D.M. assegnato (LOTTO 5).

Si chiede quindi di riproporre con estrema urgenza la procedura, invitando i seguenti operatori economici: TE.MO.SA.(Hood); DIALTEC (Boston Medics Products); L.M.A.; SANIFARM; DEAS.

Distinti saluti

Il Responsabile della SSD

Dott.ssa Sandra Loi  
*Sandra Loi*

Il Farmacista Dirigente

Dott.ssa Carla Casula

*Carla Casula*

**PRESA IN CARICO**

*04.03.2014*

**ASL Cagliari**

Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius

c.f.e p. iva: 02261430926

www.aslcagliari.it

**dipartimento del farmaco**

UNITA' CENTRALE FARMACEUTICA

Via Peretti 2/C -09047-Selargius

tel. 0706093825-12-

070/6093227

fax 0706093303

Azienda ASL N°8 Cagliari  
U.O. DI CHIRURGIA TORACICA  
**SERVIZIO DI CONSULENZA DI CHIRURGIA TORACICA E DI ENDOSCOPIA TORACICA**

Dir. Renato Versace  
P.O. "A. Businco"

Spettabile Servizio Farmacia

Prot. n° 10

Oggetto: valutazione tecnica e attestazione conformità D.M. "PRTOTESI TRACHEO BRONCHIALI" CND P0401

In risposta a quanto richiesto in vostra richiesta prot. n° 3826 del 31-01-2014 in merito a quanto in oggetto si concorda con il parere emesso dalla Unità Centrale Farmaceutica .

Nello specifico si ritiene conforme a quanto richiesto il prodotto della ditta MEMIS : STENT(Y) Dynamic lunghezza tracheale 15MM BRONCHIALE 12 mm e Non conforme a quanto richiesto il prodotto della ditta M.D.M. : PROTESI autoespandibili in NITINOL tracheobronchiali ad Y , con copertura totale , tranne 5mm della parete distale del ramo bronchiale destro in NITINOL e SILICONE ,

Cordiali saluti

Cagliari 17/02/2014

Il presente allegato è composto da n° 4 fogli di n° \_\_\_\_\_ pagine.

IL RESP. SERV. ACQUISTI  
Dott.ssa *Maria Alessandra De Virgili*

  
Renato Versace  
Dir. Dipartimento Chirurgia Oncologica  
Dir. U.O.C. Chirurgia Toracica P.O. Businco  
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZ. USL N°8 - P.O. "BUSINCO" - CAGLIARI  
**DIPARTIMENTO CHIR. ONCOL.**  
DIRETTORE: *Dr. Renato Versace*  
**U.O. CHIR. TORACICA**  
DIRETTORE: *Dr. Renato Versace*  
Tel. 070 609 2060 - 070 609 5470