

RICHIESTA MATERIALE A UNICO OPERATORE ECONOMICO

SCHEMA PRODOTTO

Il sottoscritto**Sergio Mameli** nella sua qualità di **Direttore della S.C. Di Terapia del dolore ...** sotto la propria responsabilità, chiede che venga acquisito il materiale indicato prodotto dall'Operatore Economico **Neurimpulse** e commercializzati in Sardegna dall'Operatore Economico **.FC Genetic services srl.....** di **QUARTU S. ELENA**

Precisa che il prodotto richiesto è l'unica scelta possibile per raggiungere un determinato obiettivo e che, pertanto, non esistono possibilità alternative per ottenere un uguale risultato. Per tale motivo non è stato inserito tra le forniture al cui approvvigionamento si procede mediante gara d'appalto, poiché trattasi di:

- Prodotto, di nuova tecnica, recentemente immesso sul mercato
- fornitura di prodotto che, per ragioni di natura tecnica, può essere affidata unicamente all'Operatore Economico su indicato
- fornitura del prodotto che, per ragioni di tutela di diritti esclusivi, può essere affidata unicamente all'Operatore Economico su indicato
- consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale o ampliamento di forniture di uso corrente, poiché il cambiamento di fornitore obbliga ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego comporta incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate
- Altro:

- Descrizione tecnica del prodotto e finalità
(deve rispondere alla domanda "che cos'è?")

Impianto completo di neurostimolazione costituito da un generatore di impulsi per il trattamento del dolore neuropatico (Md.Lightpulse 100L/102)

(deve rispondere alla domanda "a cosa serve?")

Serve per la stimolazione dei nervi periferici non possibile con gli stimolatori convenzionali

- Vantaggi e benefici per il paziente

Trattamento delle neuropatie periferiche non responsive al trattamento farmacologico

- Vantaggi e benefici per l'operatore

Riuscire a stimolare selettivamente singole radici nervose, non altrimenti possibile con la stimolazione midollare

- Differenza in termini economici rispetto all'attuale (+/-)

- Sostituzione totale o parziale della metodica attuale

No, trattasi di metodica di nuova introduzione non sovrapponibile a quella attuale.

- Popolazione beneficiaria in percentuale rispetto all'attuale

20,00%

• Cosa non si può trattare in assenza del materiale richiesto e cosa comporta
Neuropatie periferiche per l'impossibilità di posizionare l'elettrodo convenzionale in prossimità delle strutture nervose .

• Che i prodotti analoghi esistenti nel Presidio non sono idonei per le seguenti motivazioni
Le dimensioni degli elettrodi convenzionali non sono confrontabili con le dimensioni ridotte dei nuovi device (diametro 1,2 mm introduttore 5 fr), tali elettrodi viste le dimensioni hanno una bassissima impedenza per cui è possibile il massimo trasferimento dell'energia dell'IPG al punto di stimolazione (nervo-periferico) consentendo di aumentare la longevità dello stimolatore pure delle dimensioni ridottissime (7 mm di spessore , 53 mm di h e 47 mm di larghezza per un peso di 26 gr)

• Se trattasi di miglioramento tecnologico quantificare l'incremento di attività
20,00%

• Se trattasi di sostituzione di materiale inadeguato o obsoleto, chiarire che cosa non è più garantibile

In riferimento a tutto quanto sopra evidenziato, si è in grado di ottenere il seguente risultato:

Miglioramento della qualità di vita di pazienti affetti da neuropatie periferiche non trattabili con la terapia farmacologica e con la stimolazione convenzionale

• Costo presunto per un anno, € _____

• Codice prodotto come da Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (se D.M.)

A.S.L. CA - P.O. "A. BUSINCO"
S.C. TERAPIA DEL DOLORE
DIRETTORE
Dott. Sergio Marnelli - Matr. 49879

(firma leggibile)

(se di pertinenza sanitaria)

PARERE DELLA DIREZIONE DI FARMACIA E SANITARIA

IL DIRETTORE DI FARMACIA

SERVIZIO FARMACIA

OSPEDALI BUSINCO & MICROCITEMICO

(se di pertinenza amministrativa)

PARERE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE SANITARIO

AZIENDA U.L. LUNBA CAGLIARI
P.O. "A. BUSINCO"
DIRIGENTE SANITARIO
Dott.ssa M. TERESA ADDIS

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 739 DEL 10 GIU. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Satta) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Spinelli)

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)

Il presente allegato è composto da n° 2 fogli
di n° _____ pagine.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

N.B.: condizione essenziale per l'accoglimento della presente dichiarazione è la sua compilazione in ogni parte, da tutti i sottoscrittori

IL RESP. SERV. ACQUISTI
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis