

742
20 GIU. 2014

Servizio Acquisti

VERBALE della fase riservata (esame e presa d'atto verifica di conformità offerte tecniche)	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI "D.M. PER VERTEBROPLASTICA" PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. SS. TRINITA'.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaetredici il giorno 9 del mese di ottobre alle ore 9:30 nella Sede dell'ASL di Cagliari in Via Piero della Francesca n. 1, Selargius, si è riunito il Seggio di gara composto da:

- Presidente	dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis	- Responsabile del Servizio Acquisti;
- Testimone	dott.ssa Daniela Bianco	- Componente del Servizio Acquisti
- Testimone	sig. Davide Podda	- Componente del Servizio Acquisti, con funzioni di segretario verbalizzante

per l'esame e la presa d'atto della relazione, presentata dagli esperti tecnici del settore, di conformità dell' offerta tecnica dei concorrenti della procedura aperta per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto.

PREMESSO CHE

- il giorno 14.03.2013 il Seggio di Gara ha espletato, in seduta pubblica, la prima fase della gara i cui esiti sono riportati nel relativo verbale;
- in esito a tale seduta pubblica sono state ammesse alla fase successiva della gara le offerte presentate dai seguenti concorrenti (N.B. i lotti 1 e 2 sono stati stralciati con Det. 1610 del 21/12/2012, anche se sono presenti nella Lettera d'invito):

CONCORRENTE	LOTTI					
	1	2	3	4	5	
MILLENNIUM	---	---		X		Dichiarano di partecipare anche al lotto 3 ma mancano le schede tecniche
MYRMEX	---	---	X		X	
MEMIS	---	---		X		
STRYKER	---	---	X			
DIALTEC	---	---			X	
GALLINI	---	---			X	
COOK ITALIA	---	---			X	

Tutto ciò premesso, ritenuta parte integrante e sostanziale del presente verbale la **RELAZIONE TECNICA** allegata con la lettera a) ed il suo **PROSPETTO COMPARATIVO** allegato con la lettera b), si da atto che l'esito delle verifiche di rispondenza al capitolato degli esperti tecnici in parola è il seguente:

LOTTO 3:	
Offerenti: 2	giudizio di rispondenza al capitolato
MYRMEX	NON CONF. :
	Rif. 3 a): non conforme perché non definisce la viscosità Rif. 3 b): non conforme, non offre alcun sistema di miscelazione
STRYKER	le offerte sono rispondenti a tutte le caratteristiche tecniche minime ed essenziali richieste dal capitolato

LOTTO 4:	
Offerenti: 2	giudizio di rispondenza al capitolato
MILLENNIUM	NON CONF. Il Rif. b) non è conforme perché il kit ha un sistema iniezione cemento senza siringa con attacco metallico rotante solo nella connessione tubo-ago. Il lotto è incompleto e non conforme.



Pag. 1

MEMIS	L'offerta è rispondente a tutte le caratteristiche tecniche minime ed essenziali richieste dal capitolato
LOTTO 5:	
Offerenti: 4	giudizio di rispondenza al capitolato
MYRMEX	NON CONF. Il sistema è dotato di miscelatore chiuso e senza l'uso di siringhe, inoltre offre solo la mis. 11 G, quindi non è conforme a quello richiesto
DIALTEC	NON CONF. Manca la lungh. 100 mm e 150 mm. Inoltre mancano le altre siringhe
GALLINI	NON CONF. Nel kit mancano le siringhe E tutti gli aghi hanno solo lunghezza 120 mm
COOK ITALIA	L'offerta è rispondente a tutte le caratteristiche tecniche minime ed essenziali richieste dal capitolato

Per quanto precede il Seggio di Gara, preso atto delle risultanze dell'esame di conformità delle offerte tecniche presentate dalle concorrenti, dichiara l'ammissione alla fase successiva della presente gara le seguenti ditte che hanno presentato valide offerte:

Operatore	3	4	5
STRYKER	X		
MEMIS		X	
COOK ITALIA			X

Ultimati i lavori, si dichiara chiusa la presente fase della gara. Il Seggio di Gara redige e sottoscrive il presente Verbale, rinviando a successiva seduta pubblica per la comunicazione dei risultati delle valutazioni tecniche effettuate, e per l'apertura del plico recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".

- presidente	dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis	
- testimone	dott.ssa Daniela Bianco	
- testimone e segretario verbalizzante	sig. Davide Podda	

Il presente allegato è composto da n° 15 fogli di n° _____ pagine.

IL RESP. SERV. ACQUISTI
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

Pag. 2

NP/2013/29508
DEL 18.07.2013

Prot. /2013
Selargius, /2013

Al Responsabile Servizio Acquisti
Sede


Oggetto: Conformità "D.M. x Vertebroplastica" per U.O. Radiologia Interventistica
P.O. SS Trinità

In riferimento alla Vs del 07/05/2013 prot.NP/2013/0018507 ,relativa alla Ns richiesta prot.n.31707 del 15/10/2012, trasmesse le schede tecniche all'Utilizzatore in data 10/05/2013 (PG/2013/55836) per la conformità degli articoli ,queste vengono restituite in data 16/07/2013(NP/2013/29165).
Pertanto si allega il prospetto comparativo di conformità ,inviato per mail al Sig.Davide Podda essendo impossibilitati a stampare con formato A3 ,con allegato parere dell'Utilizzatore.
Si resta in attesa di comunicazione di avvenuta aggiudicazione , al fine di poter provvedere all'inserimento in anagrafica dei D.M. non ancora presenti e dell'eventuale perfezionamento di quelli già esistenti.

Distinti saluti
Il Responsabile della Unità Centrale Farmaceutica
Dott.ssa M. Francesca Orrù

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Annalisa Casula





CND	RIF.	DESCRIZIONE PRODOTTO	UM	PREZZO UNITARIO	QTA	MILLENNIUM	CD.	N.REP.	CONFORM.
		12.5G-125MM				AGOXVERT-VERTEBRO PLASTY CANN.*12.5GX125MM	180735	258752	OK
		12.5G-150MM				AGOXVERT-VERTEBRO PLASTY CANN.*12.5GX150MM	180737	258752	Non presente in scheda tecnica, non valutabile
		13G-10MM				NON OFFRE			
		13G-150MM				NON OFFRE			
		15G-150MM				NON OFFRE			
		15G-100MM				NON OFFRE			
A019011	B	STESSE CARATTERISTICHE DEL PUNTO A MA COMPRESIVI DI SIRINGA IN POLIPROPILENE AD ELEVATA RESISTENZA, TUBO DI RACCORDO ANGOLATO AD ELEVATA RESISTENZA PRESSORIA, ATTACCHI METALLICI ROTANTI, SIRINGA - TUBO E TUBO - AGO	N°		75	APART COMPLETE SET 11GX100MM	180755	276626	non conformi perchè il kit ha un sistema iniezione cemento senza siringa con attacco metallico rotante solo nella connessione tubo-ago
						APART COMPLETE SET 11GX125MM	180756	276626	
						APART COMPLETE SET 11GX150MM	180757	276626	
						APART COMPLETE SET 12.5GX125MM	180758	276626	
A019011	C	COMPATIBILI CON GLI Aghi PER VERTEBROPLASTICA DI CUI AL PUNTO 2. DIMENSIONI: DA 12 A 15G LUNGHEZZA DA 15 A 20CM. TIPO CROWN	N°		20	AGOXBIOP. SPL.CUT 14GX150MM CFX5PZ	180840	290640	non conformi, la ditta non dichiara la compatibilità con gli aghi offerti
						AGOXBIOP. SPL.CUT 14GX200MM CFX5PZ	180845	290640	

CND	RIF.	DESCRIZIONE PRODOTTO	UM	PREZZO UNITARIO	Q.tà	NOME COMM.LE	MILLENNIUM	CD.	N.REP.	CONFORM.
	5	KIT PER VERTEBROPLASTICA COMPRESIVI DI: 1)AGO A BECCO DI FLAUTO, MANDRINATO E DOTATO DI MANICO, DIMENSIONI COMPRESSE TRA 11 E 15G, LUNGHEZZA DA 10 A 15 CM -2)CEMENTO OSSEO RADIOPACO A BASE DI POLIMETILMETACRILATO -3)SISTEMA DI MISCELAZIONE -4)SISTEMA DI INIEZIONE A PRESSIONE CONTROLLATA -5)N°5 SIRINGHE DA 1 CC LUER LOCK AD ALTA RESISTENZA, ADATTE ALL'UTILIZZO CON IL CEMENTO AL PUNTO B	KIT		40	NON OFFRE				

RIF.	STRYKER	DIALTEC							
NOME COMM.LE	CD.	N.REP.	CONFORM.	PREZZO	NOME COMM.LE	CD.	N.REP.	CONFORM.	PREZZO
3									
A	VERTAPLEX CEM.OSSEO RAD.IOP. 1/2 DOSE X2PZ	0406422000	146690	OK	NON OFFRE				
B	SIST.MISC.ELAZ./INIEZ. CFX2PZ.AUTOPLEX*	0605887000	120026	OK					
	CEM.OSSEO RAD.ALTA VISC. 1/2 DOSE X2PZ.VERTAPLEX HV GLOBAL TWIN PK*	0406622000	664908	OK	NON OFFRE				
4									
	SIST.MISC.ELAZ./INIEZ. CFX2PZ.AUTOPLEX*	0605887000	120026	OK					
A	NON OFFRE				NON OFFRE				

10/15

RIF.	STRYKER				DIALTEC					
	NOME COMM.LE	CD.	N.REP.	CONFORM.	PREZZO	NOME COMM.LE	CD.	N.REP.	CONFORM.	PREZZO
B	NON OFFRE					NON OFFRE				
C	NON OFFRE					NON OFFRE				

4/15

RIF.	STRYKER	DIALTEC							
NOME COMM.LE	CD.	N.REP.	CONFORM.	PREZZO	NOME COMM.LE	CD.	N.REP.	CONFORM.	PREZZO
5	NON OFFRE				SET AVAMAX C/AGO11GX12CM	BCT00CT			
					SET AVAMAX C/AGO13GX12CM	BCT00CT			
								Non conforme manca la lungh. 100mm e 150mm, inoltre mancano le altre siringhe	

RIF.	GALLINI				COOK					
	NOME COMM.LE	CD.	N.REP.	CONFORM.	PREZZO	NOME COMM.LE	CD.	N.REP.	CONFORM.	PREZZO
3										
A	NON OFFRE					NON OFFRE				
B	NON OFFRE					NON OFFRE				
4										
A										
	NON OFFRE					NON OFFRE				

RIF.	GALLINI				COOK					
	NOME COMM.LE	CD.	N.REP.	CONFORM.	PREZZO	NOME COMM.LE	CD.	N.REP.	CONFORM.	PREZZO
B	NON OFFRE					NON OFFRE				
C	NON OFFRE					NON OFFRE				

14/15

RIF.	GALLINI	COOK							
NOME COMM.LE	CD.	N.REP.	CONFORM.	PREZZO	NOME COMM.LE	CD.	N.REP.	CONFORM.	PREZZO
5	SOLIDUS FIX SETXVERTEBR.		Non conforme nel kit mancano le siringhe E tutti gli aghi hanno solo lunghezza 120mm		SET OSTEO FIRM OBGS CIAGO 11GX10CM	OBGS-111-10.0-M11M	4842	OK	
					SET OSTEO FIRM OBGS CIAGO 11GX15CM	OBGS-111-15.0-M11M	4842	OK	
					SET OSTEO FIRM OBGS CIAGO 13GX10CM	OBGS-113-10.0-M11M	4842	OK	
					SET INIEZCIMENTO	HPIS-100		SCONTO MERCE	