ASLCagliari

Presidio Ospedaliero
Microcitemico

Struttura Complessa
Ostetricia e Ginecologia

Prot: 146/2014

ALLEGATO "A"
ALLA DETERMINA N° 1045 DEL 13 AGO. 2014

Cagliari, 17-07-2014

Al Signor Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Massimo Masia
ASL n.° 8 – Cagliari
Via P. della Francesca, 1
09047 – Selargius

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli.
Il Direttore del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

Oggetto: **INTERVENTO URGENTE MANUTENZIONE SOFTWARE VIEWPOINT**

Si chiede intervento urgente di ristabilimento connessione immagini sul sistema di refertazione e gestione immagini "PIA Database" installato in data 15/04/2014 (vedi allegato).

Si fa presente che in seguito a sopralluogo del tecnico del Servizio Informatico e del tecnico dell'ecografo GE (vedi allegato) non sono emersi errori nella rete e nell'ecografo, mentre il server viewpoint fornisce messaggi di errore.

Questo errore nel software potrebbe essere corretto solo attraverso un intervento (fattibile in remoto) da parte della Società che lo ha installato (Medas).

Si chiede pertanto di autorizzare un intervento urgente da parte della Società Medas srl.

Confidando in un **Vostro sollecito riscontro** si inviano distinti saluti,

Il Responsabile del Servizio di Ginecologia
Dott. Giovanni Monni

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
17 LUG. 2014
ENTRATA
SERVIZIO TECNICO

1

Asl Cagliari
Sede legale: Via Logudoro, 17 09126 Cagliari
Sede Amm.va: Via Piero della Francesca, 1 09047 Selargius
c.f. e p. iva 02261430926
www.aslcagliari.it

Struttura Complessa
Ostetricia e Ginecologia
Via Jenner, sn 09121 - Cagliari
Tel 070/609-5547 Fax 070/609-5514
Responsabile: Dr. Giovanni Monni
prenatalmonni@tiscali.it

17-LUG-2014 16:35 From: To:3201 Page:1/1