


ALLEGATO A 1
ALLA DETERMINA N° 1318 DEL 31 OTT 2014

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

30/09/2014 09:09 07094854257

DISTR. 2 AREA OVEST

PAG 01/01



ASLB
NP.2014/36166 del 02/10/2014 ore 13,34
Mitt.: DISTRETTO 2 - Area Ovest
Ass.: Patrimonio e Servizi Tecnici
Class.: 1.4.6. Fasc.: 25 del 2014

Distretto Sociosanitario 2 Area Ovest



Prot. n. 1086 del 30/09/2014

by loci / pta hargu

C.A. Sig Resp.le Ufficio tecnico

Ing M. Masia
SEDE

per 1/10/2014

Oggetto: richiesta acquisizione lampada chirurgica. Caratteristiche tecniche

In merito alla richiesta di maggiori indicazioni sulle caratteristiche tecniche della lampada scialitica richiesta per il punto di continuità assistenziale di Capoterra, si comunica che si intende una lampada per piccola chirurgia a LED luce fredda con intensità di illuminazione 40,000 lux (ad una distanza di 30 cm.)
Diametro campo di illuminazione intorno ai 18 cm,
braccio flessibile con possibilità di movimenti circolari e verticali
supporto mobile su ruote.

In attesa di certo, sollecito, riscontro e a disposizione per eventuali ulteriori indicazioni e' gradito porgere

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
30 SET. 2014
ENTRATA
SERVIZIO TECNICO



Cordiali Saluti.
Direttore del Distretto
Dott.ssa Elisa Casu