

ALLEGATO

ALLA DETERMINA N°

1549

DEL

19 DIC. 2014

A/

Il presente allegato è composto di n° 3 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

20/11/2014 12:40 0706097590

SEGRET POLIAMB QSE

PAG 01/03



Distretto Quartu - Parteolla
Poliambulatorio Quartu Sant' Elena
Viale Colombo, 25
Tel. 0706097577, Fax 0706097590

n° prot. 280/POC

4 loci
Da bisignu

Al Responsabile Servizio Tecnico
Via Piero della Francesca, 1

Selargius

MORS Oggetto: richiesta spirometro

per
20/11/2014

Quartu S.E. 20/11/14


Si chiede l'acquisizione e fornitura di:

- n° 1 spirometro portatile (vedi allegato per caratteristiche tecniche minime)
 - attualmente si utilizza, a Quartu, uno spirometro ormai obsoleto (in uso da oltre 10 anni!) che necessita di interventi tecnici frequenti (vedi nota Medico Specialista Dott. Mercante)

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

Responsabile Poliambulatorio
Dott. Vitale Puddu

ASL8
NP.2014/43311 del 21/11/2014 ore 12.44
Mitt.: DISTRETTO 3 - Quartu-Parteolla
Ass.: Patrimonio e Servizi Tecnici
Class.: 1.4.6. Fasc.: 28 del 2014



ASL Cagliari
Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius
c.f.e p. Iva: 02261430926

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
20 NOV. 2014
ENTRATA
SERVIZIO TECNICO

Distretto Quartu - Parteolla
Via Turati 4C/1
Quartu Sant'Elena

ASLCAGLIARI
DISTRETTO 3 QUARTU-PARTEOLLA

POLIAMBULATORIO QUARTU

CARATTERISTICHE MINIME

SPIROMETRO portatile.

- ✱ Spirometro portatile a batteria, auto-ricaricabile, con schermo grafico per la visualizzazione in tempo reale delle curve flusso-volume e volume tempo.]
- ✱ Esecuzione dei test: VC (VIR, VER)- IVC- MVV- VT- e Curva Flusso-Volume con i seguenti parametri: FVC, FEV1, PEF, PIF, IT, FEF 25-75%.
- ✱ Dati ottenuti confrontabili con dati normali di riferimento CECA o ZAPLETAL.
- ✱ I criteri di esecuzione dei test devono rispettare i nuovi standard A.T.S.
- L'allineamento del **flusso zero** deve essere continuo e automatico.
- Stampante per report completo di dati del soggetto, diagrammi delle curve, parametri misurati, valori di normalitrapporto percentuale.
- Capacità di memoria di almeno 100 test.
- Possibilità di collegamento a PC.

Accessori: valigia per il trasporto, carica batteria, 10 rotoli nastri stampante, 4 pinzette stringi-naso, cavo collegamento PC, manuale d'uso, 100 boccagli monouso adulti, 50 boccagli monouso bambini.

Al Responsabile Servizio del Poliambulatorio
di Quarta S. Giuse

Si richiede con urgenza, per l'attività lavorativa
dell'Ambulatorio di Medicina dello Sport
sito in V.le Colombo n° 25, l'acquisto di
uno spirometro, essendo quello in dotazione
non più attendibile, visti i frequenti
interventi di manutenzione, con conseguenti
ritardi degli obli per l'effettuazione
della spirometria.

Quarta S. Giuse 9 NOV. 2014

Stampa: DIST. POLIAMBULATORIO DI QUARTA S. GIUSE, MEDICINA DELLO SPORT, MERCANTILE, 005

Fu fatto
Dr. Carlo Uffanti