ALLEGATO 98 DEL 27 GEN. 2015

ASLCagliari

Presidio_Ospedaliero
Santissima Trinità

Il presente allegato è composto di n° / fogli.
Il Responsabile del Servizio Tecnico (Ing. Massimo Masia)

Struttura Complessa

Ostetricia e Ginecologia

Direttore dr.ssa E. Coccollone

URGATERO DE EROS 800 COOCONOMO

AL RESPONSABILE SERVIZIO ACQUISTI A.S.L.8 Via Pier della Francesca CAGLIARI

OGGETTO:--RICHIESTA DI DUE MONITOR MULTIPARAMETRICO

SI richiedono monitor multiparametrico, dotato di batteria interna con autonomia di almeno due ore per il trasporto. Adatto per pazienti adulti Schermo a colori da almeno 6,4"ad alta visibilita da qualsiasi angolazione. Visualizzazione contemporanea di tre tracce e di cinque campi numerici Dotato dei seguenti parametri:

- ECGda 3o5 derivazioni, presenza rilevatore Pacemaker con indicazione sulla traccia e indicatore derivazioni scollegate
- Respiro con range da 3 atti per minuto:-
- NIBP manuale o automatica impostabile dall'operatore, tecnologia oscillo metrica.
- SpO2, tecnologia di ultima generazione che consenta max accuratezza anche i condizioni-eritiche quali: movimento e bassa perfusione periferica. Possibilità di visualizzazione degli allarmi di desaturazione memorizzati sui sensori. Allarme SpO2 di tipo intelligente impostabile in base al prodotto tra il valore di desaturazione e il tempo.
- · Temperatura, possibilità di visualizzare due temperature.
- Allarmi acustici e visivi impostabili dall'utilizzatore su tutti i parametri. Trend di almeno 24 ore, grafici o tabulari. Dotato di stampante termica automatica in caso di allrme o manuale, per la raffigurazion edelle tracce su due canali e dei dati relativi a tutti i parametri monitorizzati. A corredo dovranno essere forniti tutti gli acessori necessari alle rilevazione dei parametri per ogni tipo di paziente (Adulto, neonatale). Possibilità di collegamento alla rete. Eventuale carrello dedicato completo di cestino porta accessori.

Cagliari 25.11.2014

Dr.ssa Elechera Coccollone
Responsabile STon-Capian
Oston Elecher Grand Completes A
II Primario: Dr.ssa Elecnora Coccollone
Mail 52880

Struttura Complessa
Ostetricia e Ginecologia
Via Is Mirrionis, 92 09121 Caglian
Tel 070/6095707 Fax 070/6096095
Responsabile: Dott. Eleonora Coccollone

Asl Cagliari
Sede legale: Via Logudoro, 17 09126 Cagliari
Sede Amm.va: Via Piero della Francesca, 1 09047 Selargius
c.f. e p. iva 02261430926
www.aslcagliari.it