

**18 FEB. 2015**
**VERBALE della fase riservata  
(esame valutazione conformità offerte  
tecniche)**
**PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI  
SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI  
PROTESI MAMMARIE PER LE UU.OO. ONCOLOGIA CHIRURGICA E  
CHIRURGIA SPERIMENTALE P.O. BUSINCO, PER DODICI MESI.**

L'anno duemilaQUINDICI, il giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO alle ore 17,00 nella Sede dell'A.S.L. n. 8 Cagliari in Selargius - via Piero della Francesca n. 1 - si è riunito il Seggio di gara nominato con Determina/E del Responsabile del Servizio Acquisti n. 1012 del 08/08/2014, per l'avvio della procedura di gara per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto, composto da:

- presidente	Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis	Dirigente Responsabile del Servizio Acquisti
- testimone	Dott.ssa Patrizia Mirtillo	Collaboratore Amm.vo del Servizio Acquisti, con funzioni di segretario verbalizzante
- testimone	Dott.ssa Rafaella Casti	Collaboratore Amm.vo Esperto del Servizio Acquisti

per l'esame della relazione, presentata dagli esperti tecnici del settore, di conformità delle offerte tecniche della procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto

**PREMESSO**

- che con Determina/E del Responsabile del Servizio Acquisti n. 1012 del 08/08/2014, l'ASL di Cagliari ha indetto la procedura per l'affidamento della gara indicata in oggetto, da espletarsi con il criterio di aggiudicazione previsto all'art. 82 (Criterio dell'offerta al prezzo più basso) del D. Lgs. n. 163/2006;
- che in data 17/10/2014 apposito Seggio di Gara ha espletato in seduta pubblica la prima fase della gara i cui esiti sono riportati nel relativo verbale;
- che in esito a tale seduta pubblica è stata ammessa alla fase successiva della gara l'offerta presentata dai seguenti concorrenti:

N°	DITTA
01.	MEDICAL S.P.A.

- che in esito a tale seduta pubblica è stata ammessa con riserva alla fase successiva della gara l'offerta presentata dai seguenti concorrenti:

N°	DITTA
01.	ALLERGAN S.P.A.

- che, la ditta ALLERGAN S.P.A., entro il termine fissato a pena di esclusione, ha fornito le precisazioni richieste e pertanto l'offerta è stata ammessa alla fase successiva;
- che per i concorrenti ammessi si è provveduto in data 22/10/2014, con nota prot. n. 38962, a trasmettere agli esperti tecnici, le buste B delle offerte dei concorrenti ammessi affinché provvedessero in sedute riservate alla valutazione delle offerte tecniche dalle medesime presentate per il lotto unico e inscindibile di cui all'allegato A - descrizione della fornitura, allegato al disciplinare di gara:

N.1 - Ditta ALLERGAN S.P.A.

N. 2 - Ditta MEDICAL S.P.A.

- che tali esperti tecnici nel settore oggetto della fornitura, hanno regolarmente ricevuto le buste B relative alle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, nei plichi già aperti dal Seggio;

*Patrizia Mirtillo*  
1  
B1

- che il Disciplinare di Gara prevede un esame, per ciascuna ditta in gara, delle caratteristiche tecniche risultanti dalla documentazione tecnica presentata con la conseguente attestazione di conformità della stessa;
- che il medesimo Disciplinare di Gara stabilisce che la fornitura offerta dovrà possedere i requisiti tecnici indicati nell'allegato A - Descrizione della fornitura;
- che gli esperti tecnici nel settore oggetto della fornitura, come sopra individuati, hanno proceduto a valutare le offerte tecniche, in sedute riservate, come da dettaglio:

anno	mese	giorno
2014	Dicembre	15
2014	Dicembre	29
2015	Gennaio	8

In esito alle operazioni predette le risultanze sono indicate nella relazione tecnica nota prot. n. 39/14 del 15/12/2014 delle UU.OO. Chirurgia Sperimentale e Oncologia Chirurgica del P.O. Businco, trasmessa con nota prot. n. 2033 del 29/12/2014 della Farmacia PP.OO. Businco e Microcitemico e con nota prot. n. 345 del 08/01/2015 dell'UCF, tutte allegate al presente verbale e i cui esiti si riportano sommariamente:

**ELEMENTO DI VALUTAZIONE:** verifica della perfetta rispondenza a tutte le caratteristiche tecniche richieste dal disciplinare di gara:

Hanno presentato offerta per il LOTTO UNICO E INSCINDIBILE i seguenti concorrenti:




1. ALLERGAN S.P.A. - CONFORME
2. MEDICAL S.P.A. - **NON CONFORME** per i seguenti motivi:
  - non dispone di almeno tre diverse altezze e quattro proiezioni con diversi gradi di sofficietà;
  - non dispone di una gamma di protesi DUAL GEL;
  - non dispone di una gamma di espansori sufficientemente ampia.

\*\*\*

Per quanto precede il Seggio di Gara, preso atto delle valutazioni di conformità delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti, dichiara di ammettere alla fase successiva della presente gara la ditta:

ALLERGAN S.P.A.

Ultimati i lavori, si dichiara chiusa la presente fase della gara alle ore 17,30. Il Seggio di Gara redige e sottoscrive il verbale, rinviando a successiva seduta pubblica per la comunicazione dei risultati delle valutazioni tecniche effettuate, e per l'apertura delle BUSTE C recanti la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".

- presidente	Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis	
- testimone	Dott.ssa Patrizia Mirtillo	
- testimone	Dott.ssa Rafaella Casti	

ASL8  
NP/2015/ 0000345 del 08/01/2015 ore 12,58  
Mittente : Unità Centrale Farmaceutica

Assegnatario : Servizio Acquisti

Classifica : 1. Fascicolo : 19 del 2015



*P. Li...  
1.1.2015  
N*

Al Responsabile Servizio Acquisti  
Sede

Oggetto: Conformità D.M. Protesi Mammarie per la U.O. Oncologia Chirurgica P.O. Businco

In riferimento alla Vs NP/2014/0038962 del 22/10/2014 , inviata la documentazione tecnica all'Utilizzatore il 4/11/2014, questa viene restituita il 08/01/2015 con parere di conformità che si allega alla presente.

Si resta in attesa di comunicazione di avvenuta aggiudicazione al fine di poter provvedere all'inserimento in anagrafica dei D.M. non ancora presenti e dell'eventuale perfezionamento di quelli già esistenti.

Distinti saluti

Il Responsabile della Unità Centrale Farmaceutica

Dott.ssa Sandra Loi

*Sandra Loi*

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Annalisa Casula

*Annalisa Casula*

**PRESA IN CARICO**  
*12/01/2015*

Prot. N° 2033

29-12-2014

Alla c.a. Dott.ssa Annalisa Casula

Al Responsabile  
Unità Centrale Farmaceutica  
S E D E

**OGGETTO: Parere conformità D.M. "Protesi Mammarie ed Espansori Tissutali"**  
**UU.OO. Oncologia Chirurgica e Chirurgia Sperimentale P.O. Businco**  
**Ditta ALLERGAN.**

Con la presente si restituisce la pratica indicata in oggetto, con il parere di conformità dei Reparti utilizzatori.  
Distinti saluti

IL RESPONSABILE FARMACIA  
PP.OO. BUSINCO E MICROCITEMICO  
Dott. M. G. Corona



ASL8

NP/2015/ 0000305 del 08/01/2015 ore 11,32

Mittente Ospedale Businco

Assegnatario Unità Centrale Farmaceutica

Classifica 1 Fascicolo 19 del 2015



Asl Cagliari

Sede legale: Via Logudoro, 17 09126 Cagliari  
Sede Amm.va: Via Piero della Francesca, 1 09047  
Selargius  
c.f. e p. iva 02261430926  
www.aslcagliari.it

Struttura Complessa/Semplice  
Farmacia

Via Jenner Cagliari  
Tel 070/6095211 fax 070/6095210  
Responsabile: Giuseppina Corona

2

B4

33/14.

Al Responsabile del Servizio Farmacia  
PP. OO. Businco e Microcitemico

In riferimento alla Vostra comunicazione con numero di protocollo 1746 avente come oggetto "Parere conformità protesi mammarie ed espansori tissutali"

Si esprime il parere di conformità in merito alle specifiche tecniche fornite delle ditte ALLERGAN e MEDICAL.


Tuttavia, per quanto riguarda la proposta della ditta MEDICAL si fanno presenti i seguenti punti

- non dispone di almeno tre diverse altezze e quattro proiezioni con diversi gradi di sofficietà
- non dispone di una gamma di protesi DUAL GEL
- non dispone di una gamma di espansori sufficientemente ampia

La sola ditta ALLERGAN dispone di un'offerta che soddisfi le necessità da Noi richieste.

In fede

Dott. Giuseppe Murenu



Cagliari 15/12/2014

Dott. Giuseppe Sollai



Il presente allegato è com-  
posto da n° 5 fogli  
di n° \_\_\_\_\_ pagine.

IL RESP. SERV. ACQUISTI  
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

BS