

VERBALE della fase riservata  
(esame valutazione conformità  
offerte tecniche)

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI  
BANDO PER LA FORNITURA DI AGHI FISTOLA (ex lotti 13AF  
e 14AF), PER LE AA.SS.LL. - AA.OO.UU. - A.O. DELLA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

L'anno duemilaQUINDICI, il giorno QUINDICI del mese di LUGLIO alle ore 08,30 nella Sede dell'ASL Cagliari in via Piero della Francesca n. 1 Selargius - si è riunito il Seggio di gara in esecuzione della Delibera D.G. n° 1262 del 15.09.2014, per l'avvio della procedura di gara per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto, composto da:

- presidente	Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis	Dirigente della Stazione Appaltante, Responsabile Servizio Acquisti
- testimone	Dott.ssa Rafaella Casti	Collaboratore Amm.vo Esperto del Servizio Acquisti, con funzioni di segretario verbalizzante
- testimone	Sig.ra Daniela Bianco	Coll. Amm.vo Servizio Acquisti

per l'esame della relazione, presentata dagli esperti tecnici del settore, di conformità dell'offerta tecnica della procedura aperta per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto

#### PREMESSO

- che con delibera n° 1262 del 15.09.2014 l'ASL di Cagliari ha indetto la procedura negoziata ex art. 57, 2° lett.a) del D.Lgs 163/06 e smi, per l'affidamento della gara indicata in oggetto, da espletarsi con il criterio di aggiudicazione previsto all'art. 82 (Criterio dell'offerta al prezzo più basso) del D. Lgs. n. 163/2006;
- che in data 08/06/2015 apposito Seggio di Gara ha espletato in seduta pubblica la prima fase della gara i cui esiti sono riportati nel relativo verbale;
- che in esito a tale seduta pubblica sono state ammesse alla fase successiva della gara le offerte presentate dai seguenti concorrenti: Nipro Eurpe, Emodial, M.D.M. Bellco, B. Braun e Dialmedica;
- che in data 23/06/2011 il Seggio di Gara ha espletato, in seduta riservata, il controllo della capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale dell'Operatore Economico Nipro Europe, individuato a seguito di sorteggio del 08/06/2015, disponendone l'ammissione alla fase successiva della gara;
- che per i concorrenti ammessi deve quindi procedersi in seduta riservata alla valutazione dell'offerta tecnica dai medesimi presentata;
- che gli esperti tecnici nel settore oggetto della fornitura, individuati dal Responsabile Unico del Procedimento successivamente alla data di scadenza prevista dal bando di gara, hanno regolarmente ricevuto le buste B relative alle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, nei plichi già aperti dal Seggio;
- che il Capitolato Speciale d'Appalto/lettera di invito prevede un esame, per ciascuna ditta in gara, delle caratteristiche tecniche risultanti dalla documentazione tecnica presentata con la conseguente attestazione di conformità della stessa;
- che il medesimo Capitolato stabilisce che i prodotti offerti dovranno possedere i requisiti minimi obbligatori tecnico-operativi indicati nell'allegato 1-Elenco dei lotti del capitolato speciale di gara.

2  
C12  
W

- che gli esperti tecnici nel settore oggetto della fornitura, come sopra individuati, hanno proceduto a valutare le offerte tecniche, in seduta riservata.

\*\*\*

In esito alle operazioni predette le risultanze risultano le seguenti:

**ELEMENTO DI VALUTAZIONE:** verifica della perfetta rispondenza a tutte le caratteristiche tecniche richieste dal capitolato

**DESCRIZIONE LOTTO n. 1: AGHI FISTOLA CONVENZIONALI**

+ Hanno presentato offerta i seguenti concorrenti:

- M.D.M., B.Braun, Nipro Europe, Bellco ed Emodial

Le offerte sono state così valutate:

- 1) Concorrente **M.D.M.**: l'offerta risulta conforme e rispondente a tutte le caratteristiche tecniche minime ed essenziali richieste dal disciplinare tecnico, così come dettagliatamente indicato nella "RELAZIONE TECNICA" allegata al presente verbale per farne parte integrante;
- 2) Concorrente **B. Braun.**: l'offerta risulta conforme e rispondente a tutte le caratteristiche tecniche minime ed essenziali richieste dal disciplinare tecnico, così come dettagliatamente indicato nella "RELAZIONE TECNICA" allegata al presente verbale per farne parte integrante;
- 3) Concorrente **Emodial**: l'offerta risulta conforme e rispondente a tutte le caratteristiche tecniche minime ed essenziali richieste dal disciplinare tecnico, così come dettagliatamente indicato nella "RELAZIONE TECNICA" allegata al presente verbale per farne parte integrante;
- 4) Concorrente **Bellco**: l'offerta risulta **non** conforme e **non** rispondente a tutte le caratteristiche tecniche minime ed essenziali richieste dal disciplinare tecnico, così come dettagliatamente indicato nella "RELAZIONE TECNICA" allegata al presente verbale per farne parte integrante;
- 5) Concorrente **Nipro Europe**: l'offerta risulta conforme e rispondente a tutte le caratteristiche tecniche minime ed essenziali richieste dal disciplinare tecnico, così come dettagliatamente indicato nella "RELAZIONE TECNICA" allegata al presente verbale per farne parte integrante;

**DESCRIZIONE LOTTO n. 2: AGHI FISTOLA BUTTON-HOLE**

Hanno presentato offerta i seguenti concorrenti:

- M.D.M., Dialmedica e Nipro Europe

Le offerte sono state così valutate:

- 1) Concorrente **M.D.M.**: l'offerta risulta conforme e rispondente a tutte le caratteristiche tecniche minime ed essenziali richieste dal disciplinare tecnico, così come dettagliatamente indicato nella "RELAZIONE TECNICA" allegata al presente verbale per farne parte integrante;
- 2) Concorrente **Dialmedica**: l'offerta conforme e rispondente a tutte le caratteristiche tecniche minime ed essenziali richieste dal disciplinare tecnico, così come dettagliatamente indicato nella "RELAZIONE TECNICA" allegata al presente verbale per farne parte integrante;
- 3) Concorrente **Nipro Europe**: l'offerta risulta conforme e rispondente a tutte le caratteristiche tecniche minime ed essenziali richieste dal disciplinare tecnico, così come dettagliatamente indicato nella "RELAZIONE TECNICA" allegata al presente verbale per farne parte integrante;




\*\*\*

*Handwritten signature and initials:*  
W  
C2

Per quanto precede il Seggio di Gara, preso atto della valutazione di conformità delle offerte tecniche presentate dagli Operatori Economici concorrenti, dichiara di ammettere alla fase successiva della presente gara i seguenti Operatori Economici:

OFFERTA	
1	<b>B-BRAUN</b>
	<b>EMODIAL</b>
	<b>NIPRO EUROPE</b>
	<b>MDM</b>
2	<b>DIALMEDICA</b>
	<b>NIPRO EUROPE</b>
	<b>MDM</b>

Ultimati i lavori, si dichiara chiusa la presente fase della gara. Il Seggio di Gara redige e sottoscrive il verbale, rinviando a successiva seduta pubblica per la comunicazione dei risultati delle valutazioni tecniche effettuate, e per l'apertura del plico recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".

- presidente	Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis	
- testimone	Dott.ssa Rafaella Casti	
- testimone	Sig.ra Daniela Bianco	

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA FORNITURA DI  
AGHI FISTOLA (ex lotti 13AF e 14AF), PER LE AA.SS.LL. - AA.OO.UU. - A.O. DELLA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.**

## **RELAZIONE TECNICA**

# PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI AGHI - LOTTO N. 1

25

## LOTTO 1 aghi fistola, convenzionali

lotto dispositivi medici
Fornitura, in unico lotto indivisibile, di aghi fistola, convenzionali.
L'ago-fistola è una parte delicatissima per cannulare gli accessi vascolari dei pazienti in emodialisi (fistole artero-venose). Può essere utilizzato in diverse tipologie e lunghezze e deve possedere requisiti di bassissima traumaticità tali da prolungare il più a lungo possibile la vita dello stesso accesso vascolare e contemporaneamente garantire meno rischi all'Operatore.
Nella quantità complessiva degli aghi richiesti è da considerarsi compresa una percentuale pari al 2% di aghi fistola monoago con gauge a scelta del singolo Centro dialisi.
Quantità, aggregate, per anno
N° pz/anno 347.382

### 1 - CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE

CONFEZIONE UNICA STERILE, COMPOSTA DA:	MDM	B-BRAUN	BELLCO	EMODIAL	NIPRO
1. Ago in acciaio inox, perfetto tagliente che garantisca il minor dolore ed il minor traumatismo su cute e parete della fistola	SI	SI	SI	SI	SI
a. lunghezza compresa tra 20 e 30 mm, secondo la scelta della singola Azienda Sanitaria	SI	SI	SI	SI	SI
b. Diametri da fornire, secondo la scelta della singola Azienda Sanitaria, 15-16-17G	SI	SI	SI	SI	SI
c. ago provvisto di back-hole	SI	SI	SI	SI	SI
d. alette ben impugnabili, antiscivolo	SI	SI	SI	SI	SI
e. ago fisso o con possibilità di rotazione dell'ago sull'aletta secondo la scelta della singola Azienda Sanitaria	SI	SI	SI	SI	SI
f. perfetto assemblaggio/saldatura tra parti metalliche e parti plastiche	SI	SI	SI	SI	SI
2. da fornire, secondo la scelta del Responsabile del Centro dialisi, una lunghezza del tubo compresa tra 15 e 30 cm	SI	SI	SI	SI	SI
a. tubo provvisto di clamp di materiale plastico stringi-tubo	SI	SI	SI	SI	SI
b. terminale del tubo in luer lock compatibile con qualsiasi linea arteriosa e venosa fornita in qualsiasi lotto emodialisi	SI	SI	SI	SI	SI
3. dotato di dispositivo proteggi ago con sicurezza anti-rientro dopo l'estrazione dell'ago	SI	SI	SI	SI	SI
4. dispositivo provvisto di tappino luerlock	SI	SI	SI	SI	SI
5. la confezione unica sterile degli aghi fistola monoago deve possedere almeno i requisiti e e caratteristiche di cui al precedente punto 1a-b-c-d-f della presente tabella, punto 2a per ogni branca, punto 2b, punto 4	SI	SI	NO manca nel monoago la misura 17G	SI	SI

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI AGHI - LOTTO N. 1**

26

RELAZIONE TECNICA :esaminate le offerte pervenute si dichiara che sono conformi le seguenti offerte:

B-BRAUN

EMODIAL

NIPRO

MDM

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

# PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI AGHI FISTOLOA BUTTON-HOLE - LOTTO N. 2

<b>LOTTO 2-aggi fistola button-hole</b>
lotto dispositivi medici
Fornitura, in unico lotto indivisibile, di aghi fistola, button-hole.
E' una nuova tecnica che consente di utilizzare un particolare ago denominato "button-hole" sempre nello stesso sito di puntura della fistola al fine di creare tunnel cutaneo definitivo onde successivamente permettere il cannulamento con aghi smussi né traumatici né inducenti il dolore Sempre al fine di prolungare il più a lungo possibile la vita dello stesso accesso vascolare e contemporaneamente garantire meno rischi all'Operatore.
<b>Quantità, aggregata, per anno</b>
N° pz/anno 44.666

1 - CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE	MDM	DIALMEDICA	NIPRO
CONFEZIONE UNICA STERILE, COMPOSTA DA:			
1. Aghi fistola smussi, specificamente forniti per la metodica di cannulazione button-hole in acciaio inox, con punta smussa e puntina per rimozione delle croste:	SI	SI	SI
a. lunghezza compresa tra 20 e 30 mm secondo la scelta della singola azienda Sanitaria	SI	SI	SI
b. Diametri da fornire, secondo la scelta della singola Azienda Sanitaria, 15-16-17G	SI	SI	SI
c. alette ben impugnabili antiscivolo	SI	SI	SI
d. perfetto assemblaggio/saldatura tra parti metalliche e parti plastiche	SI	SI	SI
e. fornitura di un adeguato numero di thumbtack sticks in policarbonato	non OFFRE	non OFFRE	SI
2. da fornire, secondo la scelta della singola Azienda Sanitaria, una lunghezza del tubo	SI	SI	SI
compresa tra 15 e 30 cm:			
a. tubo provvisto di clamp plastica stringi-tubo	SI	SI	SI
b. terminale del tubo in luer lock compatibile con qualsiasi linea arteriosa e venosa fornita in qualsiasi lotto emodialisi	SI	SI	SI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 966 DEL 31 LUG. 2015  
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO  
 Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Rani  
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 Dott.ssa Savina Ortu

il presente allegato è composto da n° 7 fogli di n° \_\_\_\_\_ pagine.

IL RESPONSABILE SERVIZI ACQUISTI  
 Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

RELAZIONE TECNICA :esaminate le offerte pervenute si dichiara che le offerte presentate per la procedura in oggetto sono tutte conformi a quanto richiesto, anche in virtù del comunicato del 27.05.15

27