

1053
-7 OTT. 2015

A)

Selargius 30/09/2015

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

Oggetto: Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del d. lgs. 163/2006 per la fornitura, in modalità service, di "sistema analitico per estrazione in fase solida di droghe d'abuso" per il Laboratorio di tossicologia della ASL di Cagliari, per anni due.

Questa Azienda Sanitaria ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e ai sensi del Regolamento adottato con atto deliberativo n. 1430/2008 ha attivato l'iter procedimentale per la fornitura di quanto sopra indicato.

Con lettere d'invito prot. PG/2015/0055528 è stato richiesto preventivo di spesa agli operatori economici Depeco, Agilent, Technologies, Waters, Phenomenex, CPS Analitica.

Entro il termine di scadenza indicato nella lettera di invito, fissato per il giorno 18/06/2015, sono pervenute le offerte degli operatori economici Waters SpA. e CPS Analitica Srl.

Le offerte sopracitate, con nota NP 2015/0022462 del 09/07/2015, sono state trasmesse al Responsabile dell'Unità Centrale Farmaceutica, per la valutazione di conformità tecnica e di congruità dei prezzi proposti.

Con comunicazione NP 2015/0027845 del 15/09/2015 il Responsabile dell'Unità Farmaceutica Centrale ha trasmesso il parere di conformità e congruità del Responsabile del Laboratorio di Tossicologia, di seguito allegato (A) quale integrante integrante e sostanziale del presente verbale e dal quale risulta la non conformità dell'offerta presentata dall'operatore economico Waters SpA in quanto non offre "l'unità di evaporazione in corrente di gas".

A seguito di quanto esposto, la fornitura di cui all'oggetto può essere legittimamente assegnata all'Operatore Economico CPS Analitica Srl, per un importo complessivo di € 5.992,00 Iva esclusa, più € 100,00 per gli oneri di sicurezza, come da offerta allegata al presente verbale (B).

La relativa documentazione è agli atti presso il Servizio Acquisti.

Il Responsabile dell'istruttoria del Procedimento
Dott.ssa Maria Carla Del Rio

Il presente allegato è composto da n° 5 fogli
di n° _____ pagine.



IL RESP. SERV. ACQUISTI
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

pg 1⁴

Rif. 690

Cagliari, 10/09/2015

Al Responsabile Serv. Farmaceutico
Via Peretti
c.a. dr.ssa Peis

Oggetto: Valutazione documentazione tecnica per la fornitura di sistema analitico di estrazione in fase solida per droghe d'abuso.

VALUTAZIONE TECNICA

In riferimento all'oggetto di cui sopra sono state valutate:

- la completezza e regolarità della documentazione tecnica presentata dalle due ditte offerenti Waters e CPS;
- la conformità dei prodotti offerti rispetto alle caratteristiche indicate ai punti 1,2,3 della richiesta di fornitura.


Dall'esame della documentazione inviata, si rileva che:

1. L'offerta della ditta Waters non è completa in quanto non offre l'*'unità di evaporazione in corrente di gas'* (vedi punto 2), come risulta dalla tabella allegata, pertanto è da ritenersi non conforme;
2. L'offerta della ditta CPS è conforme alle caratteristiche richieste.

CONGRUITA' DEL PREZZO:

Si attesta che i prezzi proposti dalla ditta CPS I sono congrui e allineati alle quotazioni di mercato relativamente alla trattativa in essere

Il Responsabile



A.S.L. di CAGLIARI
LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA
IL CHIMICO DIRIGENTE
(dr.ssa Michela Frau)

ALLEGATO RIF. 690 DEL 10/09/2015

**RICHIESTA DI CARTUCCE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA DI
PREPARAZIONE DI CAMPIONI DI DROGHE CON METODO SPE**

	REQUISITI DELLA FORNITURA	WATERS	CPS
A	CARTUCCE PER ESTRAZIONE		
	ADSORBENTI POLIMERICI	conforme	conforme
	RIPRODUCIBILITA	conforme	conforme
	SELETTIVITA' COMPOSTI ACIDI E BASICI	conforme	conforme
	BAGNABILITA'	conforme	conforme
	STABILITA PH	conforme	conforme
	SELEZIONE DEL PRODOTTO SECONDO VISCOSITA'	conforme	conforme
B	VACUUM MANIFOLD		
	PROCESSA NON MENO DI 20 CAMPIONI SIMULTANEAMENTE	conforme	conforme
	CAMERA IN VETRO CON REGOLATORE DI VUOTO, VALVOLE DI CONTROLLO VELOCITA' DEL FLUSSO, AGHI, RACKS PER TUBI DI RACCOLTA	conforme	conforme
	UNITA' DI EVAPORAZIONE IN CORRENTE DI GAS	Non offre	conforme
C	PROTOCOLLI APPLICATIVI PER COMPOSTI ACIDI E BASICI	conforme	conforme


M. Frau

3
4

3

via neera 8/a ■
20141 Milano ■
tel. (+39)02.8954201 ■
fax(+39)02.89542022 ■
www.cps.it ■
cps@cps.it ■

■ **Offerta Commerciale**
■ *Commercial Offer*



pag. 1/2

Milano, 15/06/15

rettifica 15/06/15

OFFERTA N° 20-0017-2015-0

Rif. Venditore: Maurizio Piras Tel. 329-8541676

Destino merce:

A.S.L. Cagliari

Via Piero della Francesca, 1 09047-Selargius

Spett.le

A.S.L. Cagliari

Via Piero della Francesca, 1

09047-Selargius

(CA)

All'Att.

Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per la fornitura, in modalità service, di "sistema analitico per estrazione in fase solida di droghe d'abuso" per il Laboratorio di tossicologia della Asl di Cagliari, per anni due. CIG: ZBA146D924/PROT.LLO PG/2015/0055528

A seguito Vs. gentile richiesta, rimettiamo ns. offerta:


N°	Codice/Descrizione	Q.tà	Prezzo Netto Un/conf	Prezzo Netto Totale
Prodotto in comodato d'uso gratuito				
	IN-57265	1	0,00	€ 0,00
	Visiprep™ SPE Vacuum Manifold DL (Disposable Liner), 24-port model			
Prodotto in comodato d'uso gratuito				
	IN-57028	1	0,00	€ 0,00
	Visiprep™ Manifold Flow Control Valve for use with DL (Disposable Liner) 12- and 24-port models, pk of 2			
Prodotto in comodato d'uso gratuito				
	IN-57124	1	0,00	€ 0,00
	Visidry™ Drying Attachment for use with Visiprep 24-port model			
	UK-SSTHC06Z	8	346,00	€ 2.768,00
	Styre Screen THC 60mg/10mL - PKG50			

■ sede legale: CPS analitica s.r.l. via crosta 67 - 28065 Cerano (NO) - c.f./Piva 01463800035
■ sede secondaria: largo leopardi 12 - 00185 Roma - tel.06.4742104 fax 06.4742108
■ capitale sociale: 77.500,00 € int.vers. - R.E.A. Novara n.175440 - Reg.Imp. NO n.01463800035

A 4 21

via neera 8/a ■
20141 Milano ■
tel. (+39)02.8954201 ■
fax (+39)02.89542022 ■
www.cps.it ■
cps@cps.it ■

■ **Offerta Commerciale**
Commercial Offer



pag. 2/2

UK-SSBCX063	8	403,00	€ 3.224,00
Styre Screen Bcx, Benzenesulfonic Acid, 60mg/3mL - PKG50			

Totale Netto Parziale
€ 5.992,00

Spese di Spedizione
€

Totale Offerta
€ 5.992,00

Annotazioni:

NB: PROTOCOLLI APPLICATIVI E DOCUMENTAZIONE TECNICA INSERITI NELLA BUSTA B-DOC.TECNICA

Note:

Vi preghiamo di inoltrare i Vostri ordini al seguente indirizzo di posta elettronica: **ordini@cps.it**
oppure utilizzando il seguente numero di fax: **02/89542022**
Tel. ufficio commerciale 02/8954201

Prego indicare nell'ordine il ns. numero di offerta

N.B. Minimo d'Ordine € 150,00. Per importi inferiori, escluse IVA e spese di trasporto, applicheremo € 15,00 come contributo costi amministrativi.

Condizioni di Vendita:

Consegna: 2 sett.d.r.o.da confermare all'ordine

Pagamento: B.B. 90 gg. DF FM

Spedizione: Porto Franco vs. indirizzo

Aliquota IVA: 22% esclusa

Garanzia:

Valida dal: 15/06/2015 al: 30/06/2017

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, distintamente salutiamo.

CPS Analytica Srl
Amministratore Delegato
Roberto Miglio

45

2