


1466


21 DIC. 2015

Allegato C

 ASL Cagliari	SSD Funzioni Connesse alle Autorizzazioni e Accreditamento Erogatori Sanitari e Socio-Sanitari Gruppo di lavoro aziendale Blocco Operatorio	BLOCCO OPERATORIO ASL CAGLIARI
PR-BO-003/0 pag. 1 di 16	Procedura paziente allergico al latte	Data: 23/05/2015 Revisione 0


ALLERGIA AL LATTICE

ATTIVITA	RESPONSABILE	FIRMA
Redazione e Verifica	Gruppo di lavoro aziendale	
Approvazione	Direzione Generale	
Emissione e distribuzione	<ul style="list-style-type: none"> • SSD Accreditamento Istituzionale • Qualità e Risk Management 	


 ASL Cagliari	SSD Funzioni Connesse alle Autorizzazioni e Accreditamento Erogatori Sanitari e Socio-Sanitari Gruppo di lavoro aziendale Blocco Operatorio	BLOCCO OPERATORIO ASL CAGLIARI
PR-BO-003/0 pag. 2 di 16	Procedura paziente allergico al lattice	Data: 23/05/2015 Revisione 0

GRUPPO DI LAVORO AZIENDALE

<i>Aldo Monni</i>	<i>Dirigente Medico</i>	<i>SSD Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale</i>	<i>Coordinamento e verifica</i>
<i>Antonio Saiu</i>	<i>Dirigente Medico</i>	<i>SSD Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale</i>	<i>Coordinamento e Verifica</i>
<i>Ferdinando Corrias</i>	<i>Dirigente Medico</i>	<i>SSD Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale</i>	<i>Coordinamento e Verifica</i>
<i>M. Vincenza Monni</i>	<i>Infermiera</i>	<i>SSD Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale</i>	<i>Coordinamento e Verifica</i>
<i>Luigi Furcas</i>	<i>Infermiere</i>	<i>SSD Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale</i>	<i>Coordinamento e Verifica</i>
<i>Bianca Mannu</i>	<i>Chirurgo</i>	<i>Chirurgia P.O SS Trinità - Cagliari</i>	<i>Redazione</i>
<i>Paola Arcadu</i>	<i>Cord. Inf</i>	<i>Blocco Operatorio P.O SS Trinità - Cagliari</i>	<i>Redazione e Verifica</i>
<i>Roberto Ottonello</i>	<i>Chirurgo</i>	<i>Chirurgia P.O San Marcellino- Muravera</i>	<i>Verifica</i>
<i>Rosanna Massesi</i>	<i>Cord. Inf</i>	<i>SS Blocco Operatorio P.O San Marcellino- Muravera</i>	<i>Verifica</i>
<i>M. Caterina Vallese</i>	<i>Infermiera</i>	<i>Servizio delle Professioni Sanitarie</i>	<i>Verifica</i>
<i>Giovanna Rossi</i>	<i>Dirigente Medico</i>	<i>Qualità e Risk Management</i>	<i>Verifica</i>
<i>Anna Ruda</i>	<i>Dirigente Medico</i>	<i>Direzione Sanitaria P.O. Binaghi</i>	<i>Verifica</i>
<i>Puliga Angela</i>	<i>Chirurgo</i>	<i>Chirurgia Generale – P.O. SS Trinità - Cagliari</i>	<i>Verifica</i>
<i>Alberto Degioannis</i>	<i>Chirurgo</i>	<i>S.C. Clinica Ortopedica - P.O. Marino</i>	<i>verifica</i>

 ASL Cagliari	SSD Funzioni Connesse alle Autorizzazioni e Accreditamento Erogatori Sanitari e Socio-Sanitari Gruppo di lavoro aziendale Blocco Operatorio	BLOCCO OPERATORIO ASL CAGLIARI
PR-BO-003/0 pag. 3 di 16	Procedura paziente allergico al lattice	Data: 23/05/2015 Revisione 0

<i>Indice</i>	<i>Pagina</i>
<i>Premessa</i>	4
<i>1. Scopo</i>	4
<i>2. Campo di applicazione</i>	5
<i>3. Abbreviazioni Definizioni e terminologia</i>	6
<i>4. Responsabilità</i>	6
<i>5. Descrizione Attività</i>	7
<i>5.1 procedure specifiche per l'assistenza a soggetti allergici.</i>	8
<i>6. Validazione</i>	9
<i>7. Materiali e strumenti utilizzati</i>	9
<i>8. Bibliografia e riferimenti normativi</i>	9
<i>9. Allegati</i>	9
Allegato 1: Fac simile elenco dispositivi L.F. sterili e non sterili standard	10
Allegato 2: Questionario Latex Free	15
Allegato 3: Fac Simile cartello latex	16

 ASL Cagliari	SSD Funzioni Connesse alle Autorizzazioni e Accreditamento Erogatori Sanitari e Socio-Sanitari Gruppo di lavoro aziendale Blocco Operatorio	BLOCCO OPERATORIO ASL CAGLIARI
PR-BO-003/0 pag. 4 di 16	Procedura paziente allergico al lattice	Data: 23/05/2015 Revisione 0

PREMESSA

Il lattice è una sostanza liquida lattiginosa che scorre nel tronco di un albero chiamato *HAVEA BRASILIENSIS* conosciuto anche col nome di albero della gomma. Per le sue caratteristiche ha avuto negli ultimi decenni, un largo impiego. Viene usato per realizzare prodotti di uso comune quali: guanti, cerotti, preservativi, lacci emostatici, palloni, cateteri, giocattoli, indumenti, ecc.

Il lattice contiene 33% di gomma e l'1,8% di proteine (causa delle reazioni allergiche). La sensibilizzazione al lattice ha cominciato ad estendersi con il diffondersi di materiali, anche di uso domestico, nei quali sono presenti derivati della gomma. Proprio per questo motivo negli ultimi anni un elevato numero di pazienti ma anche di personale sanitario risulta sempre più sensibile al contatto col lattice.

I sintomi clinici della sensibilizzazione al lattice sono legati al contatto diretto con prodotti in gomma naturale, ma possono anche essere scatenati dall'inalazione di particelle veicolate nell'aria ambiente adese ad altre sostanze, in particolare alla polvere lubrificante dei guanti.

In base a questo nasce l'esigenza di migliorare la qualità assistenziale e la sicurezza sia per gli utenti che per gli operatori attraverso l'emanazione di detta procedura.

La FDA (**Food and Drug Administration Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali**, l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici), ha riportato nel periodo compreso tra 01/10/1988 e il 30/09/1992, 1118 casi di allergia al lattice di cui 15 mortali.

La prevalenza di sensibilizzazione al lattice sia nella popolazione infantile che in quella adulta si colloca tra 1 e 6,5%.

In Francia dal 1988 al 1992 la percentuale di anafilassi intraoperatoria causata dall'allergia al lattice è aumentata dallo 0,5% al 12,6% ed è la seconda causa, dopo i curarici, di anafilassi intraoperatoria negli adulti.


Il documento che si vuole realizzare consiste nel mettere in atto tutta una serie di azioni con lo scopo di ridurre o eliminare il rischio di reazioni allergiche causate dal contatto con dispositivi contenenti lattice.

1 SCOPO

Intervenire chirurgicamente su di un paziente allergico al lattice è un atto terapeutico che consiste nell'assistenza pre, intra e post-operatoria.

Pertanto gli obiettivi per assicurare un'assistenza idonea comprendono le seguenti azioni:

- stabilire le procedure operative condivise da tutti i B.O. che assistono pazienti allergici al lattice che devono essere sottoposti a intervento chirurgico;

 ASL Cagliari	SSD Funzioni Connesse alle Autorizzazioni e Accreditamento Erogatori Sanitari e Socio-Sanitari Gruppo di lavoro aziendale Blocco Operatorio	BLOCCO OPERATORIO ASL CAGLIARI
PR-BO-003/0 pag. 5 di 16	Procedura paziente allergico al lattice	Data: 23/05/2015 Revisione 0

- effettuare il censimento dei Dispositivi Medici in uso valutando, ove possibile, la sostituzione con dispositivi L.F. e rendere disponibile tempestivamente a tutti gli operatori interessati l'informazione della presenza o meno di lattice nei dispositivi e nei loro confezionamenti.

La gestione del paziente allergico al lattice comporta di necessità la collaborazione e l'integrazione di più figure professionali che siano a conoscenza delle gravi conseguenze che potrebbero derivare dal contatto di pazienti allergici con l'allergene e delle procedure che devono essere messe in campo per gestire in sicurezza il paziente.

La presente procedura descrive le modalità di gestione correlate al paziente sensibilizzato al lattice, con lo scopo di garantire da parte degli operatori sanitari la cura in sicurezza dello stesso.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE


La presente procedura è applicata all'interno delle Sale Operatorie dei Presidi Ospedalieri dell'ASL n°8 di Cagliari in presenza di pazienti con allergia al lattice conclamata, sia per gli interventi operatori programmati che per gli interventi d'urgenza.

Tale procedura deve essere applicata in alcune categorie di pazienti a rischio anche in assenza di documentata allergia; infatti la letteratura appare abbastanza univoca nell'indicare dei gruppi di pazienti che presentano un rischio significativamente elevato di sviluppare reazioni allergiche al lattice.

A tali gruppi appartengono pazienti affetti da patologie tipo:

- spina bifida
- malformazioni urogenitali
- ano imperforato
- fistola tracheoesofagea ed atresia esofagea
- sindrome di VATER (malformazioni vertebrali, ano imperforato, fistola tracheoesofagea, displasia radiale e renale).

Il dato ricorrente e significativo che accomuna questo gruppo è l'elevata medicalizzazione dei pazienti: sono infatti necessarie numerose procedure medico-chirurgiche per la correzione di queste complesse patologie (cateterismi vescicali, svuotamenti manuali dell'ampolla rettale, clisteri, ripetuti interventi chirurgici di correzione) fin dalle prime epoche di vita. La precocità di tali trattamenti ed il costante coinvolgimento delle mucose sono tra i fattori che sembrano condizionare lo sviluppo dei fenomeni di sensibilizzazione, infatti gli

 ASL Cagliari	SSD Funzioni Connesse alle Autorizzazioni e Accreditemento Erogatori Sanitari e Socio-Sanitari	BLOCCO OPERATORIO ASL CAGLIARI
	Gruppo di lavoro aziendale Blocco Operatorio	
PR-BO-003/0 pag. 6 di 16	Procedura paziente allergico al lattice	Data: 23/05/2015 Revisione 0

antigeni proteici del lattice, idrosolubili, vengono rapidamente, ed in grande quantità, assorbiti attraverso le mucose.

3 TERMINOLOGIA, DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI

B.O.	Blocco Operatorio
S. O.	Sala Operatoria
D. M.	Dispositivo Medico
L. F.	Latex Free (qualsiasi dispositivo privo di lattice)
L. S.	Latex Safe (ambiente allestito con dispositivi privi di lattice)
R.	Responsabile
C.	Collabora


4 RESPONSABILITA

Tutto il personale che opera in sala operatoria deve essere informato della presenza di un paziente allergico al lattice: deve conoscere, adottare ed osservare le misure di profilassi per evitare ogni contatto con il lattice.

MATRICE DELLE RESPONSABILITA'

Funzione Attività	Responsabile U.O.	Coordinatore	Infermiere	Medico Chirurgo	Medico Anestesista	O.S.S.
Verifica documentazione clinica			R			
Valutazione rischi presidi e ambiente		R	R			
Informazione operatori coinvolti	R	R	R			
Programmazione equipe coinvolta nell'attività	R	R			R	
Allontanamento dalla S.O. dispositivi non L.F.			R			C
Allestimento della S.O. con dispositivi L. F.			R			C
Assistenza Peri-operatoria			R			C
Ripristino D.M. Latex-free dell'armadio dedicato			R			C

Legenda: C. Collabora; R. Responsabile

 ASLCagliari	SSD Funzioni Connesse alle Autorizzazioni e Accreditamento Erogatori Sanitari e Socio-Sanitari Gruppo di lavoro aziendale Blocco Operatorio	BLOCCO OPERATORIO ASL CAGLIARI
PR-BO-003/0 pag. 7 di 16	Procedura paziente allergico al lattice	Data: 23/05/2015 Revisione 0

5 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Per definire un percorso peri-operatorio di tutela del paziente allergico al lattice, anziché utilizzare il termine latex-free, risulta più corretto impiegare il termine **latex-safe**. Ai fini pratici è forse impossibile eliminare completamente il contatto del paziente con il lattice all'interno dell'ospedale, ma è fondamentale ridurre la carica allergenica del lattice ad un livello tale da non innescare reazioni di nessun tipo.


La mancanza di informazioni precise sui comportamenti da tenere e sui materiali da utilizzare in caso di intervento in un paziente allergico al lattice, può far pensare che l'allestimento di una sala LATEX-SAFE sia notevolmente difficoltoso.

In realtà per quanto riguarda le procedure e tutte le altre attività concomitanti, queste non si discostano di molto dalla normale preparazione di un qualsiasi intervento chirurgico. Semplicemente si tratta di adottare poche e semplici regole che una volta assimilate e capite con chiarezza portano ad operare in un regime di completa sicurezza.

Nell'ambito delle attività del B.O. è importante:

- Programmare la lista operatoria inserendo, quando possibile, l'intervento il lunedì mattina come primo della seduta operatoria;
- Verificare la documentazione clinica comprensiva del questionario specifico (Allegato1);
- Preparare la sala il venerdì evitando di utilizzarla nel fine settimana; in alternativa, effettuare la preparazione della sala con un buon ricambio d'aria almeno 6 ore prima dell'intervento, tale modalità è necessaria al fine di abbattere quanto possibile la presenza di particelle di lattice nell'aria;
- Controllare tutti i dispositivi sterili e non sterili presenti all'interno del complesso operatorio e predisporre un elenco aggiornato per quantità e scadenza. Ogni singola confezione dovrà essere controllata per accertarsi che riporti la scritta (o l'icona) latex-free; nel caso non sia evidente la scritta verificare la scheda tecnica del dispositivo;
- immagazzinare i dispositivi L.F. standard e per chirurgia specifica in un armadio dedicato, facilmente trasportabile.

Nell'eventualità risultasse inevitabile utilizzare dispositivi non latex-free dovranno essere adottate tassativamente le dovute precauzioni.

 ASL Cagliari	SSD Funzioni Connesse alle Autorizzazioni e Accreditamento Erogatori Sanitari e Socio-Sanitari Gruppo di lavoro aziendale Blocco Operatorio	BLOCCO OPERATORIO ASL CAGLIARI
PR-BO-003/0 pag. 8 di 16	Procedura paziente allergico al lattice	Data: 23/05/2015 Revisione 0

5.1 Procedure specifiche per l'assistenza a soggetti allergici

1) Intervento Programmato

La preparazione della sala operatoria per un intervento programmato comporta le seguenti azioni:

1. usare esclusivamente guanti privi di lattice;
2. allontanare dalla sala operatoria i dispositivi contenenti lattice;
3. ricoprire con pellicola trasparente il materiale insostituibile ;
4. abbattere la presenza di particelle residue con panno umido dalle superfici e dalle apparecchiature elettromedicali;
5. allestire la sala operatoria con i dispositivi privi di lattice;
6. preparare il paziente quando è possibile nella pre-sala dedicata;
7. consentire l'ingresso esclusivamente al personale strettamente necessario durante l'assistenza pre, intra e post-operatoria;
8. utilizzare sovra camici e calzari in Tessuto Non Tessuto L.F., cuffia e mascherina senza elastici, guanti in vinile o nitrile;
9. allestire il campo operatorio con teleria sterile monouso L.F.;
10. apporre un cartello all'esterno della sala operatoria con l'indicazione LATEX SAFE in corso.


Al termine dell'intervento l'infermiere provvede al riordino dell'armadio dedicato e al ripristino dei presidi utilizzati.

2) Intervento d'Urgenza

In caso di detto intervento è preferibile utilizzare la sala meno contaminata e adottare le indispensabili azioni:

1. utilizzare esclusivamente guanti privi di lattice;
2. allontanare dalla sala operatoria tutti i dispositivi non L.F.;
3. ricoprire con pellicola trasparente il materiale insostituibile;
4. utilizzare i dispositivi contenuti nell'armadio dedicato L.F.;
5. apporre un cartello all'esterno della sala operatoria con l'indicazione LATEX SAFE in corso.

Anche nel caso di un intervento d'urgenza l'infermiere provvede al riordino dell'armadio dedicato e al ripristino dei dispositivi utilizzati.

 ASLCagliari	SSD Funzioni Connesse alle Autorizzazioni e Accreditamento Erogatori Sanitari e Socio-Sanitari Gruppo di lavoro aziendale Blocco Operatorio	BLOCCO OPERATORIO ASL CAGLIARI
PR-BO-003/0 pag. 9 di 16	Procedura paziente allergico al lattice	Data: 23/05/2015 Revisione 0

I Blocchi Operatori devono progressivamente adottare le procedure sopra descritte al fine di assicurare la cura in sicurezza dei pazienti allergici al lattice.

E' per questo motivo che rivestono notevole importanza i momenti formativi e di aggiornamento del personale rispetto al tema.

6 VALIDAZIONE

INDICATORI E PARAMETRI DI CONTROLLO

- Presenza in ogni U.O. dell'elenco aggiornato per quantità e scadenza dei dispositivi L.F.
- n. di eventi avversi latex / su un totale interventi chirurgici

7 MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI

- elenco dispositivi latex Free presente in ogni U.O.

8 RIFERIMENTI NORMATIVI/DOCUMENTALI


- Linee Guida regionali emanate dalla regione Lombardia (decreto n° 22303 del 24/09/2001);
- Linee Guida regionali emanate dalla regione Sicilia (circolare n° 1138 del 09/06/2004);
- Linee Guida regionali emanate dalla regione Puglia (Progetto sanità 2008);
- Azienda provinciale per i Servizi sanitari "Piano delle Attività per l'assistenza al paziente allergico al lattice o ad alto rischio", Trento, febbraio 2004

9 ALLEGATI

Allegato 1: Fac simile elenco dispositivi L.F. sterili e non sterili standard (PR-BO-003/0 DOC-01)


Allegato 2: Questionario Latex Free (PR-BO-003/0 MOD-01)

Allegato 3: Fac Simile cartello latex safe (PR-BO-003/0 DOC-02)


 ASL Cagliari	SSD Funzioni Connesse alle Autorizzazioni e Accreditamento Erogatori Sanitari e Socio-Sanitari Gruppo di lavoro aziendale Blocco Operatorio	BLOCCO OPERATORIO ASL CAGLIARI
	PR-BO-003/0 pag. 10 di 16	Procedura paziente allergico al lattice

Allegato 1 Fac simile elenco materiale e presidi **Latex Free** (PR-BO-003/0 DOC-01)


NUMERO	PRESIDI O MATERIALE	SCADENZA
1	Circuito adulti	
2	Circuito pediatrico	
3	URM 2/L	
4	URM 1/L	
5	URM 0,5/L	
6	Palloni 2/L	
7	Palloni 1/L	
8	Palloni 0,5/L	
9	Guanti monouso mis. S M L	
10	Guanti sterili mis. 6,5	
11	Guanti sterili mis. 7	
12	Guanti sterili mis. 7,5	
13	Guanti sterili mis. 8	
14	Guanti sterili mis. 8,5	
15	Telo chirurgia generale	
16	Telo chirurgia endoscopica	
17	Telo chirurgia pediatrica	
18	Sacche di mayo	
19	Telo chirurgico 40x60	
20	Telo chirurgico 75x100	
21	Telo chirurgico 100x150 con adesivo	

 ASL Cagliari	SSD Funzioni Connesse alle Autorizzazioni e Accreditamento Erogatori Sanitari e Socio-Sanitari	BLOCCO OPERATORIO ASL CAGLIARI
	Gruppo di lavoro aziendale Blocco Operatorio	
PR-BO-003/0 pag. 11 di 16	Procedura paziente allergico al lattice	Data: 23/05/2015 Revisione 0


22	Telo chirurgico	100x100
23	Telo chirurgico	100x150
24	Camici	M
25	Camici	L
26	Camici	XL
27	Camici	XXL
28	Set spinale	
29	Set epidurale	
30	Maschere laringee	varia misure
31	Materassino riscaldante	adulto
32	Materassino riscaldante	pediatrico
33	Materassino riscaldante	neonatale
34	Scaldaliquidi	
35	Tubo per aspirazione	300 cm
36	Sonde per aspirazione	varie misure
37	SNG	varie misure
38	Siringhe	da 1 ml
39	Siringhe	da 2,5 ml
40	Siringhe	da 5 ml
41	Siringhe	da 10 ml
42	Siringhe	da 20 ml
43	Siringhe	da 50 ml
44	Maschere facciali	varie misure
45	Filtro	adulti

 ASL Cagliari	SSD Funzioni Connesse alle Autorizzazioni e Accreditamento Erogatori Sanitari e Socio-Sanitari Gruppo di lavoro aziendale Blocco Operatorio	BLOCCO OPERATORIO ASL CAGLIARI
	PR-BO-003/0 pag. 12 di 16	Procedura paziente allergico al lattice


46	Catheter mount
47	T.E.T. N. 2
48	T.E.T. N. 2,5
49	T.E.T. N. 3
50	T.E.T. N. 3,5
51	T.E.T. N. 4
52	T.E.T. N. 4,5
53	T.E.T. N. 5
54	T.E.T. N. 5,5
55	T.E.T. N. 6
56	T.E.T. N. 6,5
57	T.E.T. N. 7
58	T.E.T. N. 7,5
59	T.E.T. N. 8
60	T.E.T. N. 8,5
61	T.E.T. N. 9
62	Catetere vescicale Ch 12
63	Catetere vescicale Ch 14
64	Catetere vescicale Ch 16
65	Catetere vescicale Ch 18
66	Catetere vescicale Ch 20
67	Catetere vescicale Ch 22
68	Maschere O2 terapia adulti
69	Maschere O2 terapia pediatriche

 ASL Cagliari	SSD Funzioni Connesse alle Autorizzazioni e Accreditamento Erogatori Sanitari e Socio-Sanitari Gruppo di lavoro aziendale Blocco Operatorio	BLOCCO OPERATORIO ASL CAGLIARI
PR-BO-003/0 pag. 13 di 16	Procedura paziente allergico al lattice	Data: 23/05/2015 Revisione 0


70	Aghi cannula 16 grigi
71	Aghi cannula 18 GA venaflo verde
72	Aghi cannula 20 GA venaflo rosa
73	Aghi cannula 22 GA venaflo celesti
74	Piastrine per elettrobisturi adulti
75	Piastrine per elettrobisturi pediatriche
76	Piastrine per elettrobisturi neonatali
77	Pompe elastomeriche 100/250 ml
78	Drenaggi ch 12 ch 18 ch 24
79	Laccio emostatico (drenaggio ch12)
80	Mefix 5x10
81	Cerotto in cotone
82	Deflussori per flebo
83	Deflussori per emotrasfusione
84	Deflussori microgocciolatori
85	Deflussori pompa gemstar
86	Deflussori pompa elastomeriche varie misure
87	Sensori O2 adulti/pediatriche
88	Sensori per entropia
89	Sensori d-lite adulti
90	Sensori d-lite pediatriche
91	De-fend
92	Tubo per spirometria
93	Tubo evacuazione gas

 ASL Cagliari	SSD Funzioni Connesse alle Autorizzazioni e Accreditamento Erogatori Sanitari e Socio-Sanitari Gruppo di lavoro aziendale Blocco Operatorio	BLOCCO OPERATORIO ASL CAGLIARI
PR-BO-003/0 pag. 14 di 16	Procedura paziente allergico al latte	Data: 23/05/2015 Revisione 0

- | | |
|------------|---|
| 94 | Tubo campionatura gas |
| 95 | Elettrodi ECG adulti |
| 96 | Elettrodi ECG pediatrici |
| 97 | Elettrodi ECG neonatali |
| 98 | Medicazione trasparente |
| 99 | Rubinetti a tre vie con prolunga |
| 100 | Bracciali per rilevazione P.A. Varie misure |
| 101 | Manipolo per bisturi elettrico |
| 102 | Punta lunga per bisturi elettrico |
| 103 | Spugnette abrasive |
| 104 | Raccordi biconici |
| 105 | Lame monouso per bisturi manuale varie misure |

 ASLCagliari	SSD Funzioni Connesse alle Autorizzazioni e Accreditamento Erogatori Sanitari e Socio-Sanitari	BLOCCO OPERATORIO ASL CAGLIARI
	Gruppo di lavoro aziendale Blocco Operatorio	
PR-BO-003/0 pag. 15 di 16	Procedura paziente allergico al latte	Data: 23/05/2015 Revisione 0

Allegato 2: Questionario Latex Free (PR-BO-003/0 MOD-01)

 ASLCagliari	QUESTIONARIO PER INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI A RISCHIO DI ALLERGIA AL LATTICE PR-BO-003/0 MOD 01


Presidio Ospedaliero _____ Unità Operativa _____

Nome e Cognome _____ data di nascita _____


1. Lei è allergico al latte (o gomma naturale)? Se ha mai avuto uno di questi sintomi dopo contatto col latte lo sottolinei: rossore della pelle, vesciche, prurito sulla pelle o alle labbra, fastidio in gola, naso chiuso o gocciolante, starnuti, lacrimazione, tosse stizzosa, respiro affannoso, senso di costrizione toracica, sibili o fischi respiratori, gonfiore in tutto il corpo, collasso. Altri sintomi: _____	SI	NO
2. Ha una storia di :	SI	NO
a) spina bifida o malformazioni uro-genitali?	SI	NO
b) ripetute cateterizzazioni della vescica o sondaggi a carico dell'esofago, della vagina o del retto (cisma)?	SI	NO
b) interventi chirurgici?	SI	NO
Se si quanti?	1-2-3-4-5-6-7-8-9	
3. E a contatto per lavoro con la gomma naturale (latte)?	SI	NO
4. Svolge una professione sanitaria?	SI	NO
5. Ha mai avuto prurito, orticaria, asma, rinite	SI	NO
- gonfiando palloncini?	<input type="checkbox"/>	
- manipolando oggetti o giocattoli in gomma?	<input type="checkbox"/>	
- con i guanti in latte (come quelli per lavare i piatti)?	<input type="checkbox"/>	
- dal dentista?	<input type="checkbox"/>	
- durante esplorazione rettale?	<input type="checkbox"/>	
- con l'uso del preservativo o del diaframma?	<input type="checkbox"/>	
- con l'uso di tettarelle o succhiotti?	<input type="checkbox"/>	
- con l'uso di cuffie da piscina?	<input type="checkbox"/>	
- indossando indumenti contenenti elastico?	<input type="checkbox"/>	
- a seguito di un esame clinico con guanti di latte?	<input type="checkbox"/>	
6. Ha mai sviluppato reazioni allergiche verso i seguenti alimenti (se si sottolineare l'alimento)? avocado, banana, noccioline, kiwi, frutti della passione, pesche, mango, ananas, fichi, mele, papaia, pere, melone, ciliegie, frumento, rape, spinaci, patate, pomodori, coste di sedano, ficus benjamin (pianta ornamentale)	SI	NO

N.B. Una risposta positiva ad almeno una delle domande formulate è indicazione per approfondimenti specialistici allergologici.

Data _____ Firma _____

 ASL Cagliari	SSD Funzioni Connesse alle Autorizzazioni e Accreditamento Erogatori Sanitari e Socio-Sanitari Gruppo di lavoro aziendale Blocco Operatorio	BLOCCO OPERATORIO ASL CAGLIARI
	PR-BO-003/0 pag. 16 di 16	Procedura paziente allergico al lattice

Allegato 3: Fac Simile cartello latex safe (PR-BO-003/0 DOC-02)



SALA OPERATORIA LATEX FREE

PR-BO-003 DOC-02

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1466 DEL 21 DIC. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO *Dott.ssa Antonella Carreras* IL DIRETTORE SANITARIO *Dott. Pier Paolo Pasi*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO *Dott.ssa Savino Ortu*

Il presente allegato è com-
posto di n° 8 fogli
di n° 16 pagine.

ASL Cagliari
 Dipartimento Acquisti Servizi Sanitari
 SSD Accreditamento Strutture
 Sanitarie e Socio-Sanitarie
 Il Responsabile *Dott. Aldo Manni*